

Detalii specifice și standarde tehnice

LOTUL 1 „Medii nutritive pentru Laboratorul National de Referință în Microbiologia TB”:

Notă: Produsele vor fi acceptate numai după controlul calității și aspectul vizibil al creșterii în termen de 14 zile din momentul incubării.

№	Denumire produs	Cerințe tehnice solicitate	Cerinte tehnice oferite
1	Mediu Löwenstein-Jensen , tuburi 8.0 ml pentru izolarea M.tuberculosis	Mediu Lowenstein-Jensen pentru izolarea M. tuberculosis. Tub cu 8,0 ml mediu gata pentru utilizare, lungime tub 150-160 mm, diametrul extern al tubului 17-18 mm, diametrul intern al gâtului tubului nu mai mic- 12 mm. Capac din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/ închide ușor printr-o singură operație manuală.	Mediu Lowenstein-Jensen pentru izolarea M. tuberculosis. Tub cu 8,0 ml mediu gata pentru utilizare, lungime tub 144,5 mm, diametrul extern al tubului 17,75 mm, diametrul intern al gâtului- 16,7 mm. Capac din aluminiu cu garnitură, ce se poate deschide/ închide ușor printr-o singură operație manuală.
2	Mediu Löwenstein-Jensen - Isoniazid 1,0 mg/ml , tuburi 8.0 ml	Mediu Lowenstein-Jensen pentru testarea sensibilității M. tuberculosis către Isoniasid 1,0 µg/ml .Lungimea tubului 150-160mm, diametrul extern al tubului 17-18mm, diametrul intern al gâtului tubului nu mai mic de 12 mm. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/închide ușor printr-o singură operație manuală.	Mediu Lowenstein-Jensen pentru testarea sensibilității M. tuberculosis către Isoniasid 1,0 µg/ml .Lungimea tubului 150-160mm, diametrul extern al tubului 17-18mm, diametrul intern al gâtului tubului nu mai mic de 12 mm. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/închide ușor printr-o singură operație manuală.
3	Mediu Löwenstein-Jensen - Rifampicin 40,0 mg/ml , tuburi tuburi 8.0 ml	Mediu Lowenstein-Jensen pentru testarea sensibilității M. tuberculosis către Rifampicin 40,0 µg/ml .Lungimea tubului 150-160mm, diametrul extern al tubului 17-18mm, diametrul intern al gâtului tubului nu mai mic de 12 mm. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/închide ușor printr-o singură operație manuală.	Mediu Lowenstein-Jensen pentru testarea sensibilității M. tuberculosis către Rifampicin 40,0 µg/ml .Lungimea tubului 150-160mm, diametrul extern al tubului 17-18mm, diametrul intern al gâtului tubului nu mai mic de 12 mm. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/închide ușor printr-o singură operație manuală.
4	Mediu Löwenstein-Jensen – Etambutol 2,0 mg/ml , tuburi 8.0 ml	Mediu Lowenstein-Jensen pentru testarea sensibilității M. tuberculosis către Etambutol 2,0 µg/ml . Lungimea tubului 150-160mm, diametrul extern al tubului 17-18mm, diametrul intern al gâtului tubului nu mai mic de 12 mm. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/închide ușor printr-o singură operație manuală.	Mediu Lowenstein-Jensen pentru testarea sensibilității M. tuberculosis către Etambutol 2,0 µg/ml. Lungimea tubului 150-160mm, diametrul extern al tubului 17-18mm, diametrul intern al gâtului tubului nu mai mic de 12 mm. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/închide ușor printr-o singură operație manuală.

5	Mediu Löwenstein-Jensen – Levofloxacin 2,0 mg/ml , tuburi 8.0 ml	Mediu Lowenstein-Jensen pentru testarea sensibilității M. tuberculosis către Levofloxacin 2,0 µg/ml . Lungimea tubului 150-160mm, diametrul extern al tubului 17-18mm, diametrul intern al gâtului tubului nu mai mic de 12 mm. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/închide ușor printr-o singură operație manuală.	Mediu Lowenstein-Jensen pentru testarea sensibilității M. tuberculosis către Levofloxacin 2,0 µg/ml. Lungimea tubului 150-160mm, diametrul extern al tubului 17-18mm, diametrul intern al gâtului tubului nu mai mic de 12 mm. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/închide ușor printr-o singură operație manuală.
6	Mediu Löwenstein-Jensen – Moxifloxacin 1,0 mg/ml , tuburi 8.0 ml	Mediu Lowenstein-Jensen pentru testarea sensibilității M. tuberculosis către Moxifloxacin 1,0 µg/ml . Lungimea tubului 150-160mm, diametrul extern al tubului 17-18mm, diametrul intern al gâtului tubului nu mai mic de 12 mm. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/închide ușor printr-o singură operație manuală.	Mediu Lowenstein-Jensen pentru testarea sensibilității M. tuberculosis către Moxifloxacin 1,0 µg/ml. Lungimea tubului 150-160mm, diametrul extern al tubului 17-18mm, diametrul intern al gâtului tubului nu mai mic de 12 mm. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/închide ușor printr-o singură operație manuală.
7	Mediu Löwenstein-Jensen – Moxifloxacin 0,25 mg/ml , tuburi 8.0 ml	Mediu Lowenstein-Jensen pentru testarea sensibilității M. tuberculosis către Moxifloxacin 0,25 µg/ml . Lungimea tubului 150-160mm, diametrul extern al tubului 17-18mm, diametrul intern al gâtului tubului nu mai mic de 12 mm. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/închide ușor printr-o singură operație manuală.	Mediu Lowenstein-Jensen pentru testarea sensibilității M. tuberculosis către Moxifloxacin 0,25 µg/ml. Lungimea tubului 150-160mm, diametrul extern al tubului 17-18mm, diametrul intern al gâtului tubului nu mai mic de 12 mm. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/închide ușor printr-o singură operație manuală.
8	Mediu Löwenstein-Jensen – Amikacin 30,0 mg/ml , tuburi 8.0 ml	Mediu Lowenstein-Jensen pentru testarea sensibilității M. tuberculosis către Amikacin 30,0 µg/ml . Lungimea tubului 150-160mm, diametrul extern al tubului 17-18mm, diametrul intern al gâtului tubului nu mai mic de 12 mm. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/închide ușor printr-o singură operație manuală.	Mediu Lowenstein-Jensen pentru testarea sensibilității M. tuberculosis către Amikacin 30,0 µg/ml. Lungimea tubului 150-160mm, diametrul extern al tubului 17-18mm, diametrul intern al gâtului tubului nu mai mic de 12 mm. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/închide ușor printr-o singură operație manuală.
9	Mediu Löwenstein-Jensen – Capreomycin 40,0 mg/ml , tuburi 8.0 ml	Mediu Lowenstein-Jensen pentru testarea sensibilității M. tuberculosis către Capreomycin 40,0 µg/ml . Lungimea tubului 150-160mm, diametrul extern al tubului 17-18mm, diametrul intern al gâtului tubului nu mai mic de 12 mm. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/închide ușor printr-o singură operație manuală.	Mediu Lowenstein-Jensen pentru testarea sensibilității M. tuberculosis către Capreomycin 40,0 µg/ml. Lungimea tubului 150-160mm, diametrul extern al tubului 17-18mm, diametrul intern al gâtului tubului nu mai mic de 12 mm. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/închide ușor printr-o singură operație manuală.
10	Mediu Löwenstein-Jensen – Etionamide 40,0 mg/ml , tuburi 8.0 ml	Mediu Lowenstein-Jensen pentru testarea sensibilității M. tuberculosis către Etionamide 40,0 µg/ml . Lungimea tubului 150-160mm, diametrul extern al tubului 17-18mm, diametrul intern al gâtului tubului nu mai mic de 12 mm. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/închide ușor printr-o singură operație manuală.	Mediu Lowenstein-Jensen pentru testarea sensibilității M. tuberculosis către Etionamide 40,0 µg/ml. Lungimea tubului 150-160mm, diametrul extern al tubului 17-18mm, diametrul intern al gâtului tubului nu mai mic de 12 mm. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/închide ușor printr-o singură operație manuală.
11	Mediu Löwenstein-Jensen – PAS 1,0 mg/ml , tuburi 8.0 ml	Mediu Lowenstein-Jensen pentru testarea sensibilității M. tuberculosis către PAS 1,0 µg/ml . Lungimea tubului 150-160mm, diametrul extern al tubului 17-18mm, diametrul intern al gâtului tubului nu mai mic de 12 mm. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/închide ușor printr-o singură operație manuală.	Mediu Lowenstein-Jensen pentru testarea sensibilității M. tuberculosis către PAS 1,0 µg/ml. Lungimea tubului 150-160mm, diametrul extern al tubului 17-18mm, diametrul intern al gâtului tubului nu mai mic de 12 mm. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/închide ușor printr-o singură operație manuală.

12	Mediu Löwenstein-Jensen – Cycloserine 30,0 mg/ml , tuburi 8.0 ml	Mediu Lowenstein-Jensen pentru testarea sensibilității M. tuberculosis către Cycloserine 30,0 µg/ml . Lungimea tubului 150-160mm, diametrul extern al tubului 17-18mm, diametrul intern al gâtului tubului nu mai mic de 12 mm. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/închide ușor printr-o singură operație manuală.	Mediu Lowenstein-Jensen pentru testarea sensibilității M. tuberculosis către Cycloserine 30,0 µg/ml. Lungimea tubului 150-160mm, diametrul extern al tubului 17-18mm, diametrul intern al gâtului tubului nu mai mic de 12 mm. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/închide ușor printr-o singură operație manuală.
13	Triptoze Blood Agar base, flacon, 500 g	Triptoze Blood Agar base, flacon, 500 g , folosit pentru cultivarea organismelor nespecifice, la suplimentarea cu sânge. Acest mediu este lipsit de dextroză și, prin urmare, util în determinarea reacțiilor hemolitice.	Triptoze Blood Agar base, flacon, 500 g, folosit pentru cultivarea organismelor nespecifice, la suplimentarea cu sânge. Acest mediu este lipsit de dextroză și, prin urmare, util în determinarea reacțiilor hemolitice.
	Cerințe obligatorii	- Garanția (durata de valabilitate) a produselor oferite trebuie să fie de cel puțin 80% din perioada totală de valabilitate; - Certificatul ISO 9001 al producătorului pentru fiecare produs; - Declarație de conformitate pentru fiecare produs sau Certificat de conformitate CE pentru fiecare produs sau echivalent; - Certificate de calitate pentru fiecare livrare; - Toate certificatele prezentate trebuie să fie valabile; - Ambalaj original de producător pentru toate articolele; - Condiții de temperatură pentru transportare: +4°C...+8°C	

- Toate bunurile vor fi testate de beneficiar. Acceptarea bunurilor și semnarea actelor de recepție va avea loc după testarea pozitivă efectuată de beneficiar.

NUMELE FURNIZORULUI : Lokmera S.R.L. Semnătura și ștampila autorizate _____

Locul: Chișinău

Data: 04.12.2024