

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1645544349372 din 03.04.2022						
Obiectul achiziției:Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2022 (listă suplimentară 1)						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Incubator pentru nou-născuți	Incubator pentru nou-născuți BT 500	Koreea	BISTOS Co., Ltd.	Conform caietului de sarcini	Descriere Incubator pentru nou-născuți destinat pentru crearea unei ambianță cu condiții confortabile de umiditate și temperatură în timpul tratamentului și îngrijirii pentru copiii nou-născuți (inclusiv prematuri), în stare gravă Parametrul Specificația Tip pacient prematur, nou-născut da Tip incubator mobil pe roți cu frână da Cos pentru scutece și consumabile medicale, integrat min 2 buc. Ajustarea electrică a înălțimii incubatorului pe vertical da Canopie rezistentă la raze UV pentru utilizarea lămpilor de fototerapie da Pereții canopiei să fie dubli pentru circulația aerului (cu efect anti-aburire) da Posibilitate de deschidere a canopiei prin ridicare integrală pentru lucrări de curățire și dezinfectare -da Mînere de transportare pe ambele părți da Uși laterale (stînga, dreapta) de acces în interiorul canopiei min. 2 buc. Uși de acces pentru mîini, min.4 buc., cîte 2 pe ambele părți a canopiei da, față, spate Uși de acces pentru mîini cu garnitură din	ISO CE

					cauciuc detașabilă da Port de acces pentru tuburi respiratorii și cabluri da, min. 8 buc. Manipularea poziției saltelei trendelenburg și antitrendelenburg da Unghiul de ajustare trendelenburg și antitredelenburg Tavă pentru amplasarea casetei roentgen da Pătucul pentru nou-născutului să fie glisant pentru efectuarea investigațiilor x-ray da Saltea pentru nou-născut confecționată din materiale lavabile da Ecran color LCD Monitorizarea temperatura aer da temperatura copil da umiditate da putere încălzitor da Modul de umidificare Umidificator controlat prin microprocesor da Umidificator și rezervor de apă integrat într-un singur modul da Modul de umidificare detașabil (la nivel de utilizator) pentru curățare da Posibilitatea de ajustare a nivelului de umiditate $\leq 40 - \geq 90\%$ Acuratețea umidității $\leq 10\%$ RH Intervalul de măsurare a umidității $\leq 15 - \geq 99\%$) Modul de control a temperaturii Regim de control „Aer” da Intervalul de temperatură în regim „Aer” $\leq 25 - \geq 37^{\circ}\text{C}$ Regim de control „Temperatură Copil” da Intervalul de temperatură în regim „Temperatură Copil” $\leq 34 - \geq 37^{\circ}\text{C}$ Senzori de temperatură copil conectați concomitent Min. 2 buc. Acuratețea de măsurare a temperaturii copil $\leq 0,3^{\circ}\text{C}$ Grafice Vizualizarea graficilor umiditatea perioada 24 ore Vizualizarea graficilor temperatură perioada 24 ore Alarmer Buton de anulare alarmei da Alarmer sonore și vizuale da Temperatura aerului ridicată da Temperatura aerului scăzută da Temperatura pielii ridicată da Temperatura pielii scăzută da Lipsă apă în rezervor cu pictogramă pe ecran da Plasare incorectă umidificator da Defecțiune sistem da Flux aer da Zgomot de lucru în interiorul canopiei fără alarme Maximum 47 dB Sursa de tensiune: 220V, 50Hz da Consumabile și accesorii adiționale Filtru pentru aer 10 buc. Saltea pentru nou-născuți 2 buc. Senzor de temperatură reutilizabil, nou-născut 4 buc. Stativ cu tavă pentru amplasarea diferitor dispozitive medicale în caz de necesitate 1 buc. Stativ pentru fixarea pompelor de infuzie 1 buc. Manualul de utilizare română sau rusă, tipărit și în format electronic Manualul de service Engleză	
Lotul 6						
Laringoscop video	Laringoscop video VL3R	China	Shenzhen HugeMed	Conform caietului de sarcini	Descriere Este un dispozitiv portabil, destinat pentru examinarea și vizualizarea laringelui în intervenții dificile. Efectuarea de laringoscopii de către medici	CE ISO

			Medical Technical Developme nt		ORL, medici de familie în secțiile primire urgente, etc. Parametru Specificație Descriere generală Tip laringoscop Video tip pacient Adult tip iluminare LED Lamele laringoscop Lamele reutilizabile tip: Macintosh da mărimea 2 da mărimea 3 da mărimea 4 da mărimea 5 da autoclavabile la 134°C, 5min. da Camera video Camera integrată în lamele da Camera cu efect de anti-aburire da Monitor Amplasat pe mâner da Posibilitate de a întoarce ecran sus/jos, dreapta/stanga Accesorii Încărcător 220V, 50Hz, schuko da Acumulator reîncărcabil Integrat, autonomie minim 2 ore da Trusă trusă pentru păstrare/depozitarea dispozitivului. lamelelor solicitate da Documentație Manualul de utilizare română sau rusă, tipărit și în format electronic Manualul de service Engleză	
Lotul 8						
Lampă germicidă mobilă cu recirculare	Lampă germicidă mobilă cu recirculare RBZ-200	R.Moldov a	”Caravan Express” SRL	Conform caietului de sarcini	Descriere Este un dispozitiv predestinat pentru dezinfectarea incaperilor în momentul aflării persoanelor în încăpere Parametrul Specificația Tip sistem Amplasat pe roti, mobil 4 roți 2 cu frână pe supert de INOX Carcasă Oțel inoxidabil pentru protecție de corozie Dezinfectare Fără generare de ozon 2 lampi-30 W.Tip sistem Cu recirculare Capacitate de dezinfectare Minim 200 m3/oră Durată de viață a lampelor de dezinfectare Minim 8000 ore Temporizator integrat cu taimer. Da Tensiune de alimentare 220 V/50 Hz, cablu tip Schuko minim 3 m Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie Manualul de utilizare română sau rusă, tipărit și în format electronic Logistică Transportare la adresa solicitată Da Instalare Da Testare și darea în exploatare Da Garanție Perioada de garanție 2 ani	Aviz sanitar Declarati e de conformi tate

Semnat electronic:_____

Numele, Prenumele:Țurcanu Ștefan

În calitate de: Administrator Legal

Ofertantul: ”Romedcom ,, SRL Adresa: str. Șciusev 16 of.6