



Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

"ECOCHIMIE" S.R.L.
bd. Cuza Vodă 5/1 bir. 403, MD-2060, mun. Chișinău
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222
e-mail: info@ecochimie.md

IMSP Institutul Oncologic
Adam Ana
Telefonul de contact +37322852670E-mail aniusha_adam@mail.ruFax +37322852670
ocds-b3wdp1-MD-1649249272077 din 15.04.2022

Specificații tehnice (F4.1)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
4	33100000-1	Centrifugă de laborator	LMC-56+BR-4U+BA-4/10	Lituania	Biosan	Descriere Procesarea leucocitelor pentru identificarea SD-urilor prin metoda imunofluorescentă indirectăParametrul SpecificațiaViteza de rotație:Minimală, rpm: 0-1000;Maximală, rpm: ≥ 6000;Setări: setarea vitezei;Capacitatea:Tip rotor: Rotor cu cupe oscilante (Swinging Bucket Rotor) și cupe;Diametrul cupei: 50 mm, 4 cupe cu câte 4 godeuri;Timer:Gama de timp: 0 - ≥60 min;Incrementarea: ≤1 min;Securitatea:Blocarea capacului în timpul lucrului: da;Display:Digital: da;Alimentarea: Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz da;Nivelul de zgomot: ≤ 65 dB da.	Descriere Procesarea leucocitelor pentru identificarea SD-urilor prin metoda imunofluorescentă indirectăParametrul SpecificațiaViteza de rotație:Minimală, rpm: 0-1000;Maximală, rpm: ≥ 6000;Setări: setarea vitezei;Capacitatea:Tip rotor: Rotor cu cupe oscilante (Swinging Bucket Rotor) și cupe;Diametrul cupei: 50 mm, 4 cupe cu câte 4 godeuri;Timer:Gama de timp: 0 - ≥60 min;Incrementarea: ≤1 min;Securitatea:Blocarea capacului în timpul lucrului: da;Display:Digital: da;Alimentarea: Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz da;Nivelul de zgomot: ≤ 65 dB da.	ISO, CE Marca

Specificații de preț (F4.2)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	33100000-1	Centrifugă de laborator	Bucată	1	48 235.3000	57 882.3600	48 235.30	57 882.36	în decurs de 30 zile de la semnarea contractului
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							48 235.30	57 882.36	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 30 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu