

Lotul nr. 53 - 31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative) Biochimie (oferte alternative) - Analizator biochimic automat Selectra PRO XL/ Back-up - Analizator biochimic automat Selectra Pro M
Procedura de achiziție de analize biochimice cu Contractare Comodată a echipamentului profesional medical automat, perioada 14 luni. In caz de oterire a unui analizator refurbished - se solicită cu marca controlului metrologic local + Certificat de control metrologic sau organizarea controlului metrologic în laboratorul beneficiarului. Cerințe obligatorii pentru OFERTE ALTERNATIVE. I. Cerinte pentru reagenți: Reagenți originali de la producătorul echipamentului comodat. Stabilitatea setului deschis sau volumului de reagent aplicat la 4-8 °C pe bordul analizatorului - în mediu nu mai puțin de 6-7 zile. (A). Pentru sisteme analitice «semi-închise» sau «deschise» cu tip de aplicare a reagentului la bordul analizatorului prin metodă manuală «cu tumare din set», Operatorul economie obligator să prezinte certificat propriu-elaborat care declară numărul minim de teste posibil executate dintr-un set luînd în calcul obligator: (1) volumul veridic total (analitic + non-analitic) al reagentului pipetat de către analizator automat pentru unu test; (2) volumul mort a1 flaconului pentru reagent aplicat pe bordul analizatorului; (3) pierderi în urma aplicării manuale a reagenți lor. În caz, dacă numărul tota de teste pentru: investigați i diagnostice+QC+calibrări nu vor corespunde numărului de teste/set declarat la etapa de depunere a ofertelor, agentul economie să restituie numărul de teste-lipsă din contul propriu. (B). În caz dc ofertă pentru sistem analitic de tip «închis» : Operatorul economic obligator să prezinte certificat propriu-elaborat care declară numărul minim de teste executate dintr-un set. II. Calibratori: Numărul de seturi suficient pentru calibrarea seturilor diagnostice contractate, și anume: (1) calibrator de tip "multiconstituient" cu componența minimă necesară a setului pentru: Urea metoda UV enzimatică Creatinina metoda PAP enzimatic@ Acid uric metoda enzimatică, Proteina toală Biuret, Albumina metoda BCG, Glucoza metoda PAP enzimatică, Bilirubina totală, Bilirubina conjugată, ALAT, ASAT, gammaGTP, ALP, Amilaza totală; (2) Pentru CK-MB (se admite calibrator aparte sau în baza factorului de calibrare conform insertului don kitul diagnostic); (3) Pentru proteina din urină se admite calibrator aparte; (4) Pentru Proteina C-	Procedura de achiziție de analize biochimice cu Contractare Comodată a echipamentului profesional medical automat, perioada 14 luni. Oferire a unui analizator refurbished Selectra PRO XL (Brosura atasata) - cu marca controlului metrologic local + Certificat de control metrologic sau organizarea controlului metrologic în laboratorul beneficiarului. Cerințe obligatorii pentru OFERTE ALTERNATIVE. I. Cerinte pentru reagenți: Reagenți originali de la producătorul echipamentului comodat. Stabilitatea setului deschis sau volumului de reagent aplicat la 4-8 °C pe bordul analizatorului - în mediu nu mai puțin de 6-7 zile. -DA (A). Pentru sisteme analitice «semi-închise» sau «deschise» cu tip de aplicare a reagentului la bordul analizatorului prin metodă manuală «cu tumare din set» - Da, Operatorul economie obligator să prezinte certificat propriu-elaborat care declară numărul minim de teste posibil executate dintr-un set luînd în calcul obligator: (1) volumul veridic total (analitic + non-analitic) al reagentului pipetat de către analizator automat pentru unu test; DA, se prezinta Declaratia (2) volumul mort a1 flaconului pentru reagent aplicat pe bordul analizatorului; DA (Declaratia este atasata) (3) pierderi în urma aplicării manuale a reagenți lor. În caz, dacă numărul total de teste pentru: investigații diagnostice+QC+calibrări nu vor corespunde numărului de teste/set declarat la etapa de depunere a ofertelor, agentul economie să restituie numărul de teste-lipsă din contul propriu. DA II. Calibratori: Numărul de seturi suficient pentru calibrarea seturilor diagnostice contractate, și anume: (1) calibrator de tip "multiconstituient" - se ofera multicalibrator <u>Elical 2</u> (instrucțiunea atasata) cu componența minimă necesară a setului pentru: Urea metoda UV enzimatică Creatinina metoda PAP enzimatic@ Acid uric metoda enzimatică, Proteina toală Biuret, Albumina metoda BCG, Glucoza metoda PAP enzimatică, Bilirubina totală, Bilirubina conjugată, ALAT, ASAT, gammaGTP, ALP, Amilaza totală; DA (2) Pentru CK-MB (în baza factorului de calibrare conform insertului din kitul diagnostic); DA (3) Pentru proteina din urină se admite calibrator aparte; DA (4) Pentru Proteina C-reactivă se admite calibrator aparte <u>CRP IP calibrator</u> în volum suficient pentru numărul seturilor diagnostice pentru anul 2026 luînd în considerație frecvența de calibrare recomandată de producător, stabilitatea curbei de calibrare în «număr de _ zile» conform declarației producătorului în insertul kitului diagnostic, frecvența de calibrare; DA (5) calibratorul "multiconstituient" liofilizat sau lichid (cu stabilitate pînă la 4 săptămîni de la deschiderea flaconașului (reconstituirea) cu posibilitatea de congelare a calibratorului reconstituit în alicvote a cîte 0,5 mL/alicvota; DA (6) volumul de uz minim de calibrator tip

reactivă se admite calibrator aparte în volum suficient pentru numărul seturilor diagnostice pentru anul 2026 luînd în considerație frecvența de calibrare recomandată de producător, stabilitatea curbei de calibrare în «număr de zile» conform declarației producătorului în insertul kitului diagnostic, frecvența de calibrare; (5) calibratorul "multiconstituient" liofilizat sau lichid (cu stabilitate pînă la 4 săptămîni de la deschiderea flaconașului (reconstituirea) cu posibilitatea de congelare a calibratorului reconstituit în alicvote a cîte 0,5 mL/alicvota; (6) volumul de uz minim de calibrator tip "multiconstituient" necesar pentru o zi - 0,5 mL dc multicalibrator pentru calibrare/recalibrare tuturor metodelor la discreția utilizatorului; (7) volumul total de multicalibrator necesar pentru anul 2026 - minim 200 mL; (8) costul calibratorilor să fie inclus în bugetul lotului dat.

III. Control de calitate intern. Materiale dc control: Numărul de seturi suficient pentru QC intern zilnic al seturilor diagnostice contractate, și anume: (1) QC de tip "multiconstituient" în minim 2 nivele (L/H sau I/II) cu componența necesară a setului pentru executarea controlului seturilor diagnostice pentru: Urea metoda UV enzimatică, Creatinina metoda PAP enzimatică, Acid uric metoda enzimatică, Proteina toală Biuret, Albumina metoda BCG, Glucoza metoda PAP enzimatică, Bilirubina totală, Bilirubina conjugată, ALAT, ASAT, gammaGTP, ALP, Amilaza totală; (2) pentru CK-MB (se admite material de QC aparte); (3) pentru Proteina în urină se admite material de QC aparte cu frecvență de aplicare o dată la 3-7 zile în volum de 0,2-0,3 mL/alicvota, volum total minim 15 mL; (4) pentru Proteina C-reactivă se admite set de QC aparte în volum suficient pentru numărul seturilor diagnostice pentru anul 2026 cu frecvență de aplicare o dată la 3-7 zile în volum de 0,2-0,3 mL/alicvota, volum total minim 15 mL; (5) seturi de QC liofilizați sau lichizi (cu stabilitate pînă la 4 săptămîni de la deschiderea (reconstituirea) flaconașului) cu posibilitatea de congelare a materialului de control reconstituit în alicvote a cîte 0,5 mL/alicvota; (6) volumul de uz minim de material de control intern de tip "multiconstituient" necesar pentru o zi - 0,5 mL de control reconstituit pentru QC intern zilnic; (7) volumul total necesar pentru anul 2026 - minim 200 mL pentru fiecare nivel de material de control; (8) costul materialelor de control să fie inclus în bugetul lotului dat.

"multiconstituient" necesar pentru o zi - 0,5 mL dc multicalibrator pentru calibrare/recalibrare tuturor metodelor la discreția utilizatorului; DA(7) volumul total de multicalibrator necesar pentru anul 2026 - minim 200 mL; DA (se ofera 201 ml) (8) costul calibratorilor să fie inclus în bugetul lotului dat. DA

III. Control de calitate intern. Materiale dc control: Numărul de seturi suficient pentru QC intern zilnic al seturilor diagnostice contractate, și anume: (1) QC de tip "multiconstituient" în 2 nivele (I/II) - **Elitrol I si Elitrol II** cu componența necesară a setului pentru executarea controlului seturilor diagnostice pentru: Urea metoda UV enzimatică, Creatinina metoda PAP enzimatică, Acid uric metoda enzimatică, Proteina toală Biuret, Albumina metoda BCG, Glucoza metoda PAP enzimatică, Bilirubina totală, Bilirubina conjugată, ALAT, ASAT, gammaGTP, ALP, Amilaza totală; DA (2) pentru CK-MB (material de QC aparte - CK-MB control); DA(3) pentru Proteina în urină se admite material de QC aparte cu frecvență de aplicare o dată la 3-7 zile în volum de 0,2-0,3 mL/alicvota, volum total minim 15 mL; DA (Control proteina în urina cu piragolol rosu) (4) pentru Proteina C-reactivă se admite set de QC aparte în volum suficient pentru numărul seturilor diagnostice pentru anul 2026 cu frecvență de aplicare o dată la 3-7 zile în volum de 0,2-0,3 mL/alicvota, volum total minim 15 mL; DA (CRP IP Control I, CRP IP Control II) (5) seturi de QC liofilizați sau lichizi (cu stabilitate pînă la 4 săptămîni de la deschiderea (reconstituirea) flaconașului) cu posibilitatea de congelare a materialului de control reconstituit în alicvote a cîte 0,5 mL/alicvota; DA (6) volumul de uz minim de material de control intern de tip "multiconstituient" necesar pentru o zi - 0,5 mL de control reconstituit pentru QC intern zilnic; DA(7) volumul total necesar pentru anul 2026 - minim 200 mL pentru fiecare nivel de material de control; DA (se ofera 200 ml pentru fiecare nivel de control); (8) costul materialelor de control să fie inclus în bugetul lotului dat.

IV. Alte consumabile specifice sistemului analitic oferit în comodă, costul căror să fie inclus în bugetul lotului dat: **Vesală specifică pentru reacții biochimice.** (1) Se admit oricare sisteme analitice cu: cuve dc unică folosință, sau segmente de cuve de unică folosință, sau discuri de reacție de unică folosință, sau discuri de reacție de folosință repetată durabilă specifice după volum și formă pentru analizatorul automat oferit comodă, destinate pentru reacții chimice și măsurare să fie estimat în număr de seturi în conformitate cu numărul de investigații subcontractate + 15% de rezervă tehnică. DA (2) În cazul sistemelor analitice oferite cu disc reactant destinat unui număr mare de analize cu cleaning automat - numărul de seturi de discuri să se ofere în conformitate cu numărul dc investigații contractate 2-3 seturi de rezervă tehnică. DA - se ofera Rotor cuveta set (3 rotori în set), p-u ProM, 6002-706 (3) Numărul de seturi insuficient estimat de către agentul economie, invalid, nevalidat, pierderi tehnice din

IV. Alte consumabile specifice sistemului analitic oferit în comodă, costul cărora să fie inclus în bugetul lotului dat: Veselă specifică pentru reacții biochimice. (1) Se admit oricare sisteme analitice cu: cuve de unică folosință, sau segmente de cuve de unică folosință, sau discuri de reacție de unică folosință, sau discuri de reacție de folosință repetată durabilă specifice după volum și formă pentru analizatorul automat oferit comodă, destinate pentru reacții chimice și măsurare să fie estimat în număr de seturi în conformitate cu numărul de investigații subcontractate + 15% de rezervă tehnică. (2) În cazul sistemelor analitice oferite cu disc reactant destinat unui număr mare de analize cu cleaning automat - numărul de seturi de discuri să se ofere în conformitate cu numărul de investigații contractate 2-3 seturi de rezervă tehnică. (3) Numărul de seturi insuficient estimat de către agentul economie, invalid, nevalidat, pierderi tehnice din cauza erorilor analitice ale analizatorului sau alte neconformități tehnice survenite din oricare altă cauză în afara erorilor user-laborant la analizator, să fie restituite din contul operatorului economie ofertant. (4) Soluții de spălare specifice sistemului analitic oferit în comodă - să fie estimat în exces cu minim 15% din volumul necesar pentru spălările de rutină în dozările reagenților incompatibili reieșind din necesități tehnice ale aparatului pentru -110 paneluri biochimice/24 ore (-110 pacienți/24 ore cu lista minimă obligatorie de investigații per pacient: Urea, Creatinina, Proteina tot., Albumina, Bilirubina tot., Glucoza, Amilaza totală, ALAT, ASAT, precum și opțional la necesitate extinsă cu alți parametri biochimici contractați). (5) Seturi de mentenanță periodică (dacă sunt prevăzute de la producător) - minim 2 pentru fiecare unitate de echipament biochimic (1 set livrat imediat la instalarea sistemului analitic, altul solicitat la necesitate la discreția beneficiarului reieșind din aspectele neconformităților tehnice înregistrate în proces de lucru de rutină). Seturi de mentenanță generală - minim 2 pentru fiecare unitate de echipament biochimic (1 set livrat imediat la instalarea sistemului analitic, altul solicitat la necesitate la discreția beneficiarului reieșind din aspectele neconformităților tehnice înregistrate în proces de lucru de rutină). (6) Lampe fotometrice - câte 2 pentru fiecare unitate de echipament biochimic (1 de rezervă suplimentar livrată imediat la instalarea sistemului analitic și alta livrată la necesitate reieșind din aspectele neconformităților tehnice înregistrate în proces

cauza erorilor analitice ale analizatorului sau alte neconformități tehnice survenite din oricare altă cauză în afara erorilor user-laborant la analizator, să fie restituite din contul operatorului economie ofertant. DA (4) Soluții de spălare specifice sistemului analitic oferit în comodă - să fie estimat în exces cu minim 15% din volumul necesar pentru spălările de rutină în dozările reagenților incompatibili reieșind din necesități tehnice ale aparatului pentru -110 paneluri biochimice/24 ore (-110 pacienți/24 ore cu lista minimă obligatorie de investigații per pacient: Urea, Creatinina, Proteina tot., Albumina, Bilirubina tot., Glucoza, Amilaza totală, ALAT, ASAT, precum și opțional la necesitate extinsă cu alți parametri biochimici contractați). DA - se ofera Solutie sistema, Solutie Acida de hipoclorid, Solutie cleaning pentru sistema (5) **Seturi de mentenanță periodică** (dacă sunt prevăzute de la producător) - minim 2 pentru fiecare unitate de echipament biochimic (1 set livrat imediat la instalarea sistemului analitic, altul solicitat la necesitate la discreția beneficiarului reieșind din aspectele neconformităților tehnice înregistrate în proces de lucru de rutină). **Seturi de mentenanță generală** - minim 2 pentru fiecare unitate de echipament biochimic - Maintenance kit Yearly Pro M/EL200, 6003-383/ Maintenance kit Yearly XL-Series, 6002-680, Vital (1 set livrat imediat la instalarea sistemului analitic, altul solicitat la necesitate la discreția beneficiarului reieșind din aspectele neconformităților tehnice înregistrate în proces de lucru de rutină). DA (6) Lampe fotometrice - câte 2 pentru fiecare unitate de echipament biochimic (1 de rezervă suplimentar livrată imediat la instalarea sistemului analitic și alta livrată la necesitate reieșind din aspectele neconformităților tehnice înregistrate în proces de lucru de rutină. DA (lampile sunt incluse în kitul de mentenanță) (7) Alte consumabile specifice pentru sistemul analitic oferit în comodă - Butelii pu reagent, cuve pu ser sunt estimate în volum necesar + 10% în exces sau câte uri 1-2 seturi în exces (pentru acoperirea necesităților tehnice legate de mentenanțe de rutină, spăldri între pipetări, acoperirea numărului de investigații contractate, etc.) și cerute argumentat la necesitate tehnică și la discreția argumentată a beneficiarului.

.Cerințe tehnice obligatorii pentru sistem analitic automat DE BAZĂ: (1) Sistem analitic full automat **Selectra PRO XL** (vezi broșura); închis», pentru funcționare în regim nou-stop în 24/24, 7/7; (2) Oferirea aparatului automat și accesoriilor acestuia - în baza «Contractului de comodat» pentru perioada de 14 luni din data semnării contractului; DA (3) UPS accesoriu pentru analizator - Da - se ofera UPS Antarespro Tower 3kVA, VNOL03-008, Powertronix; (4) Asigurarea conectării la printer laser - Da; (5) Zonele analizatorului automat să fie separate una de alta, și anume: (a) reactantă, (b) frigorifică pentru reagenți, DA (c) zona de aplicare a tuburilor cu probe biologice da; (6) Productivitatea echipamentului de bază - mai mult de

de lucru de rutină. (7) Alte consumabile specifice pentru sistemul analitic oferit în comoditate la fel să fie estimate în volum necesar + 10% în exces sau câte uri 1-2 seturi în exces (pentru acoperirea necesităților tehnice legate de mentenanțe de rutină, spăldri între pipetdri, acoperirea numărului de investigații contractate, etc.) și cerute argumentat la necesitate tehnică și la discreția argumentată a beneficiarului. Cerințe tehnice obligatorii pentru sistem analitic automat DE BAZĂ: (1) Sistem analitic full automat de oricare tip: închis», «semi-închis» sau «deschis» pentru funcționare în regim non-stop în 24/24, 7/7; (2) Oferirea aparatului automat și accesoriilor acestuia - în baza «Contractului de comodare» pentru perioada de 14 luni din data semnării contractului; (3) UPS accesoriu pentru analizator; (4) Asigurarea conectării la printer laser; (5) Zonele analizatorului automat să fie separate una de alta, și anume: (a) reactantă, (b) frigorifică pentru reagenți, (c) zona de aplicare a tuburilor cu probe biologice; (6) Productivitatea echipamentului de bază - mai mult de 399 teste spectrofotometrice/ori; (7) Tipuri de metode analitice cu curbe: End Point, Two Point, Cinetic, metoda Turbidimetrie, etc.; (8) Mini-stație pentru deionizarea apei cu dispozitiv manual pentru aprecierea calității apei (conductometru): cu accesorii nou-consumabile și consumabile (de ex. seturi de filtre) necesare pentru pentru perioada de activitate de 12-14 luni (sau oricare alt mod de obținere a apei deionizate pentru aparat); Primirea-predarea ministației propriu-zise (bară accesorii consumabili) - să se menționeze în contract de comodare în anexa cu "specificația bunurilor comodate"; Costul Mini-stației de deionizare și instalarea ei, seturile de filtre și alte accesorii consumabile necesari pentru funcționarea non-stop a mini-stației pentru fumizarea apei deionizate - să fie incluse în bugetul Ofertelor pentru loturi anuale pe perioada comodării; Seturi de filtre-consumabile obligatorii: cartușuri de polipropilen de 10 și 1, cartușuri cu carbon, cartușuri cu rășină, cartușuri cu membrana osmozei inverse; (9) Accesorii obligatorii pentru perioada de comodare a analizatorului automat: masa de laborator pentru caz de analizator de tip «de masă» sau oricare alt tip de suport special pentru analizator dacă e prevăzut de producător, pentru caz de analizator consolidat automat cu staționare la podea nu necesită suplimentar masă/suport din partea Operatorului economie; Primirea-predarea - bunului imobil accesoriu să se menționeze în

399 teste spectrofotometrice/ori - Da; (7) Tipuri de metode analitice cu curbe: End Point, Two Point, Cinetic, metoda Turbidimetrie, etc.; DA (8) Mini-stație pentru deionizarea apei - Da, se ofera stație pentru deionizarea apei **FF OSMOS PRESTIGE** cu dispozitiv manual pentru aprecierea calității apei (conductometru): cu accesorii nou-consumabile și consumabile (de ex. seturi de filtre) necesare pentru pentru perioada de activitate de 12-14 luni (sau oricare alt mod de obținere a apei deionizate pentru aparat) - da ; Primirea-predarea ministației propriu-zise (bară accesorii consumabili) - să se menționeze în contract de comodare în anexa cu "specificația bunurilor comodate"; Costul Mini-stației de deionizare și instalarea ei, seturile de filtre și alte accesorii consumabile necesari pentru funcționarea non-stop a mini-stației pentru fumizarea apei deionizate - să fie incluse în bugetul Ofertelor pentru loturi anuale pe perioada comodării -DA; Seturi de filtre-consumabile obligatorii: cartușuri de polipropilen de 10 și 1, cartușuri cu carbon, cartușuri cu rășină, cartușuri cu membrana osmozei inverse; DA(9) Accesorii obligatorii pentru perioada de comodare a analizatorului automat: masa de laborator pentru caz de analizator de tip «de masă» sau oricare alt tip de suport special pentru analizator dacă e prevăzut de producător, pentru caz de analizator consolidat automat cu staționare la podea nu necesită suplimentar masă/suport din partea Operatorului economie; DA Primirea-predarea - bunului imobil accesoriu să se menționeze în contract de comodare în anexa cu "specificația bunurilor comodate"; DA (10!) Se ofera în formă de back-up uri analizator automat suplimentar - **Selectra Pro M** (Brosura atasata) cu o viteză mai inferioară celui de bază, pentru a asigura continuitatea investigațiilor urgente în caz de defectiune temporară analizatorului de bază de la același producător, care funcționează în baza acelorași reagenți și consumabile necesare pentru investigații achiziționate! VI. Cerințe obligatorii generale: Certificate de Conformitate/Calitate de la producător pentru reagenți, calibratori, material de control și alte consumabile specifice sistemului analitic oferit comoditate; CE; IVD; Declarație sau Certificat de deținere a achipei de ingineri specializați în deservirea tehnică a aparatului de biochimie oferit în comoditate; Certificat/Certificate de instruire la producător de echipament analitic a cel puțin unui inginer responsabil de instalare și dare în exploatare a echipamentului analitic automat pentru investigații de chimie clinică - DA, sunt atasate. VII. Cerințe pentru asistentă înerească biomedicală și asigurarea funcționalității aparatului pe perioada de comodare: (1) Pe parcursul termenului de valabilitate a Contractului de comodare, operatorul economic să asigure deservirea și oricare tip de mentenanțe prin mobilizarea și oferirea serviciilor de suport tehnic din partea echipei de ingineri din domeniul biomedical specializați în instalarea și aplicațiile aparatului oferit, costul serviciilor căror să fie

contract de comodat în anexa cu ”specificația bunurilor comodate”; (10!) Obligator să se ofere în formă de back-up un analizator automat suplimentar cu o viteză mai inferioară celui de bază, pentru a asigura continuitatea investigațiilor urgente în caz de defecțiune temporară a analizatorului de bază de la același producător, care funcționează în baza acelorași reagenți și consumabile necesare pentru investigații achiziționate!

VI. Cerințe obligatorii generale: Certificate de Conformitate/Calitate de la producător pentru reagenți, calibratori, material de control și alte consumabile specifice sistemului analitic oferit comodat; CE; IVD; Declarație sau Certificat de deținere a echipei de ingineri specializați în deservirea tehnică a aparatului de biochimie oferit în comodat; Certificat/Certificate de instruire la producător de echipament analitic a cel puțin unui inginer responsabil de instalare și dare în exploatare a echipamentului analitic automat pentru investigații de chimie clinică. VII.

Cerințe pentru asistență în înțelegerea biomedicală și asigurarea funcționalității aparatului pe perioada de comodat: (1) Pe parcursul termenului de valabilitate a Contractului de comodat, operatorul economic să asigure deservirea și oricare tip de mentenanță prin mobilizarea și oferirea serviciilor de suport tehnic din partea echipei de ingineri din domeniul biomedical specializați în instalarea și aplicațiile aparatului oferit, costul serviciilor căror să fie inclus în bugetul lotului dat; (2) Costul serviciilor tehnice a inginerilor din partea Operatorului economic, precum și costul oricăror seturi de mentenanță, costul pieselor necesare pentru asigurarea funcționării non-stop a analizatorului sau pentru repararea defecțiunelor interne survenite în proces de «uzură de rutină» non-stop să fie incluse în bugetul Ofertelor pentru loturi anuale pe perioada comodării; (3) Timpul de reacționare și implicarea bioinginerilor sau echipei de ingineri instruiți la solicitarea de tip «urgent» pentru soluționarea disfuncțiilor grave a analizatorului în Laboratorul de urgență a Unității Primiri Urgențe al IMSP IMU pentru servicii de reparație - maximum una zi. Omiterea sau/și reținerea serviciilor de reparație de tip «vital» sau altor tipuri de soluționări de tip «urgent» care vor perturba activitatea Laboratorului pentru asigurarea lucrului asistenței în urgențe medicale, se va penaliza prin implicarea serviciului juridic al IMSP IMU;

inclus în bugetul lotului dat; DA(2) Costul serviciilor tehnice a inginerilor din partea Operatorului economic, precum și costul oricăror seturi de mentenanță, costul pieselor necesare pentru asigurarea funcționării non-stop a analizatorului sau pentru repararea defecțiunelor interne survenite în proces de «uzură de rutină» non-stop să fie incluse în bugetul Ofertelor pentru loturi anuale pe perioada comodării; DA(3) Timpul de reacționare și implicarea bioinginerilor sau echipei de ingineri instruiți la solicitarea de tip «urgent» pentru soluționarea disfuncțiilor grave a analizatorului în Laboratorul de urgență a Unității Primiri Urgențe al IMSP IMU pentru servicii de reparație - maximum una zi. Omiterea sau/și reținerea serviciilor de reparație de tip «vital» sau altor tipuri de soluționări de tip «urgent» care vor perturba activitatea Laboratorului pentru asigurarea lucrului asistenței în urgențe medicale, se va penaliza prin implicarea serviciului juridic al IMSP IMU; DA(4) IMSP IMU și colaboratorii Laboratorului nu poartă răspundere materială pentru oricare tip de defecțiune «intemă» a aparatului de biochimie oferit în comodat pe durata Contractului de comodat. Oricare tip de suport tehnic din partea echipei de ingineri și piese necesare să fie acoperite în baza garanției sau incluse în bugetul Ofertei pentru lotul dat.-DA

(4) IMSP IMU și colaboratorii Laboratorului nu poartă răspundere materială pentru oricare tip de defecțiune «intemă» a aparatului de biochimie oferit în comodat pe durata Contractului de comodat. Oricare tip de suport tehnic din partea echipei de ingineri și piese necesare să fie acoperite în baza garanției sau incluse în bugetul Ofertei pentru lotul dat.