

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de			ocds-b3wdp1-MD-1783517141738				Data: 15.08.2026		Alternativa nr.:	
Obiectul de achiziției:			Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2027 Coduri Generice							Pagina: 1 din 1
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință	
331000-00-1	1	Lot-1-Pulsoximetru de buzunar	Lot-1-Pulsoximetru de buzunar	PO45	Germania	Beurer GmbH	Pulsoximetru de buzunar Cod 260440 Descrierea Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2) Parametru Specificație Interval de măsurare SPO2 70-100% Pulsul 30-250 bpm Acuratețe SPO2 ±2% intre 70-100% Pulsul ±3% intre 30-250 bpm Rezoluția SPO2 ±1% Pulsul ±1 bpm Afișaj SPO2 obligatoriu Indicele de perfuzie (PI) obligatoriu Valoare pulsului obligatoriu Indicator baterie descărcată obligatoriu Carcasa Rezistent la șocuri, căderi obligatoriu Display LED sau LCD Alarmer Auditiv opțional Vizual obligatoriu Alimentare Baterie tip AAA Alkaline "Stingerea automată în caz de neutilizare" obligatoriu "Durata de funcționare în continuu" ≥ 10 ore Set de baterii inclus 1 set	Pulsoximetru de buzunar -Atasat file PDF- manual-Beurer_pulsoximetru-beurer-po45 +PO45 Data Sheet) Cod 260440 Descrierea Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2) Parametru Specificație (verificati in instructiune 14. Date tehnice) Interval de măsurare SPO2 70-100% Pulsul 30-250 bpm Acuratețe SPO2 ±2% intre 70-100% Pulsul ±2% intre 30-250 bpm Rezoluția SPO2 ±1% Pulsul ±1 bpm Afișaj SPO2 obligatoriu Indicele de perfuzie (PI) obligatoriu-da Valoare pulsului obligatoriu-da Indicator baterie descărcată obligatoriu-da Carcasa Rezistent la șocuri, căderi obligatoriu- da, husa in set. Display LED sau LCD Alarmer Auditiv -nu Vizual obligatoriu Alimentare Baterie tip AAA Alkaline "Stingerea automată în caz de neutilizare" obligatoriu0-da "Durata de funcționare în continuu" ≥ 10 ore Set de baterii inclus 1 set	DM000316685	
331000-00-1	2	Lot-2-Tensiometru	Lot-2-Tensiometru	Beurer Tensiometru automat de brat BM58+ adaptor retea+2 mansete adulti	Germania	Beurer GmbH	Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurarii tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult Caracterisitici tehnice pompă electrica integrată manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg "Precizia valorilor afișate" sistolic ± 3 mmHg diastolic ± 3 mmHg Conectare la PC USB / RC232 / Sdcart / ethernet Memorie internă Stocarea datelor a minim 50 măsurări Alarma sonora Alimentare baterii alcaline, + 220V Accesorii manșetă pentru adulti - 2 buc	Tensiometru electronic automat Adult ATASAT FILE-uri PDF: (655.16_BM58_2022-11-10_04_IM2_BEU_RO)+(655.16_BM58_2021-10-19_02_DS_EN_BEU) Cod 260760 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurarii tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult Caracterisitici tehnice pompă electrica integrată manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg -11. Date tehnice Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg "Precizia valorilor afișate" sistolic ± 3 mmHg diastolic ± 3 mmHg Conectare la PC USB / RC232 / Sdcart / ethernet- da, are cablu USB inclus in set, +aplicatia gratis Beurer Health Manager Memorie internă Stocarea datelor a 120 măsurări Alarma sonora- da, la erori masurare Alimentare baterii alcaline, + 220V -(pag.17 instructiune BM58) Accesorii manșetă pentru adulti - 2 buc -727.396_XLcuff_BM 58_2022-10-28_GB_BEU_low	DM000422303 + DM000052792	
331000-00-1	15	Lot-15-Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza)	Lot-15-Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza)	TM-A-1027	Turcia	Turned	Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza) Cod 140500 Descriere Destinatar amplasării pacientului pentru investigații ginecologice Parametrul Specificația Acțiune electromecanică Secțiuni ≥ 3 Suporturi pentru mâini pentru picioare Carcasul oțel vopsit electrostatic Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Înălțime reglabilă diapazon minim 60 - 80 cm Capacitate maximă ≥ 180 kg	Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza) Cod 140500 Descriere Destinatar amplasării pacientului pentru investigații ginecologice Parametrul Specificația Acțiune electromecanică Secțiuni ≥ 3 Suporturi pentru mâini pentru picioare Carcasul oțel vopsit electrostatic Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Înălțime reglabilă diapazon minim 60 - 100 cm Capacitate maximă 250 kg	DM000862669	

Numărul procedurii de		ocds-b3wdp1-MD-1783517141738						Data: 15.08.2026		Alternativa nr.:
Obiectul de achiziției:		Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2027 Coduri Generice								Pagina: 1 din 1
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic		standarde de referință
331000 00-1	22	Lot-22-Cardiomonitor fetal 260800	Lot-22-Cardiomonitor fetal 260800	C22	China	Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.	Cardiomonitor fetal Cod 260800 Descriere Cardiomonitor fetal cu posibilitatea înregistrării ECG Parametru Specificație Antepartum/intapartum ambele Ultrasunet undă continuă sau pulsativă ,diapazon - 0.985...2.5 MHz Frecvența cardiacă a fătului,diapazon 30-240 bpm Activitatea uterină obligatoriu Referință control zero obligatoriu Calibrare Frecvența cardiacă la făt, contracții uterine Numărul de canale 2 Imprimantă termică, încorporată Alarame vizuale și acustice Afișaj LCD, color Conexiunea PC obligatoriu Alimentarea 220 V, 50 Hz Accesorii Hirtie pentru imprimantă ≥ 5 buc. Set de electrozi ≥ 1 Gel de contact ≥ 1 litru Suport pe roțile (indicarea modelului obligatorie)	Cardiomonitor fetal Cod 260800 Descriere Cardiomonitor fetal cu posibilitatea înregistrării ECG Parametru Specificație Antepartum/intapartum ambele Ultrasunet undă continuă sau pulsativă ,diapazon - 0.985...2.5 MHz Da, pag.2 Frecvența cardiacă a fătului,diapazon 30-240 bpm Da, pag.2 Activitatea uterină obligatoriu Da, pag.2 Referință control zero obligatoriu Da, pag.2 Calibrare Frecvența cardiacă la făt, contracții uterine Da, pag.2 Numărul de canale 2 Da, pag.2 Imprimantă termică, încorporată Da, pag.2 Alarame vizuale și acustice Da, pag.2 Afișaj LCD, color Da, pag.2 Conexiunea PC obligatoriu Da, pag.2 Alimentarea 220 V, 50 Hz Da, pag.2 Accesorii Hirtie pentru imprimantă ≥ 5 buc.DA, inclus Set de electrozi ≥ 1 DA, inclus Gel de contact ≥ 1 litru DA, inclus Suport pe roțile (indicarea modelului obligatorie) TRIS Trolley 27438		DM000560581
331000 00-1	36	Lot-36-Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici medii) 140140	Lot-36-Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici medii) 140140	SU-03 cu accesorii	Polonia	Famed Zywiec Sp. Z.o.o	Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici medii) Cod 140140 Parametrul Specificația Descriere Masa de operatii oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea cîmpului chirurgical de expunerea optimă. Tip masă Electrohidraulică obligatoriu Mărimile mesei Lungimea ≥ 210 cm Lățimea ≥ 55 cm Poziționarea mesei Reglarea înălțimii minim 75 - 100 cm Deplasarea longitudinală ≥ 30 cm Trendelenburg ≥ 30 grade Inversarea trendelenburgului ≥ 30 grade Secțiile mesei ≥ 6 secții Înclinarea: Laterală ≥ 25 grade Secția din spate de la +80 la -40 grade (minim) Secția de la talpa/picior de la +25 la - 90 grade (minim) detașabilă divizată Secția cap de la +45 la - 45 grade (minim) Greutatea pacientului ≥ 250 kg Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie Tunel pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei Radiotransparență obligatoriu Accesibilitatea brațului C obligatoriu Mărima casetelor minim 35x43 cm Ațasarea de bază mobilă Rotile obligatoriu Sistem de frinare a bazei " cu pedal, tip hidrolic sau electrohidraulica" Motor electric pentru mișcarea sus/jos, lateral a mesei cu acumulator intern, de la telecomanda obligatoriu Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă cu autonomia ≥ 60 manipulări Telecomandă obligatoriu Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Pupitru de comandă obligatoriu Accesorii suport cot 2 unit., să se indice codul produsului suport umăr 2 unit., să se indice codul produsului suport picioare 2 unit., să se indice codul produsului suport torace 2 unit., să se indice codul produsului suport mină (decubit lateral) 1 unit., să se indice codul produsului stand pentru perfuzie 1 unit., să se indice codul produsului curea pentru fixarea corpului 1 unit., să se indice codul produsului suport pentru ecran de anestezie 1 unit., să se indice codul produsului	Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici medii) Cod 140140 Parametrul Specificația Descriere Masa de operatii oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea cîmpului chirurgical de expunerea optimă. Tip masă Electrohidraulică obligatoriu DA Mărimile mesei Lungimea ≥ 210 cm, DA, 216cm, pag.12 Lățimea ≥ 55 cm, Da, pag.15 Poziționarea mesei Reglarea înălțimii minim 75 - 100 cm Da, 68-108cm, pag.15 Deplasarea longitudinală ≥ 30 cm DA, 34cm, pag.15 Trendelenburg ≥ 30 grade DA, 40 grade, pag.18 Inversarea trendelenburgului ≥ 30 grade DA, 40 grade, pag.15 Secțiile mesei ≥ 6 secții Da Înclinarea: Laterală ≥ 25 grade DA, 30 grade, pag.15 Secția din spate de la +80 la -40 grade (minim) DA, pag.15 Secția de la talpa/picior de la +25 la - 90 grade (minim), detașabilă, divizată DA, pag.15 Secția cap de la +45 la - 45 grade (minim) DA, pag.15 Greutatea pacientului ≥ 250 kg DA, 350kg, pag.15 Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie Tunel pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei DA, pag.11,18 Radiotransparență obligatoriu, Accesibilitatea brațului C obligatoriu DA, pag.11 Mărima casetelor minim 35x43 cm DA, pag.21 Ațasarea de bază mobilă, Rotile obligatoriu Sistem de frinare a bazei " cu pedal, tip hidrolic sau electrohidraulica"DA, pag.12 Motor electric pentru mișcarea sus/jos, lateral a mesei cu acumulator intern, de la telecomanda obligatoriu DA, pag.17 Alimentarea 220 V, 50 Hz, Baterie internă cu autonomia ≥ 60 manipulări DA, pag.20 Telecomandă obligatoriu DA, pag.12 Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei, Pupitru de comandă obligatoriu DA, pag.25 Accesorii suport cot 2 unit., Da, tip PR-01.5, pag.4, suport umăr 2 unit., Da, tip WS-06.5 , suport picioare 2 unit., Da, tip Double-divided footrest OT-SBL04BN2 , suport torace 2 unit.,Da, tip AS-79, suport mină (decubit lateral) 1 unit., Da, tip WS-43.0 , stand pentru perfuzie 1 unit., Da, tip WK-01.5, curea pentru fixarea corpului 1 unit., Da, tip WS-41.5, suport pentru ecran de anestezie 1 unit., Da, tip WS-01.5		DM000500272

Semnat: _____ Numele, prenumele: Perepelita Igor

În calitate de: Administrator

Ofertantul: "Tetis International Co" SI Adresa: mun. Chisinau, Str. Calea Orheiului 103/3