

SPECIFICAȚII TEHNICE

IMSP Institutul de Cardiologie

Numărul procedurii de achiziție: 21108184, ocds-b3wdp1-MD-1697713048041							Data: 23.11.2023	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2024 (sistem închis)							Lot:	pag. 1 din 2
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8

Lot 13. Control ser Normal

1	33100000-1	Control ser Normal	Sera hN-DAC.	Moldova	Dac-Spectromed	Ser din bovine liofilizat pentru reproductibilitate cu posibilitatea deretminării indicilor biochimici principali:proteina totala,albumina ,urreea creatinina,bilirubina totala si directa,glucoza ALAT,ASAT,a-amilaza.coolesterol triglicerid Na K,Cl si alte. Ambalaj: 3-5 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Control normal în baza serului uman. Amb. fl. 3-5ml.	ISO, CE.
2	33100000-1	Control ser Patologic	Sera hP-DAC.	Moldova	Dac-Spectromed	Ser din bovine liofilizat pentru reproductibilitate cu posibilitatea deretminării indicilor biochimici principali:proteina totala,albumina ,urreea creatinina,bilirubina totala si directa,glucoza ALAT,ASAT,a-amilaza.coolesterol triglicerid Na K,Cl si alte. Ambalaj: 3-5 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Control patologic în baza serului uman. Amb. fl. 3-5ml.	ISO, CE.

15	33100000-1	Catridj, test p/u determinarea singelui ocult in masele fecale	FOB-F-Cart-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Expres teste diagnostice p-u analiza de rutina a urinei*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Catridj, test p/u determinarea sângelui ocult în mase fecale.	ISO, CE.
----	------------	--	----------------	---------	----------------	--	---	----------

Lot 21. Consumabile, reagenti p-u analizatorul Hematologic Urit 3020.

1	33100000-1	Solutie de diluare p-u analizatorul Hematologic Urit 3020	Diaton-Erma	Ungaria	Diagon	Diluent pentru analizator hematologic Urit. Solutie de diluare pentru Analizator hematologic Urit 3020.Ambalaj 20 litre.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Soluție de diluare pentru Analizorul hematologic Urit. Ambalaj 20litri.	ISO, CE.
---	------------	---	-------------	---------	--------	--	---	----------

2	33100000-1	Soluție de lizare p-u analizatorul hematologic Urit 3020	Dialyse Erma CF	Ungaria	Diagon	Dialyse pentru analizator hematologic Urit.Soluție de lizare pentru Analizator hematologic Urit 3020. Ambalaj 0,5 litru*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Soluție de lizare pentru Analizorul hematologic Urit. Ambalaj 0,5litri.	ISO, CE.
3	33100000-1	Soluție de curatare p-u analizatorul hematologic Urit 3020.	Diaclenz	Ungaria	Diagon	Detergent pentru analizatorul hematologic Urit.Soluție de curatare pentru Analizator hematologic Urit 3020 . Ambalaj 5 litri*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Soluție de curățare pentru Analizorul hematologic Urit. Ambalaj 5litri.	ISO, CE.
4	33100000-1	Material de control hematologic cu 3 nivele: Low,Normal, Hight.	D-Check 18Low, Normal, High	Ungaria	Diagon	Material de control hematologic pentru analizator hematologic Urit, 3 nivele Low,Normal, High.Set 3 fl * 2 ml *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Material de control hematologic pentru analizatorul hematologic Urit, cu 3 nivele: Low, Normal, High. Set 3fl x 2ml.	ISO, CE.
5	33100000-1	Diaclean Cell (soluție de spalare fiecare zi)	Clean Cell-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Diaclean Cell pentru Analizator hematologic Urit. Ambalaj 100 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Clean Cell (soluție de spălare fiecare zi) pentru Analizorul hematologic Urit. Ambalaj 100ml.	ISO, CE.

Semnat:_____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 23.11.2023

Valabilitatea ofertei - 90 zile.