

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

**Numărul procedurii de achiziție: 21055740 din 31.05.2022**
**Obiectul de achiziție: Necesarul de piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2022**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 46</b>						
Lot 46: Reductor pentru butelii de oxigen medical	RO.303.12240 DIN6	Italia	SAN-O-SUB ITALIA SRL	Pentru oxigen medical; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Conector pentru canula nazală; Reglator de flux 0-15 l/min; Ieșire priză standart DIN; Presiune maximă $\geq 200$ bar; Presiunea de ieșire 4,2-4,8 bar; Interconectare butelie-reductor G3/4". Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Gaz medical oxigen Presiune de lucru 230 bari (la cerere 300 bari) Presiune de ieșire 3,5 bar Debit 0-15 litri / min debit continuu Intervale 1-1,5-2-3-4-6-9-12-15 Precizie + -10% o + - 0,5 lt.min. Interval de temperatură -20 ° C + 50 ° C Interconectare butelie-reductor G3/4". Ieșire priză standart DIN; Conector pentru canula nazală Termen de garanție 3 luni.	CE
<b>Total lot 46</b>						
<b>Lotul 56</b>						
Lot 56: Senzor de oxigen / ref: OOM201	E-15/2	Germania	Nuova GmbH	Compatibil cu Mașina de Anestezie Drager, Fabius Plus, Valabile minim 12luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.	Conector: 3 inele de contact Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 14. – 20 mV Timp de răspuns: <12 secunde Termen de valabilitate 12 luni din data livrării.	CE
<b>Total lot 56</b>						
<b>Lotul 59</b>						
Lot 59: Acumulatori Lead-acid 12V/3.5AH/20HR REF: G191053	351035	Germania	Akkuplanet GmbH	Compatibil cu Masina de Anestezie Drager, Fabius Plus. Produs în 2022. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	12 Volți 3,5 Ah - aprox. dimensiuni in mm 135x66,8x64,4 - aprox. greutate 1,5 kg Produs în 2022. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării.	ISO
<b>Total lot 59</b>						
<b>Lotul 71</b>						
Lot 71: Cablu fibrooptic ref.code 80663523	IM201-2311	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Compatibil cu sursa de lumina Xenon Nova 300, Karl Storz. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Tehnologie de înaltă transmisie Fibre asamblate Lungime 2,3 m Diametru 3,5 mm ( incl. fittinguri ) Termen de garanție 12 luni din momentul livrării.	CE
<b>Total lot 71</b>						
<b>Lotul 86</b>						
Lot 86: Palete getabile adezive pentru adult compatibile cu defibrilatorul Nihon Kohden TEC-5521K ref. code H315 P-510	F7955	Italia	FIAB SpA	Palete getabile adezive pentru adult compatibile cu defibrilatorul Nihon Kohden TEC-5521K ref. code H315 P-510. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Disposable pads Seria Cardiolife TEC-5500 con cavo-cu cablu JC-755V, adult Termen de garanție 12 luni din momentul livrării	CE
<b>Total lot 86</b>						

<b>Lotul 87</b>						
Lot 87: Paleta getabile adezive pentru copii compatibile cu defibrilatorul Nihon Kohden TEC-5521K ref. code H316 P-512	F7955P	Italia	FIAB SpA	Paleta getabile adezive pentru copii compatibile cu defibrilatorul Nihon Kohden TEC-5521K ref. code H316 P-512. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Disposable pads Seria Cardiolife TEC-5500 con cavo-cu cablu JC-755V, child Termen de garantie 12 luni din momentul livrării	CE
<b>Total lot 87</b>						
<b>Lotul 90</b>						
Lot 90: Cablu interconectare pentru instrumente bipolare	92023	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Cablu interconectare instrumente monopolare - electrocoagulatorul Karl Storz Autocon 50 205205. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	Cablu HF bipolar Protecție îmbunătățită împotriva coroziunii prin șuvițe placate cu argint, de asemenea, cu modelele noastre bipolare Fișă plată, dreaptă Erbe VIO / ICC / ACC; Storz 3 m Termen de garantie 12 luni din momentul livrării	CE
<b>Total lot 90</b>						
<b>Lotul 91</b>						
Lot 91: Cablu interconectare electrod netru	F7922	Italia	FIAB SpA	Cablu interconectare electrod netru reutilizabil cu electrocoagulatorul, compatibil cu electrocoagulatorul Karl Storz Autocon 50 205205 20. Electrod netru reutilizabil compatibil cu cablul de interconectare și electrocoagulatorul menționat. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	CONECTOR - Jack Universal mono de 6,3 mm. LUNGIMEA - 500 cm. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării.	CE
<b>Total lot 91</b>						
<b>Lotul 92</b>						
Lot 92: Cablu interconectare pentru instrumente monopolare	92004	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cablu interconectare instrumente monopolare - electrocoagulatorul Karl Storz Autocon 50 205205. diametrul interior al conectorului către instrument: 4 mm, lungime conector instrument 21mm. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	Cablu HF monopolar Protecție îmbunătățită împotriva coroziunii prin șuvițe placate cu argint ale pinilor noștri monopolari Unitate care conectează mufa Erbe T-Serie - Buchse de 4 mm L - 3 m Termen de garantie 12 luni din momentul livrării.	CE
<b>Total lot 92</b>						
<b>Lotul 95</b>						
Lot 95: Sensor de oxigen (ref: OOM202)	E-17/M	Germania	Nuova GmbH	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conector: Molex cu 3 pini Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 12,5-16,5 mV Timp de răspuns: < 12 secunde Termen de valabilitate 12 luni din data livrării.	CE
<b>Total lot 95</b>						
<b>Lotul 103</b>						
Lot 103: Senzor de oxigen type MOX3	E-77/OS	Germania	Nuova GmbH	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Mindray, SV-650. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conector: mufă modulară RJ11 Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 9-13 mV Timp de răspuns: <15 secunde Termen de valabilitate 12 luni din data livrării.	CE
<b>Total lot 103</b>						
<b>Lotul 104</b>						
Lot 104: Senzor de oxigen (ref: 6640044)	U938-06A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. MAQUET, Servo-i, Servo-U. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. MAQUET, Servo-i, Servo-U. Termen de valabilitate 12 luni din data livrării.	CE
<b>Total lot 104</b>						

<b>Lotul 105</b>						
Lot 105: Senzor de oxigen (ref: 396200)	U938-10A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. HAMILTON C1. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. HAMILTON C1. Termen de valabilitate 12 luni din data livrării.	<b>CE</b>
<b>Total lot 105</b>						
<b>Lotul 109</b>						
Lot 109: Senzor SpO2 tip Masimo (ref: LNCS DCI)	U401-A(19BL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Lungimea minimum 1m. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Senzori LNCS Clip pentru degete pentru adulți, 2,8 m Termen de garanție 12 luni din momentul livrării.	<b>CE</b>
<b>Total lot 109</b>						
<b>Lotul 110</b>						
Lot 110: Cablu interconector SpO2 tip Nellcor (Ref: 3375834)	U715-1AL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Reutilizabil. Lungimea cabului minim 2m. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Siemens Drager 7 pini-DB9F, 2,4 m potrivit pentru senzorul Nellcor Termen de garanție 12 luni din momentul livrării.	<b>CE</b>
<b>Total lot 110</b>						
<b>Lotul 111</b>						
Lot 111: Cablu ECG conform standardului IEC (ref: 98ME01EC009)	OEM-30037A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu Monitor de pacient BISTOS BT-770, reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Cablu ECG pentru BT770, Bistos 5 plumb, clip, IEC Termen de garanție 12 luni din momentul livrării.	<b>CE</b>
<b>Total lot 111</b>						
<b>Lotul 112</b>						
Lot 112: Cablu interconector SpO2 tip Nellcor (Ref: 136844)	U701-1AL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu Monitor de pacient BISTOS BT-770, reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Nellcor 7 pini-DB9F, 2,4 m potrivit pentru senzorul Nellcor de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen	<b>CE</b>
<b>Total lot 112</b>						
<b>Lotul 113</b>						
Lot 113: Cablu ECG conform standardului IEC (ref: 2.400070)	U225-11CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu Electrocardiograful Schiller, Cardiovit AT-102 Plus. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Cablu și cabluri cu 10 conductoare, Clip, IEC Termen de garanție 12 luni din momentul livrării.	<b>CE</b>
<b>Total lot 113</b>						
<b>Lotul 117</b>						
Lot 117: Cablu IBP pentru utilizarea cu traductor tip B Braun	U805-1E	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Nihon Kohden (14 pini) Tot Nihon Kohden Cablu IBP Nihon Kohden-HP/Braun, 2,8 M, 14 pini-4 mufe Termen de garanție 12 luni din momentul livrării.	<b>CE</b>
<b>Total lot 117</b>						

<b>Lotul 118</b>						
Lot 118: Acumulator (ref: SB-671P)	88888786	Frantia	VLAD	Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Produs în 2022. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Anul de producere 2022. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Tehnologia Ni-Mh Model Original Tensiune 9,6 Capacitate 2.9 Greutate (kg) 0,673 Termen de garantie 12 luni din momentul livrării.	ISO
<b>Total lot 118</b>						
<b>Lotul 120</b>						
Lot 120: Acumulator 14.4V 36Wh	88881172	Frantia	VLAD	Compatibil cu Monitorul Pulsion, PiCCO2 PC8500. Produs în 2022. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Anul de producere 2022. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Tehnologie Li - Ion Model Original Tensiune 14,4 Greutate (kg) 0,396 Termen de garantie 12 luni din momentul livrării.	ISO
<b>Total lot 120</b>						
<b>Lotul 124</b>						
Lot 124: Borcan pentru debitmetru tip Bobrov tip Greggersen (ref: 900.922)	CO.400.12059	Italia	SAN-O-SUB ITALIA SRL	Compatibil cu Debitmetru tip Bobrov din dotarea instituției. Sterilizabil. Volumul 250 ml, gradat cu nivel minim și maxim pentru lichid. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Corp Macron sterilizabil Admisie 9/16 UNF femela Îeșire Hosetail 6 mm. Reglabil Dimensiune 175 mm x 116 mm Greutate 180 gr. Capacitate 250 ml Termen de garantie 12 luni din momentul livrării.	CE
<b>Total lot 124</b>						
<b>Lotul 138</b>						
Lot 138: Acumulator 12V, 7,2Ah	33106015	Frantia	VLAD	Ref: GP1272. Termen de garantie 24 luni din momentul livrării. Produs în 2022. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Tensiune 12 Capacitate 7.2 Greutate (kg) 2.410 Marimea NP7-12 Lungime (mm) 151,0 Latime (mm) 65,0 Termen de garantie 24 luni din momentul livrării. Produs în 2022.	ISO
<b>Total lot 138</b>						
<b>Lotul 139</b>						
Lot 139: Acumulator 12V, 9Ah	33106005	Frantia	VLAD	Ref: HR1234. Termen de garantie 24 luni din momentul livrării. Produs în 2022. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Tensiune 12 Capacitate 9 Greutate (kg) 2.519 Lungime (mm) 151,0 Latime (mm) 65,0 Înălțime (mm) 94,0 Origine referință HR1234W Termen de garantie 24 luni din momentul livrării. Produs în 2022.	ISO
<b>Total lot 139</b>						
<b>Lotul 143</b>						
Lot 143: Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u CARDIMAX FX 7202	U269-21CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu ECG Fukuda Denshi Cardimax FX 7202. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Cablu și cabluri cu 10 conductoare, Clip, IEC Termen de garanție 12 luni din momentul livrării.	CE
<b>Total lot 143</b>						

<b>Lotul 144</b>						
Lot 144: Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u MAC 600	U202-11CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu ECG GE MAC 600. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Cablu și cabluri cu 10 conductoare, Clip, IEC Termen de garanție 12 luni din momentul livrării.	<b>CE</b>
<b>Total lot 144</b>						
<b>Lotul 145</b>						
Lot 145: Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u ECG600G	U225-11CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu ECG CONTEC ECG600G. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Cablu și cabluri cu 10 conductoare, Clip, IEC Termen de garanție 12 luni din momentul livrării.	<b>CE</b>
<b>Total lot 145</b>						
<b>Lotul 152</b>						
Lot 152: Traductor convex CH5-2	SMCH52X3	Taiwan	Broadsound Corporation	Compatibil cu ultrasonograful Siemens Acuson X300. Diapazonul frecvența de lucru 1.4 – 5.0 MHz, unghiul câmpului de scanare 66°. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Tip matrice: convex Frecvența nominală: 2-5MHz Unghiul sectorului/câmpul de vedere: 60 de grade Mod de aplicare: Aplicați ansamblul traductorului pe suprafața corpului Aplicație: Abdominal, Ob/Gyn.	<b>CE</b>
<b>Total lot 152</b>						
<b>Lotul 153</b>						
Lot 153: Acumulator 12 V, 7.0Ah(minim) pentru UPS Eaton 9533	33101116	Frantia	VLAD	Ref: NP7-12L-TW lungimea maxima (mm): 151 , înălțimea maxima (mm): 98, lățimea maxima (mm): 65. Produs în 2022. Termen de garanție 24 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.	Tensiune 12 Capacitate 7 Greutate (kg) 2.230 Marimea NP7-12 Lungime (mm) 151,0 Latime (mm) 65,0 Înălțime (mm) 97,5 Origine de referință NP7-12L Termen de garanție 24 luni din momentul livrării.	<b>ISO</b>
<b>Total lot 153</b>						
<b>Lotul 158</b>						
Lot 158: Transductor sectorial 3S-RS pentru GE Vivid e	GP3SRS	Taiwan	Broadsound Corporation	Compatibil cu ultrasonograful GE Vivid e. Diapazonul frecvența de lucru 1.5 – 3.6 MHz, unghiul câmpului de scanare 90°. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Tip matrice: Fazat Frecvența nominală: 2-4MHz Unghiul sectorului/câmpul de vedere: 90 de grade Mod de aplicare: Aplicați ansamblul traductorului pe suprafața corpului Aplicație: Cardiac, Abdominal, GYN Transcranial.	<b>CE</b>
<b>Total lot 158</b>						
<b>Lotul 161</b>						
Lot 161: Transductor convex 4C-RS pentru GE Vivid e	GC4CRS	Taiwan	Broadsound Corporation	Compatibil cu ultrasonograful GE Vivid e. Diapazonul frecvența de lucru 2 – 5.5 MHz, unghiul câmpului de scanare 58°. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Tip matrice: convex Frecvența nominală: 2-5.5MHz Unghiul sectorului/câmpul de vedere: 80 de grade Mod de aplicare: Aplicați ansamblul traductorului pe suprafața corpului Aplicație: Abdominal, Ob/Gyn	<b>CE</b>
<b>Total lot 161</b>						

<b>Lotul 162</b>						
Lot 162: Transductor liniar VF10-5	SML105X3	Taiwan	Broadsound Corporation	Diapazonul frecvența de lucru 1.4 – 5.0 MHz.Compatibil cu ultrasonograful Siemens Acuson X300. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Tip matrice: Linear Frecvența nominală: 5-10MHz Unghiul sectorului/câmpul vizual: 38mm Mod de aplicare: Aplicați ansamblul traductorului pe suprafața corpului Aplicație: piese mici, periferice.	CE
<b>Total lot 162</b>						
<b>Lotul 163</b>						
Lot 163: Lampa Xenon 150W pentru FUJINON EPX-2500, Ref: PE150AF	PE150AF	SUA	Excelitas Technologies Corporation	Compatibil cu surse de lumina endoscopice FUJINON EPX-2500, Ref: PE150AF. Timpul de lucru ≥ 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Descriere Gama nominală Putere 150 wați 100-150 wați Curent 11 amperi (continuu) 10-14 amperi (continuu) Tensiune de funcționare 11,7 volți (DC) 10-13,6 volți (DC) Timpul de lucru ≥ 500h.	ISO 14001:2015
<b>Total lot 163</b>						
<b>Lotul 172</b>						
Lot 172: Acumulator 12 V, 7.0Ah(minim) Ref: GB-1271	33106015	Frantia	VLAD	Ref: GB-1270. lungimea maxima a acumulatorului: 152, mm, lățimea maxima a acumulatorului: 96, mm, înălțimea maxima a acumulatorului: 66 mm. Produs în 2022 Termen de garanție 24 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.	Tensiune 12 Capacitate 7.2 Greutate (kg) 2.410 Marimea NP7-12 Lungime (mm) 151,0 Latime (mm) 65,0 Termen de garantie 24 luni din momentul livrării. Produs în 2022.	ISO
<b>Total lot 172</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23