

**Specificații tehnice
(F4.1)**

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1589970456998	Data: 30 mai 2020, 10:41 - 11 iun 2020, 10:41	
Denumirea licitației: privind achiziționarea Oxigenatoare & Consumabile pentru an.2020	Poziții:1, 19.	

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1.	3310 0000 -1	Oxigenatoare	CX-ML023 + CXFX25RW	Japonia	Terumo	Oxigenator cu membrană pentru adulți(cu 1 suport(„holder”)) în set cu: - rezervor venos rigid (hollow) - filtru arterial incorporat in oxigenator sau anexat in set de tubulatura (cu 1 suport(„holder”)) și - linii arteriovenoase, pentru aspirația cardiocirurgicală și cardioplegia cu custadiol prin pompă in set susnumit. Pentru adulți Debit volum maxim (l / min.) Pana de 8,0 Vizibilitatea sângelui Da Volumul static al “priming”-ului (ml) Pîna la 270 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (@ 8,0 l / min. AAMI standard) Nu mai mic de 400 Eficiența schimbului caldurii (@ 8,0 l/min.) Nu mai mic de 0,45 Intrarea in rezervor -12 inch Întrarea sângelui venos la „top”-ul rezervorului Da	Oxigenator pentru adulți cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial incorporat în oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate 1-4). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat. - Debit volum maxim (l / min.) – Până la 8,0. - Vizibilitatea sângelui – Da - Volumul static al “priming”-ului oxigenatorului (ml) – 260. - Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) – 490. - Suprafața schimbului de gaze (m2)- 2,5. - Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) – 0,53.	CE/ ISO

							- Intrare în rezervor venos (inch) – ½. - Prelucrare membranelor cu biopolimer – Da – X-coating.	
19.	3310 0000 -1	Filtre pentru aspirator chirurgical Gima clinic+	28297	Italia	Gima	Filtre pentru aspirator chirurgical Gima clinic+	Filtre pentru aspirator chirurgical Gima clinic+	CE/ ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** In calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **str. Melestiu, 20, mun. Chișinău, Republica Moldova**