

**Specificații tehnice (Anexa 22)**

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]*

|  |                  |                     |
|--|------------------|---------------------|
| Numărul licitației: <b>21622136 / ocds-b3wdp1-MD-1779274051303, din 28/05/2026</b> | Data: 28/05/2026 | Alternative nu sunt |
| Denumirea licitației: <b>endoproteze pentru anul 2026</b>                          | Lot: 2           | Pagina 1 din 1      |

| Codul CPV  | Nr. Lot | Denumire lot                               | Denumirea poziției                         | Modelul articolului             | Țara de origine | Producătorul  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă   | Specificația tehnică propusă de operatorul economic  | Nr de înregistrare AMDM / Standarde de Referință |
|------------|---------|--|--|---------------------------------|-----------------|---------------|---|--|--|
| 1          | 2       | 3  | 4  | 5                               | 6               | 7             | 8   |  |  |
| 33100000-1 | 2       | Ciment ortopedic cu antibiotic cu colorant | Ciment ortopedic cu antibiotic cu colorant | Cemex® Genta ID Green (12A2420) | Italia          | TECRES S.p.A. | Disponibil în pachete ce conțin minim 40 grame de pudră ce va conține polimer și monomer sub formă lichidă.<br>-Să prezinte viscozitate medie, indicat pentru artroplastii de șold și genunchi.<br>-Să conțină un agent radiopac.<br>-Să conțină un colorant, pentru a obține o diferențiere în structura osoasă, pentru a asigura înlăturarea debridurilor de ciment în artroplastii primare și cele de revizie.<br>-Să conțină Gentamicină.<br>-Să prezinte o toxicitate redusă și să posedă proprietăți hipoalergene.<br>-Să corespundă standardului ISO 5833.<br>Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării. | Disponibil în pachete ce conțin minim 40 grame de pudră ce conține polimer și monomer sub formă lichidă.<br>- Prezintă viscozitate medie, indicat pentru artroplastii de șold și genunchi.<br>- Conține un agent radiopac.<br>- Conține un colorant, pentru a obține o diferențiere în structura osoasă, pentru a asigura înlăturarea debridurilor de ciment în artroplastii primare și cele de revizie.<br>- Conține Gentamicină.<br>- Prezintă o toxicitate redusă și posedă proprietăți hipoalergene.<br>- Corespunde standardului ISO 5833.<br>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării.<br><br>[Vezi: CEMEXline_B1C087_R1220_EN.pdf]<br>[Vezi: MDR 738112_Cemex Genta_17.01.2023_2.pdf]<br>[Vezi: Z1G239rev02_24_v3.pdf] | ISO, CE,<br><br>Nr. de înreg.:<br>DM000343487    |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial  
Ofertantul: S.C. Immunotchnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova