

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertanți în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1747228137959					Data: „___” 20__	Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:		Achiziționarea dispozitivelor medicale (Sistem videoendoscopic pentru gastroscopie) conform necesităților IMSP AMT Ciocana							
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul	Tara de	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de	standarde de
3310000-1	1	Sistem videoendoscopic pentru gastroscopie	Sistem videoendoscopic pentru gastroscopie	HD-550	China	Sonoscape	Videoprocesor Intrări camere ≥ 1 Iluminare 3 moduri Balans de alb obligatoriu Ajustarea culorilor și nuanței obligatoriu Ajustarea contrast Minim 3 nivele Zoom Electronic obligatoriu Sistemul trebuie să suporte cel puțin trei tehnologii de cromoscopie virtuală (optică sau digitală) sau funcții echivalente care să asigure: a) evidențierea capilarelor și a structurilor mucoasei b) vizualizarea vaselor de sânge și a punctelor de sângerare c) optimizarea structurii, tonurilor de culoare și luminozității mucoasei Posibilitate înregistrare video direct sau prin dispozitive ter țe obligatoriu Înregistrarea pacienților în baza de date internă obligatoriu Programarea protocolului pentru fiecare utilizator obligatoriu Afișarea datelor video endoscopului atașate la procesor obligatoriu Tastatură Alfa numerică obligatoriu Control Limba de utilizare Romana sau Engleza/Rusa obligatoriu Ecran sau butoane tactile obligatoriu Ieșiri Video semnal live/ real: - Digital minim DVI sau SD-1 ≥ 1 - Rezoluția de ieșire ≥ 1080 p/i Compatibilitate cu video endoscoape: Video gastroscop obligatoriu Video colonoscop obligatoriu Pompă de aer și apă Control direct de pe procesor Nivel control minim 4 nivele oprit, scăzut, mediu, ridicat Sursa de lumină Tip Integrată în procesor sau separata ori alt sistem de iluminare care poate fi confirmat prin date tehnice. Tip lampă Xeon/Led Timp de viață lampă ≥ 500 h	Conform anexaspecificatia tehnica	DM000684612, DM000684605, DM000684620,

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: or. Durlesti, Str. Vasile Lupu 6