

 <b>СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА</b>	<b>СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ</b>	ЗАО «ОЗ «ВладМиВа» 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 19 тел.: 4722/34-56-85 факс: 4722/31-59-03 Internet: <a href="http://www.vladmiva.ru">www.vladmiva.ru</a> e-mail: <a href="mailto:postmaster@vladmiva.ru">postmaster@vladmiva.ru</a>
<b>ИЗДЕЛИЕ</b>	<b>ДЕВИТ (А/П/С)</b>	
<b>УПАКОВКА</b>	Паста (шприц)	- 3,0 г
<b>ОПИСАНИЕ</b>	Материал- паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба	
<b>ПО ТРЕБОВАНИЯМ</b>	В соответствии с ГОСТ Р 15013-94, ГОСТ Р 51609-2000, и директивой ЕЭС 93/42 ЕС	
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ</b> Материал (вещество)      РЕГ. № CAS (Стомат. ассоц.)      Кол. (%)		
Титана окись Глицерин Хлорфенол Камфорное масло Волокнистый медицинский наполнитель	13463-67-7 56-81-5 106-49-8 — —	~30,0 % ~25,0 % ~10,0 % ~15,0 % ~20,0 %
<b>ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА</b> В СООТВЕТСТВИИ С УПОМЯНУТЫМ ГОСТ Р 15013-94		
<b>СЕРТИФИКАЦИИ</b>	<b>ГОССТАНДАРТ РОССИИ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р</b>	
<b>Дата: 20/05/2011 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА</b>	Подпись, печать 	