

Poz. Nr.	Parametrii tehnici solicitați	Parametri tehnici ofertați
18	Monitor analizator gaze anestezice Color minim 800x600 Diagonala minim 15" Opțional funcționalitate touchscreen Parametri monitorizați continuu: ECG (minim 3 și 5 derivații), SPO2, IBP1, IBP2, RESP/CO2 (Freezable) BIS, Parametri numerici HR, SPO2, Puls NIBP (SYS, DIA, MAP), IBP1 (SYS, DIA, MAP), IBP2 (SYS, DIA, MAP), RR, T1, T2, PPV, SVV EtCo2, FiCo2, RR, EtO2, FiO2, EtAA, FiAA, MAC BIS	Model propus: AXCENT Cetus x15 + Accessorii, Germany Monitor analizator gaze anestezice Color minim 1366x600 → Da Diagonala minim 15.6" → Da Opțional funcționalitate touchscreen → Da (Standart) Parametri monitorizați continuu: ECG (minim 3 și 5 derivații), → Da SPO2, → Da IBP1, → Da IBP2, → Da RESP/CO2 (Freezable) → Da BIS, → Da Parametri numerici HR, SPO2, Puls → Da NIBP (SYS, DIA, MAP), → Da IBP1 (SYS, DIA, MAP), → Da IBP2 (SYS, DIA, MAP), → Da RR, → Da T1, → Da T2, → Da PPV, SVV → Da EtCo2, FiCo2, → Da RR, → Da EtO2, FiO2, → Da EtAA, FiAA, MAC → Da BIS → Da

Aritmie Analiza automată a traseului EKG: VF, VT, RUN, AIVR, BGM, TGM, CPT, TACH, BRDY, PAUS, ASYS Analiza ST - Rezoluție 0.01 mV - Interval măsurători de la -2mv la +2mv - Alarma de la -2mv la +2mv NIBP Tensiunea arterială non-invaziv Metoda măsurare: Oscillometric Mod măsurare: Manual/Automat SpO2 Interval minim de măsurare 40-100% Acuratețe minim SpO2: 2% Puls Interval minim de măsurare 25-250 b/min Temperatura Interval minim de măsurare 0-50°C Acuratețe minim: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ Respirație Interval minim de măsurare 0-150 R/min Acuratețe minim: $\pm 0.2\%$ sau 2 R/min IBP 2 canale Analizator gaze medicale Metoda: absorbție infraroșu	Aritmie Analiza automată a traseului EKG: VF, VT, RUN, AIVR, BGM, TGM, CPT, TACH, BRDY, PAUS, ASYS → Da Analiza ST - Rezoluție 0.01 mV → Da - Interval măsurători de la -2mv la +2mv → Da - Alarma de la -2mv la +2mv → Da NIBP Tensiunea arterială non-invaziv → Da Metoda măsurare: Oscillometric → Da Mod măsurare: Manual/Automat → Da SpO2 Interval minim de măsurare 0-100% → Da Acuratețe minim SpO2: 2% → Da Puls Interval minim de măsurare 30-254 b/min Temperatura Interval minim de măsurare 5-50°C Acuratețe minim: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ → Da Respirație Interval minim de măsurare 0-150 R/min → Da Acuratețe minim: $\pm 0.2\%$ sau 2 R/min → Da IBP 2 canale → Da Analizator gaze medicale Metoda: absorbție infraroșu → Da
--	---

Măsurători: - CO2 0 ~ 10% - O2 0 ~ 100% - ISO 0 ~ 5% - SEV 0 ~ 8% Alarmer sonore și vizuale mesaje eroare, limite parametri Alimentare 200-240 VAC, 50/60 Hz Baterie internă utilizare minim 90 minute Accesorii: Cablul EKG Proba Temp – adult Manșetă adult tensiunea arterială non-invazivă Cablul extensie SpO2 SPO2 Senzor deget Analizator pentru Gaze: CO2, O2, agenți anestezici, AA ID 2 cabluri presiune invazivă Cablul BIS Stocare de date Memorie internă mini pentru 72 ore Comunicație:, USB, DVI-D, RJ45 Manualul operatorului Inclus Limba de operare Româna, engleză	Măsurători: - CO2 0 ~ 15% → Da - O2 0 ~ 100% → Da - ISO 0 ~ 8% → Da - SEV 0 ~ 10% → Da Alarmer sonore și vizuale mesaje eroare, limite parametri → Da Alimentare 200-240 VAC, 50/60 Hz → Da (AC 100-250 V, 50/60 Hz) Baterie internă utilizare minim 90 minute → Da (2-3 hrs (2.600 mAh)) Accesorii: Cablul EKG → Da (5 electrode) Proba Temp – adult → Da Manșetă adult tensiunea arterială non-invazivă → Da Cablul extensie SpO2 → N/A SPO2 Senzor deget → Da (Adult) Analizator pentru Gaze: CO2, O2, agenți anestezici, AA ID 2 cabluri presiune invazivă → Da Cablul BIS → Da Stocare de date Revizuirea grafică și tabulară a trendurilor (120 de ore) 48 de ore de revizuire completă a undelor de vizualizare pentru fiecare pacient Comunicație:, LAN: 1 standard RJ45 port USB: 2 USB connectors SD: 1 SD card socket VGA: 1 VGA monitor connector Output: 1 connector for Nurse call Manualul operatorului Inclus → Da Limba de operare Româna, engleză → Da
---	---

CERTIFICARE Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declarație de conformitate a producătorului cu Directiva 93/42/EEC ISO 9001 / ISO 13485 sau echivalent GARANȚIE Termen de garanție: minim 24 de luni de la data instalării și punerii în funcțiune a echipamentului Timp maxim de intervenție post-garanție: 24 ore SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transportul până la sediul beneficiarului Instalarea și punerea în funcțiune la sediul beneficiarului de către departamentul service al reprezentantului autorizat al producătorului. Trainingul personalului medical și tehnic.	CERTIFICARE Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declarație de conformitate a producătorului cu Directiva 93/42/EEC → Da ISO 9001 / ISO 13485 sau echivalent → Da GARANȚIE Termen de garanție: minim 24 de luni de la data instalării și punerii în funcțiune a echipamentului → Da Timp maxim de intervenție post-garanție: 24 ore → Da SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transportul până la sediul beneficiarului → Da Instalarea și punerea în funcțiune la sediul beneficiarului de către departamentul service al reprezentantului autorizat al producătorului. → Da Trainingul personalului medical și tehnic. → Da
--	---

Ofertant _____

(Semnatura autorizata)

SC IMUNOTEHNOMED S.R.L.