

Технические спецификации

[Эта таблица будет заполнена офферентом в графах 2, 3, 4, 6, 7, а закупающим органом - в графах 1, 5,]

Номер процедуры закупки - ocds-b3wdp1-MD-1720765001954
Предмет закупки: Автоклав 300 л

Код CPV	Наименование товаров	Страна происхождения	Производитель	Полная техническая спецификация, запрашиваемая закупающим органом	Полная техническая спецификация, предложенная офферентом	Справочные стандарты
1	2					
	Лот 1 Автоклав 300 л					
33191110-9	Автоклав 300 л с вакуумом	China	Shinva XG1.UCD-300D	<p>Автоклав 300л с вакуумом Размер камеры: ф632× 1000мм Габаритные размеры: 1415× 890× 1780мм Масса нетто: 750 кг Потребляемая мощность: трехфазная, 380 В , 50 Гц, 18 кВт Подача пара: Встроенный парогенератор Подача воды: умягчитель воды с системой фильтрации подключен к сети водоснабжения Максимальное рабочее давление: 0,23 МПа. Рабочая температура: 115-138 °С. Предел вакуума: -0,080 МПа Диапазон настройки времени сушки: 0-7200 секунд Диапазон настройки количества пульсаций: 0 ~ 99 раз</p>	<p>Автоклав 300л с вакуумом Размер камеры: ф632× 1000мм (Da, brosurа) Габаритные размеры: 1415× 890× 1780мм (Da, brosurа) Масса нетто: 750 кг (Manual pag 11) Потребляемая мощность: трехфазная, 380 В , 50 Гц, 18 кВт (Pag 11 manual) Подача пара: Встроенный парогенератор (Da, Brosura) Подача воды: умягчитель воды с системой фильтрации подключен к сети водоснабжения (Da,Luxe Style Wall Soft White 5 litri + filtrare in 3 etape) Максимальное рабочее давление: 0,23 МПа. (Da, brosurа) Рабочая температура: 115-138 °С.(Da, brosurа)</p>	CE, ISO

				<p>Диапазон настройки времени стерилизации: 0 ~ 7200 секунд Точность отображения давления: 1 кПа Материал камеры: нержавеющая сталь 316L Материал парогенератора: нержавеющая сталь 316L Материал внешней стороны: нержавеющая сталь Управление: микропроцессор Дисплей и управление: Цветной сенсорный экран Запись данных: встроенный микропринтер. Срок поставки: 5 месяцев. Гарантийный срок: 2 года.</p>	<p>Предел вакуума: -0,080 МПа (Da, brosură) Диапазон настройки времени сушки: 0-7200 секунд (Da, manual pag 14) Диапазон настройки количества пульсаций: 0 ~ 99 раз (Da, manual pag 14) Диапазон настройки времени стерилизации: 0 ~ 7200 секунд (Da, manual pag 14) Точность отображения давления: 1 кПа (Da, brosură) Материал камеры: нержавеющая сталь 316L (Da, brosură) Материал парогенератора: нержавеющая сталь 316L (Da, brosură) Материал внешней стороны: нержавеющая сталь (Da, manual, pag 41) Управление: микропроцессор (Da, brosură) Дисплей и управление: Цветной сенсорный экран (Da, brosură) Запись данных: встроенный микропринтер. (Da, manual pagina 33) Срок поставки: 5 месяцев. Гарантийный срок: 2 года.</p>	

Подпись: _____ Имя, Фамилия: Bunic Gheorghe в качестве: Director

Оферент: Ericon SRL Адрес: Republica Moldova, or. Durlesti, Vasile Lupu, nr.6

Приложение № 23
к Стандартной документации № 115
от 15 сентября 2021 г.

Ценовые Спецификации

[Эта таблица будет заполнена oferentом в графах 5,6,7,8 и 11 при необходимости, а закупаящим органом - в графах 1,2,3,4,9,10]

Номер процедуры закупки - [ocds-b3wdp1-MD-1720765001954](#)

Предмет закупки : Автоклав 300 л

Код CPV	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (без НДС)	Цена за единицу (с НДС)	Сумма без НДС	Сумма с НДС	Срок поставки/ доставки	Бюджетная классификация (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лот 1 Автоклав 300 л								
33191110-9	Автоклав 300 л с вакуумом	шт	1	388500.00	466200.00	388500.00	466200.00	5 месяцев	MD36TRPCCT518430B00317AA
Итого						388500.00	466200.00		

Подпись: _____ Имя, Фамилия: в качестве: Director

Оферент: Ericon SRL Адрес: Republica Moldova, or. Durlesti, str. Vasile Lupu, nr.6