

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1643032349236 din: 9 febr 2022, 16:00 - 28 febr 2022, 9:00

Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță și deservire a dispozitivelor medicale și piese de schimb pentru anul 2022

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
	LOT 12 Piese de schimb, consumabile, materiale. Instalația producătoare de oxigen medical OGP 23 PM 4000H						
50400000-9	KIT SERVICE PM B	2901187400	Suedia	AtlasCopco	KIT SERVICE PM B	KIT SERVICE PM B, pentru COMPRESOR ZT30	-
50400000-9	KIT SERVICE PURJA	2901063320	Suedia	AtlasCopco	KIT SERVICE PURJA	KIT SERVICE PURJA, pentru COMPRESOR ZT30	-
50400000-9	ULEI ROTO-Z (CAN. 20 L)	2908850101	Suedia	AtlasCopco	ULEI ROTO-Z (CAN. 20 L)	ULEI ROTO-Z (CAN. 20 L), pentru COMPRESOR ZT30	-
50400000-9	KIT SERVICE PM B	837150070	Suedia	AtlasCopco	KIT SERVICE PM B	KIT SERVICE PM B, pentru GENERATOR OGP 23	-
50400000-9	KIT SERVICE PURJA	2200902017	Suedia	AtlasCopco	KIT SERVICE PURJA	KIT SERVICE PURJA, pentru USCATOR FD 140 VSD	-
50400000-9	CARTUS FILTRU AER	1630058905	Suedia	AtlasCopco	CARTUS FILTRU AER	CARTUS FILTRU AER pentru USCATOR FD 140 VSD	-
50400000-9	CARTUS FILTRU PD/PDP 130+	2901300106	Suedia	AtlasCopco	CARTUS FILTRU PD/PDP 130+	CARTUS FILTRU PD/PDP 130+, pentru LINIE DE FILTRARE	-
50400000-9	CARTUS FILTRU PD/PDP 20+	2901300102	Suedia	AtlasCopco	CARTUS FILTRU PD/PDP 20+	CARTUS FILTRU PD/PDP 20+, pentru LINIE DE FILTRARE	-
50400000-9	CARTUS FILTRU WALKER	E30412 SR	Suedia	AtlasCopco	CARTUS FILTRU WALKER	CARTUS FILTRU WALKER, pentru LINIE DE FILTRARE	-
	LOT 17 Autoclav BKQ-2300H						
50400000-9	Autoclav BKQ-2300H	-	-	-	Profilaxia lunară a dispozitivului conform manualului de utilizare- Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore	Profilaxia lunară a dispozitivului conform manualului de utilizare- Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**