

SPECIFICAȚII TEHNICE

IMSP AMT Centru

Numărul achiziției comerciale: 21514575, ocds-b3wdp1-MD-1764159178630						Data: 09.12.2025	Alternativa nr.	
Denumirea obiectului achiziției: Efectuarea serviciilor de control al calității -control extern de calitate al investigațiilor de laborator pentru anul 2026.						Lot:	pag. 1 din 2	
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
Lot 1.	71731000-1	Control extern de calitate pentru investigațiile biochimice	CLINICAL CHEMISTRY	Italia	Biogrup	1. Certificat de acreditare a produsului ISO:17043 2. Asigurarea cu control extern lunar, pe perioada 1 an. 3. Respectarea cerințelor de transportare și livrare a controlului cu prezentarea dovezilor. 4. Termenul de valabilitate să se încadreze în perioada testărilor. 5. Parametrii testați: Acid uric, Albumina, ALT, Amilaza serică, AST, Bilirubina totală și directă, Calciu, CK, CK-MB, Colesterol, Creatinina, Fier, Fosfataza alcalină, g-GGT, Glucoza, LDH, Magneziu, Proteina totală, Trigliceride, Uree, HDL - Colesterol și LDL-Colesterol. 6. Prioritate se va da seturilor cu cel mai mare număr de parametri solicitați pentru testare, dar nu mai mic de 20 parametri. 7. Material de control pe bază de ser uman, stare lichidă sau liofilizată. 8. Transmiterea rapoartelor de participare se va efectua lunar nu mai târziu de 14 zile de la data limită de raportare. La sfârșit se va oferi un raport sumar anual și certificate de participare. 9. Controlul să asigure 3 nivele: normal și patologie scăzut și mărit.	Set de control extern biochimic, 34 Parametre (Albu, ALP, ALT, Amylo, AST, Bicarbonate, Bile Acids, Calcium, Cholin, CK NAC, Copper, Creatinine, Direct Bili, Gamma GT, Gluco, HDL Chol, LDH, LDL Chol, Lipase, Lithium, Magne, Phosphorus, Potassium, Sodium, Total Chol, Total Prote, Triglycerides, UIBC, Urea, Uric Acid, Zinc) - Sera Liofilizată, 1 nivel per test / 12fl x 1ml. Control extern lunar, perioada 1 an. Respectarea cerințelor de transportare și livrare a controlului cu prezentarea dovezilor. Catalog p. 7. Instrucțiune, Certificat ISO.	ISO, CE.
Lot. 2	71731000-1	Control extern de calitate pentru investigațiile imunologice	IMMUNO ASSAY	Italia	Biogrup	1. Certificat de acreditare a produsului ISO:17043 2. Asigurarea cu control extern trimestrial, pe perioada 1 an. 3. Respectarea cerințelor de transportare și livrare a controlului cu prezentarea dovezilor. 4. Termenul de valabilitate să se încadreze în perioada testărilor. 5. Parametrii testați: AFP, CA 125, CA 15-3, CEA, Cortizol, Estradiol, Free T3, Free T4, FSH, IgE, CA19-9, LH, Progesteron, Prolactina, PSA, Tireoglobulina, T3, T4, Testosteron, TSH, Anti-TG, Anti-TPO. 6. Prioritate se va da seturilor cu cel mai mare număr de parametri solicitați pentru testare, dar nu mai mic de 15 parametri. 7. Material de control pe bază de ser uman, stare lichidă sau liofilizată. 8. Transmiterea rapoartelor de participare se va efectua lunar nu mai târziu de 14 zile de la data limită de raportare. La sfârșit se va oferi un raport sumar anual și certificate de participare. 9. Controlul să asigure 2 nivele: normal și patologic.	Set de control extern Imunologic, 35 Parametre (Vit D, AlphaProtein, B-HCG, C Peptid, CA125, CA15-3, CA19-9, Carbamazepine, CEA, Cortisol, DHEA, Digoxin, Estradiol, Ferritin, Folate, FSH, FT3, FT4, IgE, Insulin, Intact PTH, LH, Progesterone, PROLACTIN, PSA Free, PSA Total, T3, T4, Testosterone, TgAB, Thyroglobulin, TMAB, TPO AB, TSH, Vit B12) - Sera Liofilizată, 1 nivel per test / 4fl x 1ml. Control extern trimestrial, perioada 1 an. Respectarea cerințelor de transportare și livrare a controlului cu prezentarea dovezilor. Catalog p. 8. Instrucțiune, Certificat ISO.	ISO, CE.
Lot. 3	71731000-1	Control extern de calitate pentru investigațiile imunologice ale bolilor infecțioase	INFECTIVOLOGY	Italia	Biogrup	1. Certificat de acreditare a produsului ISO:17043 2. Asigurarea cu control extern anual (o dată pe an). 3. Respectarea cerințelor de transportare și livrare a controlului cu prezentarea dovezilor. 4. Termenul de valabilitate să se încadreze în perioada testărilor. 5. Parametrii testați: HBs Ag, Anti HBs Ag, Anti HBcore sumar, HBe Ag, Anti HCV sumar. 6. Material de control pe bază de ser uman, stare lichidă sau liofilizată. 7. Transmiterea rapoartelor de participare se va efectua lunar nu mai târziu de 14 zile de la data limită de raportare. La sfârșit se va oferi un raport sumar anual și certificate de participare. 8. Controlul să asigure rezultate cantitative și/sau calitative (POZITIV / NEGATIV)	Set de control extern Serologie, 29 Parametre (Chlamydia IGG, Chlamydia IGM, Cytomegalovirus IGG, Cytomegalovirus IGM, Epstein Barr VCA IGG, Epstein Barr VCA IGM, HAV IgG, HAV IgM, HBCAB, HBCAB IgM, HBCAG, HBEAB, HBEAG, HBSAB, HBSAG, HCV, H.Pylori IGG, Herpes Virus I IgG, Herpes Virus II IgG, HIV, HIV 1-2, ROSOLIA IGG, ROSOLIA IGM, Syphilis IgG, Syphilis IgM, Toxoplasma IgG, Toxoplasma IgM, Treponema IgG, Treponema IgM) - Sera Liofilizată, 1 nivel per test / 1fl x 1ml. Control extern anual, o dată pe an. Respectarea cerințelor de transportare și livrare a controlului cu prezentarea dovezilor. Catalog p. 14. Instrucțiune, Certificat ISO.	ISO, CE.
Lot. 4	71731000-1	Control extern de calitate pentru investigațiile de hemostază (coagulogramă)	HEMOSTASIS	Italia	Biogrup	1. Certificat de acreditare a produsului ISO:17043 2. Asigurarea cu control extern trimestrial, pe perioada 1 an. 3. Respectarea cerințelor de transportare și livrare a controlului cu prezentarea dovezilor. 4. Termenul de valabilitate să se încadreze în perioada testărilor. 5. Parametrii testați: Activitatea protrombinică, Timpul protrombinei, INR, Fibrinogen 6. Material de control pe bază de ser uman, stare lichidă sau liofilizată. 7. Transmiterea rapoartelor de participare se va efectua lunar nu mai târziu de 14 zile de la data limită de raportare. La sfârșit se va oferi un raport sumar anual și certificate de participare. 8. Controlul să asigure 3 nivele: normal și patologie scăzut și mărit.	Set de control extern Coagulograma, 19 Parametre (PT PROTROMBINIC, PT INR, PROTEIN C, PROTEIN S, ANTITHROMBIN III, FIBRINOGEN, APTT, D DIMER, APTT TIME, ANTITHROMBIN III ACTIVITY) - Sera Liofilizată, 1 nivel per test / 4fl x 1ml. Control extern trimestrial, 4 ori pe an. Respectarea cerințelor de transportare și livrare a controlului cu prezentarea dovezilor. Catalog p. 14. Instrucțiune, Certificat ISO.	ISO, CE.

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2025, Moldova, or. Chișinău, str. N. Testemițanu, 37**

Data: 09.12.2025

Valabilitatea ofertei - 60 zile.