

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1592898077355	Data: „26” iunie 2020	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Filtre antibacteriene de unică folosință IMSP Institutul Oncologic	Lot:	Pagina: _1_ din _1_

Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	1	Filtre antibacteriene de unică folosință	2200/16	United Kingdom	GVS Filter	Filtru antibacterian de unică folosință compatibil cu aspiratorul chirurgical New Hospivac 350 Full 5 Diametru conector – 11 mm Discu hidrofobic 99% – Eficiență bacteriană și virală Zona de filtrare eficientă – 24,6 cm ² Temperatura maximă de operare – 100oC Presiunea maximă de operare – 138kPa Filtrare – 0,27μm	Conform anexei 1	CE, ISO

Semnat: _____
 Numele, Prenumele Jighili
 Tatiana
 În calitate de: administrator



Ofertantul: _____ SRL *Triumf-Motiv* _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301