

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21072716 din 23.02.2023**Obiectul de achiziție: Articolelor Parafarmaceutice și Consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2023.**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 3						
Lotul 3 Drenaj steril pentru aspiratie active a plagilor postoperatorii cu balon de 400 ml	0500022641	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Drenaj steril pentru aspiratie active a plagilor postoperatorii cu balon de 400 ml, Valva antireflux, Dren cu troacar, Punga cu 3 spirale, Tuburi cu conector în Y, Clampa pentru tuburi, Clampa pentru fixare de cersaf, Ambalaj steril de unică folosință. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	Sistem de drenare a plăgii cu vid redus cu conector conic CH 06-18. Steril: Da	CE
Total lot 3						
Lotul 14						
Lotul 14 Electrode tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime - min.2,5 cm. - max.7,0cm.	F4046	Italia	FIAB	Electrod tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime - min.2,5 cm. - max.7,0 cm	LUNGIME-70mm. Electrozi de unică folosință - lama. Sterile.	CE
Total lot 14						
Lotul 15						
Lotul 15 Electrode monopolar (piesa de mana), tip creion, cu cablu 3m, cu două butoane pentru electrozi cu diametru 2,4 mm., (de unica folosință)	F4797	Italia	FIAB	Electrod monopolar (piesa de mana), tip creion, cu cablu 3m, cu două butoane pentru electrozi cu diametru 2,4 mm. (sterile de unică folosință)	Electrod monopolar (piesa de mana), tip creion, cu cablu 3m, cu două butoane pentru electrozi cu diametru 2,4 mm. (sterile de unică folosință)	CE
Total lot 15						
Lotul 16						
Lotul 16 Electrode tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm	F4050	Italia	FIAB	Electrod tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm	LUNGIME-153mm. Electrozi de unică folosință - lama. Sterile.	CE
Total lot 16						

Lotul 26						
Set pentru cateterizarea venei subclaviculare nr.6 prin metoda Seldinger	41.01.10101	China	SCW Medicath Ltd	Set monolumen pentru cateterizarea vaselor magistrale prin metoda Seldinger (cateter 6 Fr L-20 cm din Polyuretan X-RAY gradat, ac 18G L-60 mm, dilatator 7 Fr., ghid metalic tip tip „J” 0,038”/60cm, bisturiu, seringă 10,0 ml, fixatoare). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	Vârf moale conceput pentru a reduce traumele vaselor în timpul introducerii Materialele de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o est excelentă de inserare Dispune de materiale radiopaque care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Fir de ghid opțional rezistent la kink care crește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Lumen single Dimensiune (Ga) 14, Lungime (cm) 20	CE
Set pentru cateterizarea venei subclaviculare nr.7 prin metoda Seldinger	41.01.10101	China	SCW Medicath Ltd	Set monolumen pentru cateterizarea vaselor magistrale prin metoda Seldinger (cateter 7 Fr. L – 20 cm din Polyuretan X-RAY gradat, ac 18G L-60 mm, dilatator 8 Fr., ghid metalic tip tip „J” 0,038”/60cm, bisturiu, seringă 10,0 ml, fixatoare. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	Vârf moale conceput pentru a reduce traumele vaselor în timpul introducerii Materialele de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o est excelentă de inserare Dispune de materiale radiopaque care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Fir de ghid opțional rezistent la kink care crește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Lumen single Dimensiune (Ga) 14, Lungime (cm) 20	CE
Total lot 26						
Lotul 28						
Polyglycolic acid USP1(EP3), L-90 cm, 1 ac 1/2 cutting 48 mm	PG 0469	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 1. Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual . Termen de valabilitate ≥ 24 luni . Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485	HS: ½ cerc, ac de tăiere inversă HS 48 EP 4 USP 1 Lungime 1 x 90 cm	CE
Polyglycolic acid USP 0 (EP4), L-90 cm, 1 ac 1/2 cutting 48 mm	PG 0468	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 0. Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual . Termen de valabilitate ≥ 24 luni . Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485	HS: ½ cerc, ac de tăiere inversă HS 48 EP 3.5 USP 0 Lungime 1 x 90 cm	CE
Polyglycolic acid USP2 (EP5), L-90 cm, 1 ac 1/2 cutting 48 mm	PG 0470	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 2. Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual . Termen de valabilitate ≥ 24 luni . Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485	HS: ½ cerc, ac de tăiere inversă HS 48 EP 5 USP 2 Lungime 1 x 90 cm	CE
Total lot 28						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23