

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1679305327580 din 29 martie 2023						
Obiectul de achiziției: Consumabile pentru sterilizare (2 luni, permisiunea CAPCS)						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Indicatoare 134°C, 5 minute	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 134°C, 5 minute	Federația Rusa	Medtest	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 134°C, 5 minute *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 134°C, 5 minute *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Aviz sanitar
Indicatoare 120°C, 45 minute, externe	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 120°C, 45 minute, externe	Federația Rusa	Medtest	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 120°C, 45 minute, externe *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 120°C, 45 minute, externe *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Aviz sanitar
Indicatoare 120°C, 45 minute, interne	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 120°C, 45 minute, externe	Federația Rusa	Medtest	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 120°C, 45 minute, externe *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 120°C, 45 minute, externe *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Aviz sanitar
Indicatoare 132°C, 20 minute, externe	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 132°C, 20 minute, externe	Federația Rusa	Medtest	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 132°C, 20 minute, externe *Certificat de calitate 5* Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 132°C, 20 minute, externe *Certificat de calitate 5* Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Aviz sanitar

Indicatoare 132°C, 20 minute, interne	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 132°C, 20 minute, interne	Federația Rusa	Medtest	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 132°C, 20 minute, interne *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 132°C, 20 minute, interne *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Aviz sanitar
Role - lățimea 75 mm, lungimea 200 m	Role - lățimea 75 mm, lungimea 200 m	Italia	Dispotech	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 6 luni *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 6 luni *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	DC
Role - lățimea 100 mm, lungimea 200 m	Role - lățimea 100 mm, lungimea 200 m	Italia	Dispotech	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 6 luni *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 6 luni *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	DC
Role - lățimea 150 mm, lungimea 200 m	Role - lățimea 150 mm, lungimea 200 m	Italia	Dispotech	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 6 luni *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 6 luni *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	DC
Role - lățimea 250 mm, lungimea 200 m	Role - lățimea 250 mm, lungimea 200 m	Italia	Dispotech	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 6 luni *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 6 luni *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	DC

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Palii Nina În calitate de: specialist achiziții publice

Ofertantul: M-INTER-FRAMA SA

Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23 _____