

Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate									
Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1768293448816 / 21543750 din 24.02.2026									Lot : 180, 246, 247
Denumirea licitației: Achiziționarea centralizată a REACTIVILOR conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 - Repetat și Suplimentar									Pagina: 1 din 1
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziții	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33100000-1	180	Test express la droguri în singe	Test express la droguri în singe	Multi-drugs Rapid Test caseta (WB/S/P) Nr.catalog DOA -4145	CHINA	ALLTEST Biotech	Conform cerințelor tehnice: (1) Lista cu numărul de parametri – 16. Conform cerințelor tehnice: (1) Lista cu numărul de parametri – 16. (2) AMP, MET, BZO, COC, THC, MTD, MOP, OPI, Heroina (în formă de 6-MAM, adică prin determinarea metabolitului Heroinei – 6-MAM , sau se va accepta substituirea cu MOP – Morphina, deoarece Heroina în singe se metabolizează în MOP), LSD, BAR, TCA, MDMA, MDPV, alfa-PVP, MEP (Mefedrona).	Multi-Drugs Rapid Test Cateta (WB/S/P) . Brand GENERIC . Lista cu numărul de parametri Conform cerințelor tehnice: : Multi-drug 14 + 2 (MOP; Heroina) drugs Rapid Test OPI40 (Metabolitul final al heroinei este MOP, adică OPI. Heroina poate fi, de asemenea, detectată prin OPI) / BZO100 / THC35 + COC50 / AMP80 /MDMA50 (Ecstasy)+ MET70 + LSD20 + MEP100 ; MDPV300 + BAR100 + TCA300+ MTD40 + aPVP200 ,25T/k Sa anexeaza : Buclet product -catalog Alltest pag.15; Certificatul de Conformitate .	CE, ISO, Certificatul de Conformitate .
33100000-1	246	Hemocult-test (IFOBT) (006573)	Hemocult-test (IFOBT) (006573)	FOB Expres test Cassette Nr. catalog TFO-602	CHINA	ALLTEST Biotech	Hemocult-test (IFOBT) (006573) . Teste pentru determinarea singelui ocult în mase fecale, cu o sensibilitate 99,0% și specificitate de 99,9%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, reagenți și consumabile necesari pentru efectuare, Test	FOB Expres test Cassette - Teste pentru determinarea singelui ocult în mase fecale compus din caseta + bufer + pipeta , cu o sensibilitate 97,6 0% și specificitate de 99,9%. Ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate .Toti reagenții și consumabile necesari pentru efectuarea testului -inclusi in set Nr. înregistrării AMDM - nr. DM000377425 Se anexeaza : instrucțiune si certificatul de conformitate ,ALLTEST Catalog - pag.6 .	CE, ISO, Certificatul de Conformitate .
33100000-1	247	Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale (006603)	Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale (006603)	H.Pylori Antigen Rapid Test Cassette Nr. catalog IHP-602	CHINA	ALLTEST Biotech	Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale (006603) ,Metoda Imunocromatografică. Teste pentru determinarea Ag Helicobacter pylori în mase fecale, cu o sensibilitate și specificitate de peste 90%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, reagenți și consumabile necesari pentru efectuare, Test	H.Pylori Antigen Rapid Test Cassette -Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale (006603) compus din caseta + bufer + pipeta . Metoda Imunocromatografică. Sensibilitate: 99.9 % și specificitate 99,7 % . Ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate . Toti reagenții și consumabile necesari pentru efectuarea testului -inclusi in set Nr. înregistrării la AMDM- nr. DM000377308 Se anexeaza : instrucțiune si certificatul de conformitate ,ALLTEST Catalog- pag.6 .	CE, ISO, Certificatul de Conformitate .

Nume : **Varman Irina** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul : **ProfilabDiagnostic SRL** Adresa: **mun. Chisinau, str. Dokucaev, 6**
Semnat electronic