

CODE:

ERP: 0202023

Aluminum Med. Oxygen Cylinder 2Lt

Oxygen therapy set

Portable Medical Oxygen Cylinder, made of Aluminum 2Lt, with 25E Valve. Flow Regulator is not included.



CHARACTERISTICS

Capacity	2Lt
Max Allowable Pressure	200 bar
Test Pressure	300 bar
Volume of Equipment	2lt
Cylinder Height	360±3.6 mm
Cylinder Diameter	111±0.8325 mm
Cylinder Neck Thread	25E
Valve Material	Brass
Paint Finish	White

Issue Date: 26/04/2021

Information may change

FACTORY: AKROTIRI, CHANIA, P.C. 73100, TEL. +30 2821063222, FAX: +30 28210 66260

CENTRAL EXHIBITION: 96-98 M. MPOTSARI str. P.C. 73136, CHANIA, GREECE, TEL. +30 28210 91561, FAX +30 28210 91644

ATHENS DISTRIBUTION CENTER: SXINEZA- ASPROPIRGOS, P.C. 19300, TEL. +30 210 4614006, FAX +30 210 5595986

N.GREECE DISTRIB. CENTER: 8 ARKADIOU str. KALOCHORI - THESSALONIKI, P.C. 57009, TEL. +30 2310 785668, FAX +30 2310 574793

CENT. & EAST CRETE DISTRIB. CENTER: P' str. INDUSTRIAL ZONE OF HERAKLION - CRETE, P.C. 71601, TEL./FAX +30 2810 333151

www.mobiak.com

CODE:

ERP: 0202018

Aluminum Med. Oxygen Cylinder 5Lt

Oxygen therapy set

Portable Medical Oxygen Cylinder, made of Aluminum 5Lt, with 25E Valve. Flow Regulator is not included.



CHARACTERISTICS

Capacity	5Lt
Max Allowable Pressure	200 bar
Test Pressure	300 bar
Volume of Equipment	5lt
Cylinder Height	525±5.25 mm
Cylinder Diameter	140±1.05 mm
Cylinder Neck Thread	25E
Valve Material	Brass
Paint Finish	White

Issue Date: 26/04/2021

Information may change

FACTORY: AKROTIRI, CHANIA, P.C. 73100, TEL. +30 2821063222, FAX: +30 28210 66260

CENTRAL EXHIBITION: 96-98 M. MPOTSARI str. P.C. 73136, CHANIA, GREECE, TEL. +30 28210 91561, FAX +30 28210 91644

ATHENS DISTRIBUTION CENTER: SXINEZA- ASPROPIRGOS, P.C. 19300, TEL. +30 210 4614006, FAX +30 210 5595986

N.GREECE DISTRIB. CENTER: 8 ARKADIOU str. KALOCHORI - THESSALONIKI, P.C. 57009, TEL. +30 2310 785668, FAX +30 2310 574793

CENT. & EAST CRETE DISTRIB. CENTER: P' str. INDUSTRIAL ZONE OF HERAKLION - CRETE, P.C. 71601, TEL./FAX +30 2810 333151

www.mobiak.com

МЕДИЦИНСКИЕ РЕДУКТОР ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ

MEDISELECT® II

MEDIREG® II



ВЫПУСК 1/2016

MEDISELECT®

Регулятор давления и расхода.

Поворотный манометр позволяет легко контролировать давление газа в баллоне.

Поворотный на 360° выходной штуцер позволяет лучше подсоединить канюлю или маску (позволяет предотвратить скручивание трубочки)

Новое самоцентрирующееся устройство регулятора расхода с плавным расходом в положении между отдельными значениями. В случае повреждения механизма не происходит остановка подачи медицинского газа.

Простота контроля настроенных значений расхода газа – переднее и боковое контрольное окошко.

Большой диапазон расходов увеличивает число способов применения. Значение 25 л/мин. Может использоваться для реанимации, а значение 7 л/мин. предназначено для небулизации




MEDIREG®

Редукционный клапан с предустановленным давлением на выходе.

Поворотный манометр позволяет легко контролировать давление газа в баллоне.

Поворотный на 360° вывод потока позволяет лучше подсоединить канюлю или маску (позволяет предотвратить скручивание трубочки).



ПРИЕМУЩЕСТВА MEDISELECT® II

Поворотный манометр позволяет легко контролировать давление газа в баллоне.

Плавность потока в положении между отдельными значениями. В случае повреждения механизма подача медицинского газа не прекращается.




ПРИЕМУЩЕСТВА MEDIREG® II

Поворотный манометр позволяет легко контролировать давление газа в баллоне


Вывод потока с поворотом на 360° обеспечивает удобное подсоединение

Легкий
Эргономический
Компактный



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О MEDISELECT® II И MEDIREG® II

FLOW CURVE FOR OXYGEN (P2 = 4 BAR)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Газ:	O ₂ , Воздух, N ₂ O, CO ₂ , O ₂ /N ₂ O
Входное давление:	До 300 бар
Выходное давление:	3,6 - 5,5 бар
Диапазоны расхода*:	
от 0 до 2 л/мин:	0 / 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1 / 1,5 / 2
от 0 до 6 л/мин:	0 / 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6
от 0 до 25 л/мин:	0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 9 / 12 / 15 / 25
Входное соединение:	В соответствии с нац. стандартами
Выходное соединение:	9/16 UNF, M12×1,25, G3/8, G1/4 + ниппель рукава
Материал корпуса:	Никелированная латунь
Ручка управления:	Полиамид
Кольцевые зажимы:	Этилен-пропиленовый каучук
Фильтр:	Спечённая бронза
Корпус индикатора давления:	Термопластичный каучук
Соответствие нормам и директивам:	Соответствует Директиве 93/42/EEC о медицинских изделиях
	Соответствует EN ISO 10524-1
	Соответствует EN 1789
	Произведено в соответствии с EN ISO 9001 и EN ISO 13485
Классификация:	Класс IIb

*Расход при 23°C и 101,3 кПа

GCE Group – одна из лидирующих компаний в мире в сфере оборудования для газового контроля. Главный офис располагается в Мальме (Швеция), а два основных снабженческих подразделения – в Европе и Азии. Холдинг управляет 15 дочерними компаниями по всему миру и является работодателем для более чем 900 человек.

GCE Group работает в четырех различных направлениях – оборудование для сварки и резки, промышленное, медицинское оборудование и оборудование для чистых газов. В настоящее время ассортимент продукции компании включает в себя большое количество наименований: от простейших регуляторов давления, газосварочного и газорезательного оборудования до сложнейших систем подачи газов для применения в здравоохранении и в производстве электронных компонентов.



ООО "ГСЕ Красс"

194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, 12А

129343, Москва, ул. Уржумская, д. 4

Бесплатный номер: 8-800-5000-423,

e-mail: officespb@gcegroup.com

www.gcegroup.com

russia.gcegroup.com



Gas Control Equipment



Industrie Service

ZERTIFIKAT Certificate

Baumusterzulassung nach ADR/RID für nicht-UN-Flaschen
Type approval according to ADR/RID for non-UN cylinders

Zertifikat-Nr.: 0036-062-19 **Rev. 0**
Certificate No.:

Gültigkeit / Validity: 2029-12-18

Name und Anschrift des Antragstellers: Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co., Ltd.
Name and Postal Address of Applicant: No. 260, Zhendong Road, Xinhuang, Fengqiao Town,
Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang Province, P.R. China

Hiermit wird bescheinigt, dass der unten spezifizierte Typ die technischen Anforderungen des ADR/RID 2019 und der Richtlinie 2010/35/EU (TPED) erfüllt. / *We herewith certify that the type specified below meets the technical requirements of ADR/RID 2019 and the directive 2010/35/EU (TPED).*

Prüfbericht Nr.: P-PRC-19-10-601539-1007, 2019-11-03
Test Report No.: TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Typ, Norm, Zeichnung, Revision, Datum **Flasche / Cylinder** **EN ISO 9809-1:2010**
Type, Standard, Drawing, Revision, Date JXM315M/01-69, Rev. 0, 2019.8.23
(Anlage / Enclosure)

Fertigungsstätte **Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co., Ltd.**
Manufacturing Plant No. 260, Zhendong Road, Xinhuang, Fengqiao Town,
Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang Province, P.R. China

Anmerkung: Cylinder Code "QTS" nach EN ISO 11114-1. Geeignet für UN 1066 Stickstoff, verdichtet und UN 1013 Kohlendioxid. Die weitere Gasverträglichkeit wurde nicht überprüft.

Remark: *Cylinder code "QTS" according EN ISO 11114-1. Compatible with UN 1066 Nitrogen, compressed and UN 1013 Carbon Dioxide. Any further gas compatibility was not checked.*

(Ort, Datum)
(Location, Date)

München, 2019-12-19



TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Inspection Body Xa / Notified Body 0036

Klaus J. Meier

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Anlagensicherheit
Westendstraße 199
D-80686 München
Tel.: +49 (0) 89 / 5791-1891
Fax: +49 (0) 89 / 5791-1810
www.tuev-sued.de



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-IS-14153-02-03

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
CERTIFICATE

ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (IS – ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2010/35/ΕΕ
QUALITY SYSTEM APPROVAL (IS – INITIAL INSPECTION AND TESTS)
ACCORDING TO DIRECTIVE 2010/35/EU

Αριθμός Πιστοποιητικού: MIRTEC1-00-1400CER12.2052001001
Certificate No:

Αριθμός Κοινοποίησης του Φορέα Πιστοποίησης: 0437
Notification No of the Certification body:

Ημερομηνία έκδοσης: 04.05.2020
Date of issue:

Αριθμός Έκθεσης: RPT12.2052001001
Test Report No: PE-R-2105/2/19

Όνομα και Διεύθυνση Κατασκευαστή & Εργοστασίου Παραγωγής:
Name and Address of the Manufacturer & Manufacturing Plant:

Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co. Ltd./
Jiaxing Fuxin Fire Industrial Co. Ltd.
No 260, Zhendong Road, Xinhua Fengqiao Town,
Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang Province, 314008 P.R. China

Όνομα και Διεύθυνση Αιτούντος:
Name and Address of the Applicant:

MOBIAK A.E
Markou Mpotsari 96-98, 73136 Chania, GREECE

Τύπος Προϊόντος: Seamless Aluminum Gas Cylinders 1.5L, 2L, 3L and 5L, PT 300 bar, drawings No.:
Product Type: 1.5L: JX30-ML02/01-1Rev.2, 2L: JX30-ML02/02-1Rev.1 and JXML300G-1Rev.0,
3L: JX30-ML02/03-1Rev.2 & JXML300G-2Rev.0, 5L: JX30-ML04/05-1Rev.1 & JX30-ML04/05-1Rev.2

Εφαρμοζόμενα πρότυπα: EN 1975:1999 + A1:2003
Applied Standards:

Αριθμός Πιστοποιητικού Έγκρισης Τύπου: PE-C-128ARev.1/PED/B/01/11, PE-C-115ARev.2/PED/B/01/13
Type Approval Certificate No: PE-C-166ARev.2/PED/B/01/13, PE-C-141ARev.2/PED/B/01/12 MIRTEC S.A.

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. πιστοποιεί ότι, στις εγκαταστάσεις δοκιμών του ως άνω Κατασκευαστή, έχει συσταθεί μια υπηρεσία επιθεώρησης εντός της επιχείρησης (IS), και εφαρμόζεται εγκεκριμένο Σύστημα Ποιότητας για την κατασκευή, την επίβλεψη της κατασκευής και τον αρχικό έλεγχο και τις δοκιμές των συγκεκριμένων τύπων προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με το μέρος 1.8.7.6 της συνθήκης ADR 2019.

MIRTEC S.A. certifies that, at the above stated testing facilities, the Manufacturer implements an in-house inspection service (IS) with an approved Quality System for the manufacture, supervision of manufacture and initial inspection and tests of the specific product types mentioned above, according to part 1.8.7.6 of ADR 2019 agreement.

Ημερομηνία Λήξης Πιστοποιητικού: 20.06.2021
Expiry Date of the Certificate:

ΔΗΛΩΣΗ- DECLARATION

Ο Κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπός του εξουσιοδοτείται –μετά την εξέταση των προαπαιτήσεων- να επιθέσει στα συγκεκριμένα προϊόντα τη σήμανση π συνοδευόμενη από τον αριθμό κοινοποίησης της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, ως κατωτέρω.
The Manufacturer or his agent is authorized-after examination of the prerequisites-to affix to the above mentioned products the π -mark accompanied by MIRTEC's notification number, as illustrated below.

π 0437

Το πιστοποιητικό ισχύει υπό τον όρο ότι το Σύστημα Ποιότητας του Κατασκευαστή υπόκειται σε επιτήρηση από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό. Δύο επιθεωρήσεις κατ' ελάχιστον πρέπει να διενεργούνται σε διάρκεια 12 μηνών.
This certificate remains valid provided that the Manufacturer's Quality System is subjected to surveillance by the Notified Body. A minimum of two audits shall be carried out in a 12 month period.

Για την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ
For MIRTEC SA

Για το Τμήμα Αξιολόγησης
For the Evaluation Dpt



A. Stamou
Technical Manager

K. Diamanti
Mechanical Engineer, PhD, IWE

EBETAM A.E.

CERT-tped/EN02A(5.2-5.12.19)

1 / 1