



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE

MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Korolenko 2/1, tel./fax: 022 884 245, e-mail:office@capcs.md

Nr. Rg 02-1541 din "18" 04 2019

Sogno SRL

sogno@mdl.net

ala_punga@mail.ru

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale în cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1551710320343 din 28.03.2019 "Achiziționarea instrumentelor chirurgicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2019”, Vă comunică că conform **deciziei din 18.04.2019** oferta D-voastră nu a fost acceptată din motiv că nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, pentru loturile după cum urmează:

49	Ciupitor de tip Takahashi, angular 125°, mușcătura sus- 3,00 mm	Nu corespunde: Solicitat mușcătura sus- 3,00 mm, oferit conform catalogului 4mm. Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea	Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
53	Clamă atraumatică tangențială tip GREGORY		Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
55	Clamă micro-vasculară atraumatică tip DIETHRICH		Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
57	Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY. 42mm		Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
60	Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 30mm		Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
61	Clamă vasculară atraumatică tip MORRIS		Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
67	Foarfece de disecție tip Mayo, 140mm		Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
68	Foarfece de disecție tip Mayo, 170mm		Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
70	Forceps pentru disecție tip BABY-MIXTER		Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
71	Forceps pentru disecție tip GEMINI		Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
72	Mîner pentru bisturiu Nr.7		Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea

73	Pensă hemostatică tip COLLER		Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
74	Pensă hemostatică tip CRILE, 140mm		Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
75	Pensă hemostatică tip CRILE, 160mm		Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
76	Pensă hemostatică tip CRILE, 160mm		Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
77	Pensă hemostatică tip HALSTED		Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
78	Pensă hemostatică tip HARTMANN		Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
79	Pensă hemostatică tip HARTMANN		Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
80	Pensă hemostatică tip JACOBSON		Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
81	Pensă hemostatică tip MICRO-HALSTED		Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
82	Pensă hemostatică tip PEAN		Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
83	Pensă hemostatică tip RANKIN		Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
84	Pensă hemostatică tip ROCHESTER-PEAN		Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
85	Pensă hemostatică tip ROCHESTER-PEAN		Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
86	Pensa vasculara tip SATINSKY		Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
87	Portac microchirurgical tip RYDER		Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
88	Portac microchirurgical din aliaj de carbon cu wolfram		Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
89	Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon, lungimea 230 mm		Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
90	Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon, lungimea 150 mm		Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
91	Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon, lungimea 180 mm		Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
92	Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon, lungimea 260 mm		Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea

93	Portac tip Halsey cu inserți de carbon		Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
94	Portac tip HEGAR cu inserți de carbon cu volfram		Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
95	Portac tip Kilner cu inserți de carbon cu volfram		Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
99	Portac tip HEGAR		Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
161	Canula pentru aspiratie	Nu corespunde solicitată lungime 23cm, oferit 19cm	Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
162	Canula pentru aspiratie	Nu corespunde solicitată lungime 12,5cm, oferit 19cm;	Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
163	Canula pentru aspiratie	Nu corespunde solicitată lungime 17cm, oferit 19cm ; solicitat drept oferit curb	Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
164	Canula pentru aspiratie	Nu corespunde solicitată lungime 12,5cm, oferit 19cm;	Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
165	Canula pentru aspiratie	Nu corespunde solicitată lungime 12,5cm, oferit 19cm;	Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
171	Zdrobitor de cartilaj	Nu corespunde: solicitat rotund diametrul 40mm, oferit dreptunghiular fara a fi indicate dimensiunile	Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea
193	Pensa pentru sfenoid tip STAMMBERGER	Nu corespunde: solicitată muscatură circulară, oferita dreapta	Lipsa mostrei face imposibilă evaluarea

În contextul celor relatate, în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 ”privind achizițiile publice” oferta Dvs. pentru loturile menționate nu a fost acceptată din motiv că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire.

Vă mulțumim pentru participare.

Cu respect,

Director
Centrul pentru Achiziții Publice
Centralizate în Sănătate



Ivan Antoci