

SPECIFICAȚII TEHNICE

IMSP Institutul de Cardiologie

Numărul procedurii de achiziție: 21065592, ocds-b3wdp1-MD-1665649830263							Data: 11.11.2022	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2023 (sistem închis)							Lot:	pag. 1 din 3
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
13	33100000-1	D-dimeri	D-Dimer-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	D-dimeri. Metoda de determinare calitativa și semicantitativă latex reagent lichid stabil gata p-u lucru. Plazma cu citrat. ambalaj: flacoane 1-2ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului	D-dimeri . Metoda de determinare calitativă și semicantitativă latex reagent, ambalaj: flacoane 1-2ml. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
14	33100000-1	Control ser Normal	Sera hN-DAC.	Moldova	Dac-Spectromed	Control ser normal. Ser din bovine liofilizat pentru reproductibilitate cu posibilitatea deretminarii indicilor biochimici principali:proteina totala,albumina ,urrea creatinina,bilirubina totala si directa,glucoza ALAT,ASAT,a-amilaza.cholesterol triglicerid Na K,Cl si alte. Ambalaj: 3-5 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului	Control normal în baza serului uman. Amb. fl. 3-5ml. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
15	33100000-1	Control ser Patologic	Sera hP-DAC.	Moldova	Dac-Spectromed	Control ser patologic. Ser din bovine liofilizat pentru reproductibilitate cu posibilitatea deretminarii indicilor biochimici principali:proteina totala,albumina ,urrea creatinina,bilirubina totala si directa,glucoza ALAT,ASAT,a-amilaza.cholesterol triglicerid Na K,Cl si alte. Ambalaj: 3-5 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului	Control patologic în baza serului uman. Amb. fl. 3-5ml. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
16	33100000-1	Troponin I	Tn I-WB-Cart-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Troponin I (expres test). Sensibilitatea nu mai mult de 0.3-0.4 ng/ml. Locuri pentru citirea rezultatelor nu mai mic de 5mm.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Troponin I (expres test). Troponin I (expres test). Sensibilitatea nu mai mult de 0.5-ng/ml. Locuri pentru citirea rezultatelor mai mic de 5mm. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

19	33100000-1	Catridj, test p/u determinarea singelui ocult in masele fecale	FOB-F-Cart-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Catridj, test p/u determinarea singelui ocult in masele fecale. Expres teste diagnostice p-u analiza de rutina a maselor fecale*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului	Catridj, test p/u determinarea sîngelui ocult în mase fecale. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
----	------------	--	----------------	---------	----------------	---	--	----------

Lotul 24 - Consumabile, reagenti p-u analizatorul Hematologic Urit 3020.(sistem inchis)

1	33100000-1	Solutie de diluare p-u analizatorul Hematologic Urit 3020	Diaton-Erma	Ungaria	Diagon	Solutie de diluare p-u analizatorul Hematologic Urit 3020 .Diluent pentru analizator hematologic Urit. Solutie de diluare pentru Analizator hematologic Urit 3020.Ambalaj 20 litre.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului	Soluție de diluare pentru Analizorul hematologic Urit. Ambalaj 20litri. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
2	33100000-1	Solutie de lizare p-u analizatorul hematologic Urit 3020	Dialyse Erma CF	Ungaria	Diagon	Solutie de lizare p-u analizatorul hematologic Urit 3020.Dialyse pentru analizator hematologic Urit.Solutie de lizare pentru Analizator hematologic Urit 3020. Ambalaj 0,5 litru*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Soluție de lizare pentru Analizorul hematologic Urit. Ambalaj 0,5litri. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
3	33100000-1	Solutie de curatare p-u analizatorul hematologic Urit 3020.	Diaclenz-Erma	Ungaria	Diagon	Solutie de curatare p-u analizatorul hematologic Urit 3020. Detergent pentru analizatorul hematologic Urit.Solutie de curatare pentru Analizator hematologic Urit 3020 . Ambalaj 5 litri*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului	Soluție de curățare pentru Analizorul hematologic Urit. Ambalaj 5litri. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
4	33100000-1	Material de control hematologic cu 3 nivele: Low,Normal, Hight.	D-Check 18Low, Normal, High	Ungaria	Diagon	Material de control hematologic cu 3 nivele: Low,Normal, Hight. Material de control hematologic pentru analizator hematologic Urit, 3 nivele Low,Normal, High.Set 3 fl * 2 ml *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului	Material de control hematologic pentru analizatorul hematologic Urit, cu 3 nivele: Low, Normal, High. Set 3fl x 2ml. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

5	33100000-1	Diaclean Cell (soluție de spălare fiecare zi)	Clean Cell-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Diaclean Cell (soluție de spălare fiecare zi) Diaclean Cell pentru Analizator hematologic Urit. Ambalaj 100 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului	Clean Cell (soluție de spălare fiecare zi) pentru Analizorul hematologic Urit. Ambalaj 100ml. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
---	------------	---	----------------	---------	----------------	--	---	----------

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 11.11.2022

Valabilitatea ofertei - 90 zile.