

Reagenți pentru efectuarea analizelor chimice și microscopice ale urinei

Anexa tehnica pentru dispozitivul medical aflat în comodat

LabUMat 2 & UriSed 3 PRO The Automated Urine Laboratory System

Criteriile tehnice față de dispozitivul medical ce urmează a fi oferat în comodat: Anul de producere a dispozitivului medical nu mai vechi de anul 2023. Analizator automat de urină cu calculator Descriere Analizator automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice și microscopice ale urinei, care determină prezența anumitor substanțe și estimează concentrațiile lor într-o probă de urină. Parametrul Specificația Productivitate Analize microscopice ≥ 60 teste/ora Analize chimice de la 200 până la 250 teste/oră Metoda masurarii fotometrie Cititor de coduri de bare da Lipsa reactivilor lichizi și a calibratorilor da Teste chimice Bilirubin Sînge (hematii) Glucoză Corpi cetonici Leucocite Nitrați pH Proteine Greutatea specifică Urobilinogen Teste microscopice RBC (Red Blood Cells) WBC (White Blood Cells) WBCc (WBC Clumps) HYA (Hyaline Casts) SQEP (Squamous Epithelial Cells) NSE (Non-Squamous Epithelial Cells) PAT (Pathological Casts) BACT (Bacteria) SPRM (Sperm) MUC (Mucus) CRY (Crystals) YEA (Yeast) Data management Calculator integrat sau exterior Interfață LIS bidirecțională Imprimantă obligatoriu Alimentarea 220 V, 50 Hz Cerințe specifice a componentelor obligatorii a setului de consumabile, compatibile cu dispozitivul medical:	Criteriile tehnice față de dispozitivul medical ce urmează în comodat: Anul de producere a dispozitivului medical nu mai vechi de anul 2023. Analizator automat de urină cu calculator Descriere Analizator automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice și microscopice ale urinei, care determină prezența anumitor substanțe și estimează concentrațiile lor într-o probă de urină. Parametrul Specificația Productivitate Analize microscopice 150 teste/ora Analize chimice de la 240 teste/oră Metoda masurarii fotometrie Cititor de coduri de bare da Lipsa reactivilor lichizi și a calibratorilor da Teste chimice Bilirubin Sînge (hematii) Glucoză Corpi cetonici Leucocite Nitrați pH Proteine Greutatea specifică Urobilinogen Teste microscopice RBC (Red Blood Cells) WBC (White Blood Cells) WBCc (WBC Clumps) HYA (Hyaline Casts) SQEP (Squamous Epithelial Cells) NSE (Non-Squamous Epithelial Cells) PAT (Pathological Casts) BACT (Bacteria) SPRM (Sperm) MUC (Mucus) CRY (Crystals) YEA (Yeast) Data management Calculator exterior, livrat in set Interfață LIS bidirecțională Imprimantă da Alimentarea 220 V, 50 Hz Cerințe specifice a componentelor obligatorii a setului de consumabile, compatibile cu dispozitivul medical:
---	---

Accesorii/consumabile/reagenți/calibratori/ soluții și alte produse obligatorii necesare în procesul de testare - asigurate pentru numărul total de testări solicitate - 4500 de investigații solicitate. Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului de la producător, în limba de stat- la livrare.	Accesorii/consumabile/reagenți/calibratori/ soluții și alte produse obligatorii necesare în procesul de testare - asigurate pentru numărul total de testări solicitate - 15000 de investigații solicitate pentru a.2026. Instrucțiunile de utilizare a reagentilor si consumabilelor de la producător, în limba de stat- la livrare. ANA-9901GL-1, LabStrip U11 Plus (GL), DM000570071 URS-9961-1, UriSed Cuvette, DM000570074
--	--