

			Specificații tehnice						
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
Numărul licitației			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1663335090661						Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației			Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 17)						Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	9	
33100 00-1	13	Autoclav	Autoclav	XG1.UCD-18SD + 2 additional loading shelves	China	Shinva	Autoclav 200 l cu încălzire orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum Încălzire orizontală Ușă- 1 Construcția interioară din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraincalzire - da Alarmă acustică, vizuală Durata sterilizării reglabilă - da Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit -da Control electronic Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă - da Ușa rămâne blocată până la sfârșitul procesului de sterilizare - da Suprafața exterioară s a nu se încălzească Imprimantă termică - da Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED Monitorizarea în timp real temperatura în camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital) Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum Pre și post vacuum selectabil Sistem de uscare - da Facilități de setare - timp temperatura eliberare automată a vaporilor, printră a rezultatelor răcire rapidă Volum interior 200 l, ± 20 l Rafturi minim 4-6 buc Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Gama de temperatură: 115 - 134 grade C Precizie temperatură ± 2°C Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare - da Să fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizare - da Înregistrator date - da Tip date imprimate pe hârtie: data, timp, temperatură, presiune Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz	Autoclav 200 l cu încălzire orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum Încălzire orizontală Ușă- 1 Construcția interioară din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraincalzire - da Alarmă acustică, vizuală Durata sterilizării reglabilă - da Regimuri de sterilizare presetate 9 programe Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit -da Control electronic Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă - da Ușa rămâne blocată până la sfârșitul procesului de sterilizare - da Suprafața exterioară s a nu se încălzească Imprimantă termică - da Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED Monitorizarea în timp real temperatura în camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital) Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum Pre și post vacuum selectabil Sistem de uscare - da Facilități de setare - timp temperatura eliberare automată a vaporilor, printră a rezultatelor răcire rapidă Volum interior 185 L Rafturi 4 buc Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Gama de temperatură: 115 - 138 grade C Precizie temperatură ± 0.1°C Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare - da Să fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizare - da Înregistrator date - da Tip date imprimate pe hârtie: data, timp, temperatură, presiune Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: Director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Republica Moldova, Duresti, str. Vasile Lupu, 6

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1663335090661

Data: „01” Noiembrie 2022

Alternativa nr.: _____

Denumirea licitației:			Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (lista suplimentară 17)					Lot: _____		Pagina: __ din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	
3310000-1	13	Autoclav	Autoclav	Buc	1	284000	340800	284000	340800	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)	
							Total	284000	340800		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: Director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Republica Moldova, Durlști, str. Vasile Lupu, 6