

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1697713048041 din 24.11.2023						
Obiectul de achiziției: Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2024 (sistem închis)						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri:						
5. Consumabile , reagenți p-u analizatorul imunologic Getein 1600						
cTroponinI pentru analizatorul imunologic Getein 1600 test cantitativ	IF2001	China	Getein Biotech	cTroponinI pentru analizatorul imunologic Getein 1600 test cantitativ. Pentru analizatorul imunologic Getein 1900 teste pentru determinarea cantitativa c TroponinI in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	cTroponinI pentru analizatorul imunologic Getein 1600 test cantitativ. Pentru analizatorul imunologic Getein 1600 teste pentru determinarea cantitativa c TroponinI in amalalaj original de la producator*Declarație de conformitate CE– valabil la data deschiderii ofertelor- confirmată prin semnătura electronică a Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – confirmat prin semnătura electronică a participantului.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător
NT pro BNP pentru analizatorul imunologic Getein 1600 test cantitativ.	IF2002	China	Getein Biotech	NT pro BNP pentru analizatorul imunologic Getein 1600 test cantitativ. Pentru analizatorul imunologic Getein 1900 teste pentru determinarea cantitativa NT pro BNP in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	NT pro BNP pentru analizatorul imunologic Getein 1600 test cantitativ. Pentru analizatorul imunologic Getein 1600 teste pentru determinarea cantitativa NT pro BNP in amalalaj original de la producator*Declarație de conformitate CE– valabil la data deschiderii ofertelor- confirmată prin semnătura electronică a Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – confirmat prin semnătura electronică a participantului.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător
D-dimeri pentru analizatorul imunologic Getein 1600 test cantitativ.	IF2006	China	Getein Biotech	D-dimeri pentru analizatorul imunologic Getein 1600 test cantitativ. Pentru analizatorul imunologic Getein 1900 teste pentru determinarea cantitativa D-dimeri in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	D-dimeri pentru analizatorul imunologic Getein 1600 test cantitativ. Pentru analizatorul imunologic Getein 1600 teste pentru determinarea cantitativa D-dimeri in amalalaj original de la producator*Declarație de conformitate CE– valabil la data deschiderii ofertelor- confirmată prin semnătura electronică a Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – confirmat prin semnătura electronică a participantului.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător

Control troponin cu 3 nivele p-u analizatorul imunologic Getein 1600.	QC 001	China	Getein Biotech	Control troponin cu 3 nivele p-u analizatorul imunologic Getein 1600. Ambalaj fl.-2-3ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii oftetelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Control troponin cu 3 nivele p-u analizatorul imunologic Getein 1600. Ambalaj 3ml (3flx1ml).*Declarație de conformitate CE– valabil la data deschiderii oftetelor- confirmată prin semnătura electronică a Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – confirmat prin semnătura electronică a participantului.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător
Control NT ProBNP cu 3 nivele p-u analizatorul imunologic Getein 1600.	QC 007	China	Getein Biotech	Control NT ProBNP cu 3 nivele p-u analizatorul imunologic Getein 1600. Ambalaj fl.-2-3ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii oftetelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Control NT ProBNP cu 3 nivele p-u analizatorul imunologic Getein 1600. Ambalaj 3ml (3flx1ml).*Declarație de conformitate CE– valabil la data deschiderii oftetelor- confirmată prin semnătura electronică a Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – confirmat prin semnătura electronică a participantului.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător
Control d-dimeri cu 3 nivele p-u analizatorul imunologic Getein 1600.	QC 006	China	Getein Biotech	Control d-dimeri cu 3 nivele p-u analizatorul imunologic Getein 1600. Ambalaj fl.-2-3ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii oftetelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Control d-dimeri cu 3 nivele p-u analizatorul imunologic Getein 1600. Ambalaj 3ml (3flx1ml).*Declarație de conformitate CE– valabil la data deschiderii oftetelor- confirmată prin semnătura electronică a Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – confirmat prin semnătura electronică a participantului.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător
Hirtie p-u analizatorul imunologic Getein 1600.	Hirtie Getein1600	China	Getein Biotech	Hirtie p-u analizatorul imunologic Getein 1600. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii oftetelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Hirtie p-u analizatorul imunologic Getein 1600. Declarație de conformitate CE– valabil la data deschiderii oftetelor- confirmată prin semnătura electronică a Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – confirmat prin semnătura electronică a participantului.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător
6. Consumabile , reagenți p-u analizatorul imunologic Getein 1100						

PCT pentru analizatorul imunologic Getein 1100 test pentru depistarea sepsis-lui.	IF1007	China	Getein Biotech	PCT pentru analizatorul imunologic Getein 1100 test pentru depistarea sepsis-lui. Pentru analizatorul imunologic Getein 1100 teste pentru determinarea cantitativa PCT in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	PCT pentru analizatorul imunologic Getein 1100 test pentru depistarea sepsis-lui. Pentru analizatorul imunologic Getein 1100 teste pentru determinarea cantitativa PCT in amalalaj original de la producator*Declarație de conformitate CE– valabil la data deschiderii ofertelor- confirmată prin semnătura electronică a Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – confirmat prin semnătura electronică a participantului.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător
cTroponinI p-u analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ	IF1001	China	Getein Biotech	cTroponinI p-u analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ. Pentru analizatorul imunologic Getein 1100 teste pentru determinarea cantitativa c TroponinI in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	cTroponinI p-u analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ. Pentru analizatorul imunologic Getein 1100 teste pentru determinarea cantitativa c TroponinI in amalalaj original de la producator*Declarație de conformitate CE– valabil la data deschiderii ofertelor- confirmată prin semnătura electronică a Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – confirmat prin semnătura electronică a participantului.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător
NT pro BNP p-u analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ.	IF1002	China	Getein Biotech	NT pro BNP p-u analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ. Pentru analizatorul imunologic Getein 1100 teste pentru determinarea cantitativa NT pro BNP in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	NT pro BNP p-u analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ. Pentru analizatorul imunologic Getein 1100 teste pentru determinarea cantitativa NT pro BNP in amalalaj original de la producator*Declarație de conformitate CE– valabil la data deschiderii ofertelor- confirmată prin semnătura electronică a Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – confirmat prin semnătura electronică a participantului.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător
D-dimeri p-u analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ.	IF1006	China	Getein Biotech	D-dimeri p-u analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ. Pentru analizatorul imunologic Getein 1100 teste pentru determinarea cantitativa D-dimeri in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	D-dimeri p-u analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ. Pentru analizatorul imunologic Getein 1100 teste pentru determinarea cantitativa D-dimeri in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător

mAlb p-u analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ.	IF1009	China	Getein Biotech	mAlb p-u analizatorul imunologic Getein 1100 teste pentru determinarea cantitativa mAlb in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	mAlb p-u analizatorul imunologic Getein 1100 teste pentru determinarea cantitativa mAlb in amalalaj original de la producator*Declarație de conformitate CE– valabil la data deschiderii ofertelor- confirmată prin semnătura electronică a Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – confirmat prin semnătura electronică a participantului.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător
PCR test cantitativ compatibil cu analizatorul imunologic Getein .	IF1003	China	Getein Biotech	PCR test cantitativ compatibil cu analizatorul imunologic Getein. Teste pentru analizatorul imunologic Getein 1100 teste pentru determinarea cantitativa PCR in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	PCR test cantitativ compatibil cu analizatorul imunologic Getein. Teste pentru analizatorul imunologic Getein 1100 teste pentru determinarea cantitativa PCR in amalalaj original de la producator*Declarație de conformitate CE– valabil la data deschiderii ofertelor- confirmată prin semnătura electronică a Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – confirmat prin semnătura electronică a participantului.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător
Control troponin cu 3 nivelep-u analizatorul imunologic Getein 1100.	QC 001	China	Getein Biotech	Control troponin cu 3 nivelep-u analizatorul imunologic Getein 1100. Ambalaj fl. 2-3ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Control troponin cu 3 nivelep-u analizatorul imunologic Getein 1100. Ambalaj 3ml (3fl.x1ml).*Declarație de conformitate CE– valabil la data deschiderii ofertelor- confirmată prin semnătura electronică a Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – confirmat prin semnătura electronică a participantului.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător
Control NT ProBNPcu 3 nivelep-u analizatorul imunologic Getein 1100.	QC 007	China	Getein Biotech	Control NT ProBNPcu 3 nivelep-u analizatorul imunologic Getein 1100. Ambalaj fl.-2-3ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Control NT ProBNPcu 3 nivelep-u analizatorul imunologic Getein 1100. Ambalaj 3ml (3fl.x1ml).*Declarație de conformitate CE– valabil la data deschiderii ofertelor- confirmată prin semnătura electronică a Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – confirmat prin semnătura electronică a participantului.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător
Control d-dimeri cu 3 nivelep-u analizatorul imunologic Getein 1100.	QC 006	China	Getein Biotech	Control d-dimeri cu 3 nivelep-u analizatorul imunologic Getein 1100. Ambalaj fl.-2-3ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Control d-dimeri cu 3 nivelep-u analizatorul imunologic Getein 1100. Ambalaj 3ml (3fl.x1ml).*Declarație de conformitate CE– valabil la data deschiderii ofertelor- confirmată prin semnătura electronică a Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – confirmat prin semnătura electronică a participantului.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător

7. Consumabile , reagenti p-u analizatorul semiautomat Urilyzer Cell+UL0100 Pro						
Teste de urina 11SYS pentru analizator semiautomat Urilyzer Cell+UL0100 Pro.	93150	Germania	Analyticon	Teste de urina 11SYS pentru analizator semiautomat Urilyzer Cell+UL0100 Pro. Pentru analizatorul semiautomat Urilyzer Cell+UL0100 Pro teste pentru determinarea urinei in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Teste de urina 11SYS pentru analizator semiautomat Urilyzer Cell+UL0100 Pro. Pentru analizatorul semiautomat Urilyzer Cell+UL0100 Pro teste pentru determinarea urinei in amalalaj original de la producator*Declarație de conformitate CE– valabil la data deschiderii ofertelor- confirmată prin semnătura electronică a Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – confirmat prin semnătura electronică a participantului.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător
Cuve pentru analizator semiautomat Urilyzer Cell+UL0100 Pro.	ULC001	Ungaria	77 Elektronika	Cuve pentru analizator semiautomat Urilyzer Cell+UL0100 Pro. Pentru analizatorul semiautomat Urilyzer Cell+UL0100 Pro cuve pentru determinarea urinei in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Cuve pentru analizator semiautomat Urilyzer Cell+UL0100 Pro. Pentru analizatorul semiautomat Urilyzer Cell+UL0100 Pro cuve pentru determinarea urinei in amalalaj original de la producator*Declarație de conformitate CE– valabil la data deschiderii ofertelor- confirmată prin semnătura electronică a Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – confirmat prin semnătura electronică a participantului.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător
Control normal ,patologic set pentru analizator semiautomat Urilyzer Cell+UL0100 Pro.	93015	Germania	Analyticon	Control normal ,patologic set pentru analizator semiautomat Urilyzer Cell+UL0100 Pro. Pentru analizatorul semiautomat Urilyzer Cell+UL0100 Pro cuve pentru determinarea urinei in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Control normal ,patologic set pentru analizator semiautomat Urilyzer Cell+UL0100 Pro. Pentru analizatorul semiautomat Urilyzer Cell+UL0100 Pro Control normal ,patologic set, in amalalaj original de la producator*Declarație de conformitate CE– valabil la data deschiderii ofertelor- confirmată prin semnătura electronică a Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – confirmat prin semnătura electronică a participantului.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător
12. D-dimeri						
D-dimeri	8.00.17.0.0100	Jordan	Atlas Medical	D-dimeri. Metoda de determinare calitativa și semicantitativă latex reagent lichid stabil gata p-u lucru. Plazma cu citrat. ambalaj: flacoane 1-2ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	D-dimeri. Metoda de determinare calitativa și semicantitativă latex reagent lichid stabil gata p-u lucru. Plazma cu citrat. ambalaj: flacoane 2ml.*Declarație de conformitate CE– valabil la data deschiderii ofertelor- confirmată prin semnătura electronică a Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – confirmat prin semnătura electronică a participantului.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător

14. Expres teste diagnostice p-u analizator de urina "MISSION U120"						
Expres teste diagnostice p-u analizator de urina "MISSION U120".	U031-111 (11A)	SUA	ACON	Expres teste diagnostice p-u analizator de urina "MISSION U120". Expres teste diagnostice p-u analiza de rutina a urinei (proteina, glucoza, acid ascorbic, nitrite, singe, PH, bilirubina, urobilinogen). Ambalaj set cite 100 teste*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Expres teste diagnostice p-u analizator de urina "MISSION U120". Expres teste diagnostice p-u analiza de rutina a urinei (proteina, glucoza, acid ascorbic, nitrite, singe, PH, bilirubina, urobilinogen). Ambalaj set cite 100 teste*Certificat CE si Declarație de conformitate CE– valabil la data deschiderii ofertelor- confirmată prin semnătura electronică a Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – confirmat prin semnătura electronică a participantului.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător
15. Catridj, test p/u determinarea singelui ocult in masele fecale						
Catridj, test p/u determinarea singelui ocult in masele fecale	GEFOB-602b	China	Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd	Catridj, test p/u determinarea singelui ocult in masele fecale. Expres teste diagnostice p-u analiza de rutina a urinei*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Catridj, test p/u determinarea singelui ocult in masele fecale. Expres teste diagnostice p-u analiza de rutina a urinei*Declarație de conformitate CE– valabil la data deschiderii ofertelor- confirmată prin semnătura electronică a Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – confirmat prin semnătura electronică a participantului.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație de la producător

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9