

EU Declaration of Conformity		en		EU – Prohlášení o shodě		cs	
Type:	HERMLE laboratory centrifuge with accessories acc. to IVDR - product class "A" Modely Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446			Type:	Laboratorní centrifuga Příslušenství v ceně HERMLE; podle IVDR - třída výrobků "A" Modely Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446		
Manufacturer:	HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstrasse 25 • 78564 Wehingen • Germany SRN: DE-MF-000024779			Výrobce:	HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstrasse 25 • 78564 Wehingen • Německo SRN: DE-MF-000024779		
The object of the declaration described above is in conformity with the following Union Harmonisation legislations and standards or normative documents:				Za toto prohlášení o shodě nese odpovědnost pouze výrobce. Předmět výše popsaného prohlášení je v souladu s těmito harmonizačními právními předpisy a normami Unie nebo normativními dokumenty:			
Marking	Harmonisation legislation	Harmonized standards / Normative documents		Značka	Harmonizační právní předpisy	Harmonizované normy / Normativní dokumenty	
CE	IVDR (EU) 2017/746 LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU MD: 2006/42/EG RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018		CE	IVDR (EU) 2017/746 LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018	
	Place: 78564 Wehingen, Germany	Date: 2024-09-12	Valid until: 2025-12-31		Misto: 78564 Wehingen, Německo	Vydáno: 2024-09-12	Platí do: 2025-12-31

Déclaration de conformité UE		fr		EU-overensstemmelseserklæring		da	
Type :	Centrifugeuse de laboratoire accessoires inclus HERMLE; selon IVDR - classe de produit "A" Modèles Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446			Type:	HERMLE laboratoriecentrifuge tilbehør inkluderet i henhold til IVDR - produktklasse "A" Modeller Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446		
Fabricant :	HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstrasse 25 • 78564 Wehingen • Allemagne SRN : DE-MF-000024779			Producent:	HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstrasse 25 • 78564 Wehingen • Tyskland SRN: DE-MF-000024779		
Cette déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant. L'objet de la déclaration décrite ci-dessus est conforme aux Harmonisation legislations, normes et documents européens suivants:				Denne overensstemmelseserklæring er udstedt under producentens eneansvar. Genstanden for erklæringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med følgende EU-harmoniseringslovgivning og -standarder eller normative dokumenter:			
Marquage	Législation sur l'harmonisation	Harmonisation des normes / Documents normatifs		Mærkning	Harmoniseringslovgivning	Harmoniserede standarder / Normative dokumenter	
CE	IVDR (UE) 2017/746 LVD: 2014/35/UE EMC: 2014/30/UE Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil RoHS: 2011/65/UE, (UE) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018		CE	IVDR (EU) 2017/746 LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018	
	Lieu : 78564 Wehingen, Allemagne	Délivré le : 2024-09-12	Valable jusqu'à: 2025-12-31		Sted: 78564 Wehingen, Tyskland	Udstedt: 2024-09-12	Gyldig indtil: 2025-12-31

EU-Konformitätserklärung		de		Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ		el	
Type:	HERMLE Laborzentrifuge inklusive Zubehör; nach IVDR - Produktklasse "A" Modelle Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446			Τύπος:	Εργαστηριακή φυγόκεντρος HERMLE συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων. σύμφωνα με το IVDR - κατηγορία προϊόντων "Α" Μοντέλα Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446		
Hersteller:	HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstrasse 25 • 78564 Wehingen • Deutschland SRN: DE-MF-000024779			Κατασκευαστής:	HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstrasse 25 • 78564 Wehingen • Γερμανία SRN: DE-MF-000024779		
Der Hersteller trägt die alleinige Verantwortung für die Ausstellung der Konformitätserklärung. Der Gegenstand der oben beschriebenen Erklärung steht im Einklang mit den folgenden Harmonisierungsrechtsvorschriften und -normen der Union bzw. normativen Dokumenten:				Αυτή η δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή. Το αντικείμενο της δήλωσης που περιγράφεται ανωτέρω είναι σύμφωνο με τις ακόλουθες ενωσιακές νομοθεσίες και πρότυπα εναρμόνισης ή κανονιστικά έγγραφα:			
Kennzeichnung	Harmonisierung der Rechtsvorschriften	Harmonisierte Normen / Vorschriften		Σήμανση	Νομοθεσία εναρμόνισης	Εναρμονισμένα πρότυπα / Κανονιστικά έγγραφα	
CE	IVDR (EU) 2017/746 LVD: 2014/35/EU EMV: 2014/30/EU Maschinenrichtlinie 2006/42/EG RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018		CE	IVDR (EE) 2017/746 LVD: 2014/35/EE EMC: 2014/30/EE Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου RoHS: 2011/65/ΕΕ, (ΕΕ) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018	
	Ort: 78564 Wehingen, Deutschland	Ausgestellt: 2024-09-12	Gültig bis: 2025-12-31		Τόπος: 78564 Wehingen, Γερμανία	Εκδόση: 2024-09-12	Ισχύει μέχρι: 2025-12-31

Dichiarazione di conformità UE		it		EL vastavusdeklaratsioon		et	
Tipo:	Centrifuga da laboratorio con accessori HERMLE; secondo IVDR - classe di prodotto "A" Modelli Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446			Tüüp:	HERMLE laboritsentrifugis Tarvikud komplektis; vastavalt IVDR-le - tooteklass "A" Mudelik Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446		
Produttore:	HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstrasse 25 • 78564 Wehingen • Germania SRN: DE-MF-000024779			Tootja:	HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstrasse 25 • 78564 Wehingen • Saksamaa SRN: DE-MF-000024779		
Questa dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del produttore. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alle seguenti legislazioni e norme o documenti normativi di armonizzazione dell'Unione:				Käesolev vastavusdeklaratsioon väljastatakse tootja ainuiskuslikel vastutusel. Eespool kirjeldatud deklareeritav toode on kooskõlas järgmiste liidu ühtlustamisõigusaktide ja -standarditega või tehniliste normdokumentidega:			
Marchio	Normativa di armonizzazione	Standard armonizzati / Documenti normativi		Tähis	Ühtlustamist käsitlevad õigusaktid	Ühtlustatud standardid / Normatiivdokumendid	
CE	IVDR (UE) 2017/746 LVD: 2014/35/UE EMC: 2014/30/UE Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio RoHS: 2011/65/UE, (UE) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018		CE	IVDR (EL) 2017/746 LVD: 2014/35/EL EMC: 2014/30/EL Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/42/EL RoHS: 2011/65/EL, (EL) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018	
	Luogo: 78564 Wehingen, Germania	Data di rilascio: 2024-09-12	Valido fino al: 2025-12-31		Koht: 78564 Wehingen, Saksamaa	Välja antud: 2024-09-12	Kehtiv kuni: 2025-12-31

Декларация за съответствие на ЕС		bg		EU-n vaatimustenmukaisuusvakuutus		fi	
Тип:	Лабораторна центрофуга Включени аксесоари HERMLE; съгласно IVDR - продуктово клас "A" Модела Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446			Tyyppi:	HERMLE laboratoriosentrifugi; IVDR:n mukaan - tuoteluokka "A" Mukana tulevat lisävarusteet Mallit Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446		
Производител:	HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstrasse 25 • 78564 Wehingen • Германия URN: DE-MF-000024779			Valmistaja:	HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstrasse 25 • 78564 Wehingen • Saksaa SRN: DE-MF-000024779		
Настоящата декларация за съответствие е издадена на пълната отговорност на производителя. Предметът на декларацията, описан по-горе, е в съответствие със следните законодателства и стандарти на Съюза за хармонизация или нормативни документи:				Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu ainoastaan valmistajan vastuulla. Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on seuraavien unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöjen ja -standardien tai ohjeellisten asiakirjojen vaatimusten mukainen:			
Маркировка	Законодателство за хармонизация	Хармонизирани стандарти / Нормативни документи		Merkintä	Yhdenmukaistamista koskeva lainsäädäntö	Yhdenmukaistetut standardit / Ohjeelliset asiakirjat	
CE	IVDR (EC) 2017/746 LVD: 2014/35/EC EMC: 2014/30/EU Директива 2006/42/EO на Европейския парламент и на Съвета RoHS: 2011/65/EC, (EC) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018		CE	IVDR (EU) 2017/746 LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018	
	Място: 78564 Wehingen, Германия	Издадено на: 2024-09-12	Валидно до: 2025-12-31		Paikka: 78564 Wehingen, Saksa	Julkaisut: 2024-09-12	Voimassa: 2025-12-31 asti

EU Izjava o sukladnosti			EU-conformiteitsverklaring		
Vrsta: HERMLE laboratorijska centrifuga s dodatnom opremom; prema IVDR - klasi proizvoda "A" Modeli Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 Proizvođač: HERMLE Labortechnik GmbH - Siemensstrasse 25 - 78564 Wehingen - Njemačka DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AB11ABJW			Type: HERMLE-laboratoriumcentrifuge met toebehoren; volgens IVDR - productklasse "A" Modellen Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 Fabrikant: HERMLE Labortechnik GmbH - Siemensstrasse 25 - 78564 Wehingen - Duitsland SRN: DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AB11ABJW		
Ova deklaracija o sukladnosti izdaje se pod punom odgovornosti proizvođača. Predmet gore opisanu izjave u skladu je sa sljedećim zakonodavstvima i normama Unije o usklađivanju ili normativnim dokumentima:			Deze conformiteitsverklaring wordt uitsluitend afgegeven onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant. Het voorwerp van de hierboven beschreven verklaring is in overeenstemming met de volgende harmonisatiewetgevingen en -normen van de Unie of normatieve documenten:		
Oznaka	Zakonodavstvo o usklađivanju	Usuglašeni standardi / Normativni dokumenti	Markering	Harmonisatie wetgeving	Geharmoniseerde normen / Normatieve documenten
CE	IVDR (EU) 2017/746 LVD: 2014/35/UE EMC: 2014/30/UE Direktiva 2006/42/EZ Europskog parlamenta RoHS: 2011/65/UE, (UE) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018	CE	IVDR (EU) 2017/746 LVD: 2014/35/UE EMC: 2014/30/UE Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad RoHS: 2011/65/UE, (EU) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018
	Mjesto: 78564 Wehingen, Njemačka	Izdano: 2024-09-12		Vrijedi do: 2025-12-31	Plaats: 78564 Wehingen, Duitsland

EU megfeleléségi nyilatkozat			EU-samsvarserklæring		
Tipus: HERMLE laboratóriumi centrifugák tartozékokkal; az IVDR szerint - "A" Modellek Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 Gyártó: HERMLE Labortechnik GmbH - Siemensstrasse 25 - 78564 Wehingen - Németország DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AB11ABJW			Type: HERMLE laboratorieresentrifuge med tilbehør; i henhold til IVDR - produktklasse "A" Modeller Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 Produsent: HERMLE Labortechnik GmbH - Siemensstrasse 25 - 78564 Wehingen - Tyskland DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AB11ABJW		
Ezen megfeleléségi nyilatkozat kiadása a gyártó kizárólagos felelőssége mellett történik. A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel az alábbi uniós harmonizációs jogszabályoknak és szabványoknak vagy normatív dokumentumoknak:			Denne samsvarserklæringen er udstedt under eget ansvar av produsenten. Formålet med erklæringen beskrevet ovenfor er i samsvar med følgende unionsharmoniseringslovgivning og - standarder eller normative dokumenter:		
Jelölés	Harmonizációs jogszabályok	Harmonizált szabványok / Normatív dokumentumok	Merkning	Harmoniseringslovgivning	Harmoniserede standarder / Normative dokumenter
CE	IVDR (EC) 2017/746 LVD: 2014/35/EC EMC: 2014/30/EC Az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve RoHS: 2011/65/EC, (EC) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018	CE	IVDR (EU) 2017/746 LVD: 2014/35/UE EMC: 2014/30/UE Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF RoHS: 2011/65/UE, (EU) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018
	Hely: 78564 Wehingen, Németország	Kiadva: 2024-09-12		Érvényes: 2025-12-31	Sted: 78564 Wehingen, Tyskland

ES atitikties deklaracija			UE Deklaracja Zgodności		
Tipas: HERMLE laboratorine centrifuga con accesorii; pagal IVDR - "A" produkto klasė Modeliai Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 Gamintojas: HERMLE Labortechnik GmbH - Siemensstrasse 25 - 78564 Wehingen - Vokietija DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AB11ABJW			Typ: Wirówka laboratoryjna z akcesoriami HERMLE; zgodnie z IVDR - klasa produktu "A" Modele Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 Producent: HERMLE Labortechnik GmbH - Siemensstrasse 25 - 78564 Wehingen - Niemcy SRN DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AB11ABJW		
Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo išimtinė atsakomybe. Pirmiau aprašytas deklaracijos objekto atitinka šiuos derinamuosius Sąjungos teisės aktus ir standartus arba norminius dokumentus:			Niniejsza deklaracja zgodności wydana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta. Przedmiot opisanej powyżej deklaracji jest zgodny z następującymi unijnymi przepisami i normami harmonizacyjnymi lub dokumentami normatywnymi:		
Ženklas	Derinamieji teisės aktai	Darnieji standartai / Normatyviniai dokumentai	Oznaczenie	Prawodawstwo harmonizacyjne	Zharmonizowane normy / Dokumenty normalywne
CE	IVDR (ES) 2017/746 LVD: 2014/35/ES EMC: 2014/30/ES Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB RoHS: 2011/65/ES, (ES) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018	CE	IVDR (UE) 2017/746 LVD: 2014/35/UE Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady RoHS: 2011/65/UE, (UE) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018
	Vieta: 78564 Wehingen, Vokietija	Išduotas: 2024-09-12		Galioja iki: 2025-12-31	Miejsce: 78564 Wehingen, Niemcy

ES Atbilstības deklarācija			Declaração de Conformidade UE		
Veids: HERMLE laboratorijas centrifūga ar piederumiem; saskaņā ar IVDR - produktu klase "A" Modeļi Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 Ražotājs: HERMLE Labortechnik GmbH - Siemensstrasse 25 - 78564 Wehingen - Vācija DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AB11ABJW			Typo: Centrifugadora laboratorial com acessórios HERMLE; de acordo com o IVDR - classe de produto "A" Modelos Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 Fabricante: HERMLE Labortechnik GmbH - Siemensstrasse 25 - 78564 Wehingen - Alemanha SRN DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AB11ABJW		
Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz šāda ražotāja atbildību. Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst šādiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem un standartiem vai normatīvajiem dokumentiem:			Esta declaração de conformidade é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante. O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com as seguintes legislações e normas de harmonização da União ou documentos normativos:		
Marķēšana	Saskaņošanas tiesību akti	Saskaņotie standarti / Normatīvie dokumenti	Marcação	Legislação de harmonização	Normas harmonizadas / Documentos normativos
CE	IVDR (ES) 2017/746 LVD: 2014/35/ES EMC: 2014/30/ES Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/42/ES RoHS: 2011/65/ES, (ES) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018	CE	IVDR (UE) 2017/746 LVD: 2014/35/UE EMC: 2014/30/UE Diretiva 2006/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho RoHS: 2011/65/UE, (UE) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018
	Vieta: 78564 Wehingen, Vācija	Izdota: 2024-09-12		Derīgs līdz: 2025-12-31	Local: 78564 Wehingen, Alemanha

Dikjarazzjoni ta' Konformità tal-UE			Declarația UE de conformitate		
Tip: Centrifuga tal-laboratorju" bl-aċċessorji HERMLE; skont l-IVDR - klasi tal-prodott "A" Mudelli Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 Manifattur: HERMLE Labortechnik GmbH - Siemensstrasse 25 - 78564 Wehingen - Il-Ġermanja DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AB11ABJW			Tip: Centrifuga de laborator cu accesorii HERMLE; în conformitate cu IVDR - clasa de produse "A" Modele Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 Producător: HERMLE Labortechnik GmbH - Siemensstrasse 25 - 78564 Wehingen - Germania SRN: DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AB11ABJW		
L-ghan tad-dikjarazzjoni deskritta hawn fuq huwa konformi mal-legiżlazzjonijiet u l-istandards ta' armonizzazzjoni tal- Unjoni jew id-dokumenti normattivi li ġejjin:			Responsabilitatea pentru întocmirea prezentei declarații de conformitate revine exclusiv producătorului. Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu următoarele legislații și standarde de armonizare ale Uniunii sau cu documente normative:		
Markar	Legiżlazzjoni ta' armonizzazzjoni	Standards armonizzati / Dokumenti normativi	Marcaj	Legislația de armonizare	Standarde armonizate / Documente normative
CE	IVDR (UE) 2017/746 LVD: 2014/35/UE EMC: 2014/30/UE Directiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill RoHS: 2011/65/UE, (UE) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018	CE	IVDR (UE) 2017/746 LVD: 2014/35/UE EMC: 2014/30/UE Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului RoHS: 2011/65/UE, (UE) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018
	Post: 78564 Wehingen, Il-Ġermanja	Mahrug: 2024-09-12		Validu sa: 2025-12-31	Locul: 78564 Wehingen, Germania


EÚ Vyhlásenie o zhode		EU-försäkran om överensstämmelse	
Typ: Laboratórna odstredivka s prislúšenstvom, HERMLE; podľa IVDR - trieda výrobkov "A" Modely Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 Výrobca: HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstrasse 25 • 78564 Wehingen • Nemecko SRN: DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AB11ABJW Za toto vyhlásenie o zhode nesie zodpovednosť iba výrobca. Predmet vyhlásenia opísaný vyššie je v zhode s nasledujúcimi európskymi smernicami a normami alebo uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s týmito harmonizačnými právnymi predpismi a normami Únie alebo normatívnymi dokumentmi:		Typ: HERMLE laboratoricentrifug med tillbehör; enligt IVDR - produktklass "A" Modeller Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 Tillverkare: HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstrasse 25 • 78564 Wehingen • Tyskland SRN: DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AB11ABJW Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar. Föremålet för den försäkran som beskrivs ovan är i överensstämmelse med följande harmoniseringslagstiftning och harmoniseringsstandarder eller normerande dokument:	
Značka	Harmonizačné právne predpisy	Harmoniserade standarder / Normativa dokument	Märkning
CE	IVDR (EÚ) 2017/746 LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/EU RoHS: 2011/65/EU, (EÚ) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018	CE IVDR (EÚ) 2017/746 LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EU RoHS: 2011/65/EU, (EÚ) 2015/863
Miesto: 78564 Wehingen, Nemecko	Vydané: 2024-09-12 Platné do: 2025-12-31	Plats: 78564 Wehingen, Tyskland	Utgiven: 2024-09-12 Giltigt t.o.m.: 2025-12-31


Izjava EU o skladnosti		Declaración de conformidad UE	
Tip: HERMLE laboratorijska centrifuga z dodatki; v skladu z IVDR - razred proizvodov "A" Modeli Z206A, Z207A, Z207H, Z167M, Z207M, Z216M, Z287A, Z307, Z327, Z366, Z446 Proizvajalec: HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstrasse 25 • 78564 Wehingen • Nemčija SRN: DE-MF-000024779 Basis UDI-DI: 4262380371AB11ABJW Proizvajalec je izključno odgovoren za izdajo izjave o skladnosti. Vsebinska zgoraj opisane izjave je v skladu z naslednjo harmonizacijsko zakonodajo Unije in standardi ali normatívnimi dokumenti:		Tipo: Centrifuga de laboratorio HERMLE con accesorios; según IVDR - clase de producto "A". Modelos Z207MK, Z216MK, Z327K, Z366K, Z446K, ZK496, Z32HK, Z36HK Fabricante: HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstrasse 25 • 78564 Wehingen • Alemania SRN: DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371BA11AAJW El fabricante es el único responsable de la emisión de la declaración de conformidad. El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización de la Unión y las normas o documentos normativos siguientes:	
Označevanje	Usklajevanje zakonodaje	Armonización de la legislación	Marcado
CE	IVDR (EÚ) 2017/746 LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU Direktiva 2006/42/EU Evropskega parlamenta in Sveta RoHS: 2011/65/EU, (EÚ) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018	CE IVDR (UE) 2017/746 LVD: 2014/35/UE EMC: 2014/30/UE Directiva sobre máquinas 2006/42/UE RoHS: 2011/65/UE, (UE) 2015/863
Kraj: 78564 Wehingen, Nemčija	Datum: 2024-09-12 Velja do: 2025-12-31	Lugar: 78564 Wehingen, Alemania	Publicado: 2024-09-12 Válido hasta: 2025-12-31

In case of translation errors, the English version of the EU Declaration of Conformity should be taken as the official version.

Weiwei Flaig

Marco Sachße


 Head of Hermle
 Hermle Labortechnik GmbH


 Head of QM & Compliance
 Hermle Labortechnik GmbH