

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1710420942814 din 24 mart 2024, 15:45 - 4 apr 2024, 9:00

Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță și deservire a dispozitivelor medicale și piese de schimb pentru anul 2024

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
12	50400000-9	LOTUL 12 Servicii de mentenanță și deservire tehnică, piese de schimb, consumabile pentru instalația producătoare de oxigen medical OGP 23 PM 4000H	-	-	-	<p>Mentenanța lunară conform manualului de deservire a generatorului. Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Certificat de studii de la producătorii Atlas Copco. Certificat de la producător privind eliberarea cheilor de acces în sistemul electronic de comandă a generatorului de oxigen. Piese:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pentru compresorul ZT 30 - Kit service PM (A)– 1 set. Ulei ROTO-Z (Bus. 1x5 L) - 1 buc. Pentru uscator FD 140 VSD - Kit purjă condensat -1set . Pentru linia de filtrare - Cartuș filtru PD 130+ - 1 set Cartuș filtru PDp 20+ - 1 set Pentru Generatorul O23 – Intervenție preventivă. 	<p>Mentenanța lunară conform manualului de deservire a generatorului. Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Certificat de studii de la producătorii Atlas Copco. Certificat de la producător privind eliberarea cheilor de acces în sistemul electronic de comandă a generatorului de oxigen. Piese:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pentru compresorul ZT 30 - Kit service PM (A)– 1 set. - 2901112200 Ulei ROTO-Z (Bus. 1x5 L) - 1 buc. - 2908850300 Pentru uscator FD 140 VSD - Kit purjă condensat -1set. - 2200902017 Pentru linia de filtrare - Cartuș filtru PD 130+ - 1 set - 2901300106 Cartuș filtru PDp 20+ - 1 set - 2901300102 Pentru Generatorul O23 – Intervenție preventivă. 	-
17	50400000-9	LOTUL 17 Servicii de mentenanță și deservire tehnică pentru autoclavul BKQ-2300H	-	-	-	<p>Profilaxia lunară a dispozitivului conform manualului de utilizare- Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore</p>	<p>Profilaxia lunară a dispozitivului conform manualului de utilizare- Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore</p>	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabzei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**