

Регистрационное удостоверение № ФСП 2009/05559 от 04.12.2015 г.

Паспорт

Набор реагентов «Масло иммерсионное» по ТУ 9398-011-29508133-2009

Серия	127-19	Дата изготовления	24.09.2019 г.
-------	--------	-------------------	---------------

1. Назначение

Используется в качестве иммерсионной жидкости для световой и флуоресцентной микроскопии, обладает низким уровнем автофлуоресценции.

2. Технические требования

Наименование показателя	Характеристика и норма по ТУ	Результаты анализа
Органолептические показатели	Прозрачная бесцветная жидкость со слабым желтоватым оттенком	соответствует
Вязкость кинематическая при температуре 20°C, мм ² /с	от 220	1371
Показатель преломления при температуре 20°C	от 1,5150 до 1,5180	1,5154
Коэффициент пропускания масла, %	не менее 70	440 нм-99,0 540 нм-100,0

Иммерсионное масло легко удаляется с поверхности препарата, фронтальной линзы и оправы объектива; инертно к окрашенным и неокрашенным препаратам.

Упаковка – флакон-капельница вместимостью 10,0 мл обеспечивает аккуратное и экономичное нанесение масла на препарат.

Срок годности – 1,5 года с даты изготовления.

3. Транспортирование и хранение

Транспортирование должно проводиться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранение - в упаковке предприятия-изготовителя в прохладном месте при относительной влажности воздуха не более 80% в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных сред в течение всего срока годности.

4. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества набора реагентов «Масло иммерсионное» требованиям ТУ 9398-011-29508133-2009 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения в течение всего срока годности.

Начальник ПТО



Бабич В.А.