

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1587559260227 / 21022236** .Denumirea procedurii de achiziție: **«Pieșe p/u utilaj medical – 2020»** .

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	44.Pieșe p/u utilaj medical	BAH15CC100P2 T2P0N	China Germania	CASCOO	44.1.Roată pivotantă (mobilă) p/u paturi - cu suport din fier (minim 3mm); din cauciuc 100-125mm cu rulmenți și gaură p/u șurub de fixare + frână, suport greutate minim 100Kg.	44.1.Roată pivotantă (mobilă) p/u paturi - cu suport din fier (minim 3mm); din cauciuc 100 mm cu rulmenți și gaură p/u șurub de fixare + frână, suport greutate minim 100Kg.	
		BBГнр 3x1,5	Ucraina	Odesrabel	44.2.Cablu de tensiune cu trei fire - flexibil, 3x1.50mm2.	44.2.Cablu de tensiune cu trei fire - flexibil, 3x1.50mm2.	
		ПВСн 2*0,75	Ucraina	Odesrabel	44.3.Cablu de tensiune cu două fire - flexibil, 2x0.75mm2.	44.3.Cablu de tensiune cu două fire - flexibil, 2x0.75mm2.	
		C2030	Germania	LIH Light Impex Henze GmbH	44.4.Lampă bactericidă - 30w, T8, conector G13, Soft Glass, 254nm; Termen efectiv de lucru 5000-9000 ore;Lămpile trebuie să dispună de certificat de calitate de la producător + specificația tehnică ce atestă numărul de orelor efective de lucru.	44.4.Lampă bactericidă - 30w, T8, conector G13, Soft Glass, 254nm; Termen efectiv de lucru -9000 ore;Lămpile trebuie să dispună de certificat de calitate de la producător + specificația tehnică ce atestă numărul de orelor efective de lucru.	
		L 15W/765	Rusia/Germania	OSRAM	44.5.Tub fluorescent p/u negatoscop - 15W, T8, 450mm.	44.5.Tub fluorescent p/u negatoscop - 15W, T8, 450mm.	
		L 30W/765	Rusia/Germania	OSRAM	44.6.Tub fluorescent p/u hota laminară - 30W, T8, 900mm (Morfopatologie).	44.6.Tub fluorescent p/u hota laminară - 30W, T8, 900mm (Morfopatologie).	
		LUMILUX T9 L32W/865 Circular	Rusia/Germania	OSRAM	44.7.Tub fluorescent circular - 32W, Ø 299mm.	44.7.Tub fluorescent circular - 32W, Ø 299mm.	
33100000-1	46.Rețea gaze medicale	Oxygen Flowmeter – DIN STD	Turcia	CAGDAS MEDIKAL	46.1.Umidificator O2 - cu borcan 250ml, coloana de indiciu a consumului de oxigen.	46.1.Umidificator O2 - cu borcan 250ml, coloana de indiciu a consumului de oxigen.	

Semnat: Numele, prenumele: Sivatki Alexei În calitate de: director

Ofertantul: SRL “ARCTUS IMPEX” Adresa: MD-2051, mun. Chisinau, str. Ion Creanga, 82/4, of.25