

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: *ocds-b3wdp1-MD-1579038075468*

Data: 24.01.2020

Alternativa nr.

Denumirea licitației: *Reagenți pentru analizatorii, tip închis: URISIS-1100, Hematologic MICROS-ES-60, Biocimic automat COBAS c III.*

Pagina din

Nr ordine	Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard-de referință
	2		3	4	5	8	9	14
Lot1		Reagenți pentru analizatorul URISIS-1100, tip închis Hematologic MICROS-ES-60, tip închis				Reagenții să dispună de certificăcinternationale ISO, TÜV, CE, Marca: Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător; Reagenții să fie obligatorii în ambalajul producătorului și de la ussingur producător. Termen de valabilitate minim 1 an	Reagenții dispuna de certificăcinternationale ISO, CE Marca: Distribuitorul dispune de autorizare de la producător; Reagenții sunt în ambalajul producătorului și de la un singur producător. Termen de valabilitate minim 1 an compatibili cu analizatorul URISIS-1100	
1.1		Teste diagnostice 1 set - 100 stripuri		Germania	Roche Diagnostics	Reagenții trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URISIS-1100	*Testi pentru urinometru Combur-10 UX 100 teste *Control-Test M Urhys-1100 50 teste 11379194263 // 38220000	CE; ISO
1.2		Teste pentru controlul calitatii /control - M-1 set- 50 stripuri		Germania	Roche Diagnostics			CE; ISO
Lot2		Reagenți pentru analizatorul MICROS-ES-60, tip închis						
2.1		ABX Minipack LMG		Franta	Horiba		Compatibili cu analizatorul de sistem închis Micros ES 60. Set cu nr de teste 200	CE; ISO
2.2		Minotrol 16 iwin-pack (2N)		Franta	Horiba		Singe de control nivel normal cu programare automată pentru minim 16 parametri. Flacoane 2x2,5 ml Compatibili cu analizatorul de sistem închis Micros ES 60.	CE; ISO
2.3		Minotrol 16 iwin-pack (2L)		Franta	Horiba	Reagenții trebuie sa fie compatibili cu analizatorul MICROS-ES-60	Singe de control nivel jos cu programare automată pentru minim 16 parametri. Flacoane 2x2,5 ml Compatibili cu analizatorul de sistem închis Micros ES 60.	CE; ISO
2.4		Minotrol 16 iwin-pack (2P)		Franta	Horiba		Singe de control nivel înalt cu programare automată pentru minim 16 parametri. Flacoane 2x2,5 ml Compatibili cu analizatorul de sistem închis Micros ES 60.	CE; ISO
2.5		Minoclair		Franta	Horiba		Soluție enzimatică de extraspălare concentrată 500 ml Compatibili cu analizatorul de sistem închis Micros ES 60.	CE; ISO



Reagenți pentru analizatorul COBAS C 111			
3.1	Albumin BCG 400T cobas c111 04657357190/38220000	4657357190	Germania
3.2	*ALT 400T cobas c 111 04718569190/38220000	471856919	Germania
3.3	*α-Amylase 200 T cobas c 111 05401496190/38220000	5401496190	Germania
3.4	*AST/GOT 400T cobas c111 04657543190/38220000	4657543190	Germania
3.5	*BIL-T, Gen-3, 400T, cobas c111 05795648190/38220000	5795648190	Germania
3.6	*Cholesterolin 400T cobas c111 04718917190/38220000	4718917190	Germania
3.7	*CK-MB 100T c111 07442050190/38220000	7442050190	Germania
3.8	*CK 200T cobas c111 07442017190/38220000	7442017190	Germania
3.9	*Creatinine Jaffe 400T c111 05401755190/38220000	5401755190	Germania
3.10	*Glucose 400T cobas c 111 04657527190/38220000	4657527190	Germania
3.11	*HDL-C Gen 4, 200T tests cobas c111 07528604190/38220000	7528604190	Germania
3.12	*LDL-C gen.3, 100T c111 07005806190/38220000	7005806190	Germania
3.13	*Total Protein 400T cobas c111 04657586190/382200000	4657586190	Germania
3.14	*TG GPO-PAP 200T cobas c111 04657594190/38220000	04657594190/	Germania
3.15	*UREA 400T cobas c111 04657616190/38220000	4657616190	Germania
3.16	*UA plus 400T cobas c111 04657608190/38220000	4657608190	Germania
3.17	*NaCl 9% cobas c 111 04774230190/38220000	4774230190	Germania
3.18	*Cleaner basisch cobas c111 04774248190/38220000	4774248190	Germania
3.19	*Cobas Integra Cleaner 20754765322	20754765322	Germania
3.20	*Micro cuvette Segment 04357108001	4357108001	Germania

sa efectueze determinari fotometrice si de tip ISE; viteza de lucru de minim 170 teste/ora.

- Meniul sa includa determinari turbidimetrice pentru testele de
- Meniul sa includa determinari turbidimetrice pentru imunologie in faza omogena : HbA1c, D-Dimer, CRP si CRP
- Sa poata fi incarcate cel puțin 17 tipuri de teste inalt senzitiv.
- Sa poata fi incarcate cel puțin 17 tipuri de teste simultan la bord.
- Incarcare si descarcare continua a probeilor.
- coordonarea intretinerii via software;
- Sa contina pana la opt discuti pentru reactivi interschimbabile;

conform cerintelor

Albumin BCG 400T cobas c111 04657357190/38220000	CE; ISO
*ALT 400T cobas c 111 04718569190/38220000	CE; ISO
*α-Amylase 200 T cobas c 111 05401496190/38220000	CE; ISO
*AST/GOT 400T cobas c111 04657543190/38220000	CE; ISO
*BIL-T, Gen-3, 400T, cobas c111 05795648190/38220000	CE; ISO
*Cholesterolin 400T cobas c111 04718917190/38220000	CE; ISO
*CK-MB 100T c111 07442050190/38220000	CE; ISO
*CK 200T cobas c111 07442017190/38220000	CE; ISO
*Creatinine Jaffe 400T c111 05401755190/38220000	CE; ISO
*Glucose 400T cobas c 111 04657527190/38220000	CE; ISO
*HDL-C Gen 4, 200T tests cobas c111 07528604190/38220000	CE; ISO
*LDL-C gen.3, 100T c111 07005806190/38220000	CE; ISO
*Total Protein 400T cobas c111 04657586190/38220000	CE; ISO
*TG GPO-PAP 200T cobas c111 04657594190/38220000	CE; ISO
*UREA 400T cobas c111 04657616190/38220000	CE; ISO
*UA plus 400T cobas c111 04657608190/38220000	CE; ISO
*NaCl 9% cobas c 111 04774230190/38220000	CE; ISO
*Cleaner basisch cobas c111 04774248190/38220000	CE; ISO
*Cobas Integra Cleaner 20754765322	CE; ISO
*Micro cuvette Segment 04357108001	CE; ISO

Reagenții trebuie sa fie compatibile cu analizatorul COBAS C 111



3.21	*PrecControl ClinChem Multi 2 4x5ml 05947774190	5117216190	Germania	Roche Diagnostics		*PrecControl ClinChem Multi 2 4x5ml 05947774190	CE; ISO
3.22	*PrecControl ClinChem Multi, 4x5ml 05947626190	5117003190	Germania	Roche Diagnostics		*PrecControl ClinChem Multi, 4x5ml 05947626190	CE; ISO
3.23	*Clas 12x3ml 5117003190	5117003190	Germania	Roche Diagnostics		*Clas 12x3ml 10759350190	CE; ISO
3.24	*Clas CK.MB 3x1ml 114473942 16 // 38220000	114473942 16	Germania	Roche Diagnostics		*Clas CK.MB 3x1ml 114473942 16 // 38220000	CE; ISO
3.25	*Clas Lipids 3x1ml 12172623122	12172623122	Germania	Roche Diagnostics		*Clas Lipids 3x1ml 12172623122	CE; ISO
Lot 4	Accesorii pentru analizatori						
4.1	Set de mentinanta pentru un an, pentru aparatul hematologic Horiba Micros E 60	ABX Mimpack LMG	Franta	Horiba	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul MICROS-ES-60	Compatibil cu analizatorul de sistem inchis Micros ES 60.	CE; ISO
4.2	Set de mentinanta pentru un an, pentru aparatul biochimic COBAS C111		Germania	Roche Diagnostics	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111	Compatibil cu analizatorul de sistem inchis COBAS C 111.	CE; ISO
4.3	Rotor pentru pentru aparatul biochimic COBAS c 111	4793811001	Germania	Roche Diagnostics		*React Disc Assy 04793811001	CE; ISO
4.4	Lampă pentru analizatorul biochimic COBAS C 111	5344620001	Germania	Roche Diagnostics		*Lamp Halogen Assy 12V/20W 05344620001	CE; ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Buga Victoria, Iuliana Selar

Ofertantul: IM „Becor” SRL Adresa: str. Calea Orheiului 111/5

In calitate de: manager

