

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1752579628456 din 25.07.2025								
Obiectul achiziției: Consumabile medicale necesare Departamentului imagistică medicală și Serviciului sterilizare (etapa II)								
Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Număr de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	33100000-1	Colbe compatibile cu dispozitivul Medtron	42.16.40000	China	SCW Mediacath	Colbe compatibile cu dispozitivul Medtron (ref 316025)	Colbe compatibile cu dispozitivul Medtron (ref 316025),echivalent	CE/DM000232481
1.2	33100000-1	Linii pentru utilizarea colbelor tip Medtron	42.02.90016+ 42.02.90000	China	SCW Mediacath	Linii pentru utilizarea colbelor tip Medtron (ref 317100)	Linii pentru utilizarea colbelor tip Medtron (ref 317100), echivalent	CE/DM000232449 DM000232433
2	33100000-1	Prelungitor tip Luer-lock	294 08	Turcia	Medbar	Prelungitor tip Luer-lock, lungime - minim 150 cm, d-2.5-2.7x4.0-4.1 mm, vol minim 7.7 ml minim 10 bar	Prelungitor tip Luer-lock, lungime - minim 150 cm, d-2.5-2.7x4.0-4.1 mm, vol minim 7.7 ml minim 10 bar	CE/DM000609591
5	33100000-1	Set colbe pentru injectarea CT	42.16.10003	China	SCW Mediacath	Set colbe pentru injectarea CT. Steril, în set vor fi incluse 2 seringi cu volum 200 ml, tub de conectare tip Y, 1 vârf ascuțit lung, 1 vârf ascuțit scurt	Set colbe pentru injectarea CT. Steril, în set vor fi incluse 2 seringi cu volum 200 ml, tub de conectare tip Y, 1 vârf ascuțit lung, 1 vârf ascuțit scurt	CE/DM000232453
6	33100000-1	Sisteme pentru irigoscopie B-3	430 0001 1	Turcia	Bicakcilar	Sisteme pentru irigoscopie B-3	Sisteme pentru irigoscopie B-3	CE/DM000398271
7	33100000-1	Seringă pentru substanță contrast (consumabil nr. 1394)	42.07.10002	China	SCW Mediacath	Capacitate 12 ml, Adaptor rotativ, mâner tip ”aripioară”	Capacitate 12 ml, Adaptor rotativ, mâner tip ”aripioară”	CE/DM000236634
9	33100000-1	DVD-R+plicuri	DVD+R 4.7GB Plic	UAE	Omega	DVD-Ri (disc pentru stocare rezultatelor după examinarea tomografice) + plic (convert) cu fereastra transparenta	DVD-Ri (disc pentru stocare rezultatelor după examinarea tomografice) + plic (convert) cu fereastra transparenta	ISO
10	33100000-1	Prelungitor pentru utilizarea seturilor de colbe injectomat CT	295 08	Turcia	Medbar	Prelungitor pentru utilizarea seturilor de colbe injectomat CT, Steril, lungimea- minim 150 cm, presiune inalta minim 17 bar, diametrul între 2,5-3,0 mm	Prelungitor pentru utilizarea seturilor de colbe injectomat CT, Steril, lungimea- minim 150 cm, presiune inalta minim 17 bar, diametrul între 2,5-3,0 mm	CE/DM000609607

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Cojocar Vera**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**