

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1747658012861								
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.12)								
Autoritatea contractantă: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE								
nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
7	33100000-1	Higrometru / Psihrometru 15-40C	Higrometru 15 - 40C	Ucraina	Steclopribor	Cod 260640 Parametrul Specificația Descriere: Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere. Lichid termometric excepție mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete obligatoriu Nr. de termometre 2 buc. (uscata/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării: Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40...90 %.	Cod 260640 Parametrul Specificația Descriere: Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere. Lichid termometric toluen Rezoluție 0.2 C da Fixare pe perete obligatoriu da Nr. de termometre 2 buc. (uscata/umed) da Carcasa Plastic da Scară de temperatură da (Celsius) da Diapazonul măsurării: Temperatura + 15...+ 40 C da Umiditatea 20...90 % .	Declaratie de conformitate
10		Termometru mecanic	Mercury free CR.W00	China	Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd.	Cod 260600 Parametrul Specificația Descriere: Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman. Material fără de mercur Rezoluție 0.1 grade Acuratețe 0.1 grade Descrierea Afășare 35.0°C-42.0°C.	Cod 260600 Parametrul Specificația Descriere: Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman. da Material fără de mercur da Rezoluție 0.1 grade da Acuratețe 0.1 grade da Descrierea Afășare 35.0°C-42.0°C. da	CE, ISO, Declarație de conformitate DM000213618
Numele, Prenumele Stela POTINGA În calitate de: Administrator								
Ofertantul: SA TEHOPTIMED Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova								