

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1760679494634 din 03.11.2025

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitive medicale, consumabile, alte bunuri de uz medical în vederea realizării Programului Național de combaterea hepatitelor virale B, C și D, pentru anul 2026 (repetat)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referi nță
1			2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	5	Qubit Assay Tubes, 0.5 ml PCR Tubes	Qubit Assay Tubes, 0.5 ml PCR Tubes	Q32856	Mexic	ThermoFisher	Conform caietului de sarcini	Tuburile de testare Qubit sunt tuburi de polipropilenă cu pereți subțiri de 500 µL pentru utilizare cu fluorometrul Qubit. 500 de tuburi per pachet.	CoA
33100000-1	7	Placi PCR 96 godeuri	Placi PCR 96 godeuri	AB1400	Mexic	ThermoFisher	Conform caietului de sarcini	Placi pentru PCR cu 96 de godeuri tip semi-skirted. Volume (Metric) Well 0.3 mL puritate PCR clean Impachetare: 25 plăci/pachet au margini ridicate pentru o etansare eficienta godeuri albe pentru o reflectare mai buna Transfer de caldura optim datorita grosimii reduse a peretelui Margini din polycarbonat pentru rigiditate ridicata	CoA
33100000-1	8	Folii adezive placi PCR	Folii adezive placi PCR	AB0626	UK	ThermoFisher	Conform caietului de sarcini	Sa fie autoadezive si cu grad de puritate PCR Folii adezive care asigura o etansare eficientă a placilor pentru a ajuta la protejarea probelor PCR în timpul ciclarii termice si depozitarii. Foliile sa aiba	CoA

								adezivitate eficienta prevenind astfel pierderea probelor prin evaporare în timpul PCR. Foliile placilor PCR sa ofere o rezistenta chimica excelenta si sa fie testate din punct de vedere al rezistentei pentru o varietate de substante comune de laborator. Impachetare: 100 folii/pachet	
33100000-1	13	Buffer TBE	Buffer TBE	B52	Lituania	ThermoFisher	Conform caietului de sarcini	contine: TBE Buffer (Tris-borate-EDTA) (10X), pH 8,0 (±0.2) sticla volum de 1L.	CoA

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau