

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:			LP nr. 21638936 / ocds-b3wdp1-MD-1778587932248					Data: 2 iulie 2026	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:			În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...64180 din 21.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1718204764180 din 12.06.2024 privind Achiziționarea electrocardiostimulatoare pentru anii 2025-2027						Pagina: 1 din 1
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1	2-64180	Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale	Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale	Endurity MRI, ref.: PM2172 + electrood Tendril™ MRI: 2088TC/52 sau 2088TC/58 + 2088TC/58 sau 2088TC/65	USA	ABBOTT Med. /St. Jude Med.	Electrocardiostimulator bicameral DR, RMN compatibil minimum 1.5T, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiali – 1 electrood atrial cu lungimea 52-60 cm; 1 electrood ventricular cu lungimea 58-65 cm, diametru 5F-7F, cu fixarea active. Prezenta functiilor de autocapturare, adaptarea de fcc, algoritme de protectie declansarii fibrilatiei atriale, algoritme de micșorarea stimulrii VD, posibilitatea efectuării SEF (optional). Lungevitaea bateriei minimum 10 ani. Solicitare dimensiunei electrozilor la cerinta specialistului.	Electrocardiostimulator bicameral DR, RMN compatibil 1.5T, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiali – 1 electrood atrial cu lungimea 52 sau 58; 1 electrood ventricular cu lungimea 58 sau 65, diametru 6F, cu fixarea active. Prezenta functiilor de autocapturare, adaptarea de fcc, algoritme de protectie declansarii fibrilatiei atriale, algoritme de micșorarea stimulrii VD, posibilitatea efectuării SEF (optional). Longevitatea bateriei 9,7 ani. Dimensiunea electrodului la cerinta specialistului - Capacitate de confirmare a capturii ventriculare „beat-by-beat”. - Functie de stimulare la o frecventa redusa in timpul somnului, pe baza de senzor cu accelerometru. - Capacitate de inregistrare pana la 14 min a electrogramelor intracavitare.	DM000307931 DM000654904 DM000654903

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor; În calitate de: director general;

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL; Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2;