

Specificații tehnice (F4.1)

Licitatie deschisă: 21037611
Obiectul achiziției: Piese p/u utilaj medical - 2021
Autoritatea Contractantă: IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Cod CPV	Denumirea bunurilor si/ sau serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	LOT 4						
	LOT 4.1						
33100000-1	Service kit anual	KY732558	Franta	Air Liquide	Service kit anual,compatibil cu ventilatorul pulmonar "Monnal T75, Air Liquid"	Service kit anual, compatibil cu ventilatorul pulmonar "Monnal T75, Air Liquid". Original, conform catalogului producatorului	CE
	LOT 4.2						
33100000-1	Set filtru intern	KY732609	Franta	Air Liquide	Set filtru intern-p/u protecția blocului de valve, compatibil cu Ventilatorul Monnal T75	Set filtru intern-p/u protecția blocului de valve, compatibil cu Ventilatorul Monnal T75. Original, conform catalogului producatorului	CE
	LOT 4.3						
33100000-1	Bloc de valve selenoid	KY560500	Franta	Air Liquide	Valve ce dirijează cu aerul mixat în interiorul dispozitivului, compatibil cu dispozitiv de respirație artificială Monnal T75	Valve ce dirijează cu aerul mixat în interiorul dispozitivului, compatibil cu dispozitiv de respirație artificială Monnal T75. Original, coform catalogului producatorului	CE
	LOT 4.4						
33100000-1	Senzor de Oxigen	OOM202	Franta	Air Liquide	Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, Interfață de conectare: 3pin (Molex® 22-11-1031), 9mV...14mV, compatibil cu ventilatorul Monnal T75	Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, Interfață de conectare: 3pin (Molex® 22-11-1031), 9mV...14mV, compatibil cu ventilatorul Monnal T75. Original, conform catalogului producatorului	CE

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei
 În calitate de: Director
 Ofertantul: „Neotec” SRL
 Adresa: mun.Chisinau, str.Zaikin, 37