

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție:						ocds-b3wdp1-MD-1648037354843 din 29.03.2022		
Obiectul achiziției:						Consumabile pentru sistemul Sonicision (Repetat)		
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Consumabile pentru sistemul Sonicision	Generator ultrasonic reutilizabil compatibil cu sistem Sonicision aflat în dotare	SONICISION GENERATOR X1	SUA	Medtronic	Se conectează la instrumentul disector fără fir, prin cuplarea directă. Frecvența de lucru – min. 55 KHz. Efect termic colateral minim Sigilează/diseca vase sanguine/limfatice de pînă la /inclusiv 5mm diametru, reutilizabil de cel puțin 150 ori, Sterilizare prin autoclavare.	Se conectează la instrumentul disector fără fir, prin cuplarea directă. Frecvența de lucru – min. 55 KHz. Efect termic colateral minim Sigilează/diseca vase sanguine/limfatice de pînă la /inclusiv 5mm diametru, reutilizabil de cel puțin 150 ori, Sterilizare prin autoclavare.	ISO, CE
		Disector ultrasonic fără fir de conexiune compatibil cu sistem Sonicision aflat în dotare	13CM CORDLESS U/S DISSECTOR X6	SUA	Medtronic	Lungimea tijei curbate – 13 cm, diametrul tijei 5 mm, lungime lama active 14-15 mm, Buton de activare "dual mode" pentru cogulare/taiere, ambalt individual. Set de 6 buc.	Lungimea tijei curbate – 13 cm, diametrul tijei 5 mm, lungime lama active 14-15 mm, Buton de activare "dual mode" pentru cogulare/taiere, ambalt individual. Set de 6 buc.	ISO, CE
		Baterie Litiu-Polimer reutilizabilă compatibil cu sistem Sonicision aflat în dotare	SONICISION BATTERY PACK X1	SUA	Medtronic	Se conectează la instrumentul disector prin cuplare directă, Reutilizabilă de cel puțin 200 ore, Nu necesită sterilizare.	Se conectează la instrumentul disector prin cuplare directă, Reutilizabilă de cel puțin 200 ore, Nu necesită sterilizare.	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com



Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1648037354843 din 29.03.2022							
Obiectul achiziției:					Consumabile pentru sistemul Sonicision (Repetat)							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Consumabile pentru sistemul Sonicision	Generator ultrasonic reutilizabil compatibil cu sistem Sonicision aflat in dotare	1	buc	31 826.52	38 191.82	31 826.52	38 191.82	la solicitare timp de 60 zile.	31700000-3	-	-
		Disector ultrasonic fără fir de conexiune compatibil cu sistem Sonicision aflat în dotare	1	set	71 563.50	85 876.20	71 563.50	85 876.20		31700000-3	-	-
		Baterie Litiu-Polimer reutilizabilă compatibil cu sistem Sonicision aflat în dotare	1	buc	19 611.99	23 534.39	19 611.99	23 534.39		31700000-3	-	-
TOTAL Oferta							123 002.01	147 602.41				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

OXIVIT MED

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

S.C. OXIVIT-MED S.R.L
Administrator: Dmitrii Kojevnikov
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
Tel./Fax: 022 808 002, 022 808 003
E-mail: info@oxivit-med.com; oxivit.medical@gmail.com
Cod IBAN: MD09MO2224ASV23488147100
Banca: „Mobiasbanca OTP Group” S.A
Codul băncii: MOBBMD22
Cod fiscal: 1007600044280
Cod TVA: 0306300

Cu respect,
Dmitrii Kojevnikov
Administrator