

Specificații tehnice

Anexa 22

Numărul licitației		ocds-b3wdp1-MD-1737385412965 din 12.02.2025					Alternativa nr.: _____		
Denumirea licitației:		Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul de Sănătate Hrușova					Pagina: __ din __		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standard de referință
1			2	3	4	5	6	7	8
3310	1	Microscop	Microscop	B-192 PL	Italia	Optica	Descriere: Microscop binocular profesional, destinat utilizării în laboratoarele spitalului. Parametri Specificații Corpul dotat cu cap revolver 4 obiective Cap binocular rotabil 360° cu înclinare 30° Ocular cu câmp larg WF 10x/18 mm sau WF 10x/20 Obiective acromatice 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25(ulei) Dispozitiv de transport al preparatului în două direcții pe axa X/Y 70-75 x 30-36 mm Placă mecanică cu 2 straturi, glisantă 125-152 x 115-131 mm Focalizare ajustabilă cu control coaxial Da Condensator Abbe 1.25 N.A, sau analogic Iluminare LED Alimentare 100-240V/50-60Hz	Descriere: Microscop binocular profesional, destinat utilizării în laboratoarele spitalului. Parametri Specificații Corpul dotat cu cap revolver 4 obiective Cap binocular rotabil 360° cu înclinare 30° Ocular cu câmp larg WF 10x/18 mm Obiective acromatice 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25(ulei/apa) Dispozitiv de transport al preparatului în două direcții pe axa X/Y 70 x 30 mm Placă mecanică cu 2 straturi, glisantă 125x 115 mm Focalizare ajustabilă cu control coaxial Da Condensator Abbe 1.25 N.A, sau analogic Iluminare LED Alimentare 100-240V/50-60Hz	CE

0000-1	2	Centrifugă	Centrifugă	CM-6MT+rotor 6 M	Letonia	Descriere: Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. Parametrul Specificația Viteza de rotație: Minimală, rpm 100-200 Maximală, rpm 3500-6000 Posibilitatea setării vitezei obligatoriu Capacitatea rotorului: Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer: Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea: Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori vizual și acustic obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤70 dB obligatoriu	Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. Parametrul Specificația (marcate cu rosu in pliant ,manual) Viteza de rotație Minimală, rpm 100(pliant p 1) Maximală, rpm 3500(pliant p1) Setări setarea vitezei(pliant p1) Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 12 ml(pliant p 2) Numărul de tuburi 12 unitati(pliant p2) Timer Diapazon de timp 1-99 min,12 ore(manual de utilizare p 2) Incrementarea ≤1(manual de utilizare p 2) Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da(pliant 1) Indicatori Indicarori vizual și acustic (pliant 1) (manual de utilizare p 2) Debalansare -da(pliant p 1,manual de utilizare p 3) Pornire/oprire da(pliant p 1,manual de utilizare p 3) Capac deschis da(manual de utilizare p 3,8) Display Digital da(pliant p1,manual de utilizare p 3) Nivelul de zgomot 50/60 dB (pliant p1)	DM00222048
--------	---	------------	------------	------------------	---------	---	---	------------

Semnat:_____ Numele, Prenumele: C. Lazari În calitate de: Manager achizitii

Ofertantul: IM " Becor" SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Calea Orheiului 111/5