

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1611303748182				Data: „01” februarie 2021		Alternativa nr.: nu	
Denumirea licitației:		Achiziția măștilor CPAP universale și nazale, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, pentru anul 2021				Lot:		Pagina: _1_ din _1_	
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
33100000-1	1	Măști CPAP	FMI-NV	China	Beyond Medical	<p>Masca propriu zisa : din policarbonat (PC), cu pad din membrane din silicon pentru etansare.</p> <p>Pad de frunte : ajustabil, cu pad/pernuta din silicon.</p> <p>Sistemul de fixare: curele din nylon cu fixare de masca prin conector de tip „buckle clip” . Fixare între curele de tip „velcro”.</p> <p>Diametrul tubului conector- 22 mm ±1 mm. Mărime masca- M, L, XL.</p>	<p>Masca propriu zisa : din policarbonat (PC), cu pad din membrane din silicon pentru etansare.</p> <p>Pad de frunte : ajustabil, cu pad/pernuta din silicon.</p> <p>Sistemul de fixare: curele din nylon cu fixare de masca prin conector de tip „buckle clip” . Fixare între curele de tip „velcro”.</p> <p>Diametrul tubului conector- 22 mm ±1 mm. Mărime masca- S, M, L.</p>	CE, ISO	
33100000-1	2	Măști CPAP nazale	NMI-NV	China	Beyond Medical	<p>Masca propriu zisa : din policarbonat (PC), cu pad din membrane din silicon pentru etansare.</p> <p>Pad de frunte : ajustabil, cu pad/pernuta din silicon.</p> <p>Sistemul de fixare: curele din nylon cu fixare de masca prin conector de tip „buckle clip” . Fixare între curele de tip „velcro”.</p> <p>Diametrul tubului conector- 22 mm ±1 mm. Marime masca- M, L, XL</p>	<p>Masca propriu zisa : din policarbonat (PC), cu pad din membrane din silicon pentru etansare.</p> <p>Pad de frunte : ajustabil, cu pad/pernuta din silicon.</p> <p>Sistemul de fixare: curele din nylon cu fixare de masca prin conector de tip „buckle clip” . Fixare între curele de tip „velcro”.</p> <p>Diametrul tubului conector- 22 mm ±1 mm. Marime masca- S, M, L.</p>	CE, ISO	

Semnat: _____
 Numele, Prenumele
 Jighili Tatiana
 În calitate de:
 administrator



Ofertantul: _____ SRL Triumph-Motiv _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301