

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21315571 din 11.12.2024**Obiectul de achiziție: INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA REOFERTARE în scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...64180 din 21.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1718204764180 din 12.06.2024 privind Achiziționarea electrocardiostimulatoare pentru anii 2025-2027**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 6						
Introducer 6-9F de tip "peel-away"	42.11.10001 sau 42.11.10002 sau 42.11.10003 sau 42.11.10004 sau 42.11.10005	China	SCW MEDICATH LTD	Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 11-15 cm diametru 6F-10F	Seturile de introducere pelabile sunt indicate pentru introducerea percutanată a firului de ghidare sau a cateterului în sistemul vascular prin acul introductor. Reducerea forțelor de inserție în timpul plasării în vasculatură; Medicament redus pe cateter în timpul plasării în timpul tecii; Interblocare convenabil diator la manta Putem furniza sârmă de ghidare de nitinol rezistentă la îndoire pentru a crește încrederea clinicianului Introductor peelabil dilator Shealth+ Seringă Sârmă de ghidare Ac introductor Scapel Dimensiune (Fr.) 6 -10 Lungime teaca: 14 cm TubulOD(mm) 2,62 - 4,04	CE
Total lot 6						
Lotul 7						
Set introductor pentru punctie venei centrale scurt	42.09.10002 + 42.03.10001 sau 42.09.10003 + 42.03.10001 sau 42.09.10004 + 42.03.10001 sau 42.09.10005 + 42.03.10001	China	SCW MEDICATH LTD	Lungimea canulei utile de 10 - 12 cm, cu ID de 6F, 7F, 8F, 9F cu valve hemostatica, pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 40, 50 cm de tip J cu diametre de 0,035; 0,038; ac de punctie (18G), introductorul, dilatorul, ghidul si inclusiv acul vor fi intr-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Posibilitatea de a se cere si teci cu marker radiopoac exact in extremitatea distala.	Setul de introducere este destinat introducerii percutanate a firului de ghidare sau cateterului în sistemul vascular prin acul introductor. Set introductor: Femural Introducer Shealth+ dilator Seringă Sârmă de ghidare Acul introductor Scapel Dimensiune (Fr.) 6 - 9 Lungime (cm) 11 Sârmă de ghidare 0,038"*45 cm J Ac introductor 18G*6,5 cm + Set de supape de hemostază (conector Push Pull Y) REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000232391	CE, DM000232391
Total lot 7						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15, tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23**