



"ECOCHIMIE" S.R.L.
bd. Cuza Vodă 5/1 bir. 403, MD-2060, mun. Chișinău
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222
e-mail: info@ecochimie.md

Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie
Curea Cristina Telefonul de contact 078913550E-mail ACHIZITII.IMSPSCTO@gmail.com
21005877 din 04.04.2019

Specificații tehnice (F4.1)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
62.1	33600000-6	Ac pentru aspirație/ puncție măduvă osoasă 8G , de unică folosință, steril 8G	PJ0810	Italia	MDL	Ac pentru aspirație/ puncție măduvă osoasă de unică folosință, steril , cu mâner din plastic, lungimea acului 10-12 cm, cu mandren diametrul lumenul (2.0-4.0 mm) , 8Gx4" (4.191mm *10.2cm). Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 24 de luni la momentul livrării	Ac de biopsie a maduvei osoase, maner ergonomic antilunecare, canula tip "Fish mouth" cu marcaj, ac 8G, L=100mm, sistem de fixare a stiletului, extractor/indicator cantitativ al specimentului coelctat, maner cu acces luer-lock	ISO, CE Marca
62.2	33600000-6	Ac pentru aspirație/ puncție măduvă osoasă 16G, de unică folosință, steril	PI1610/75	Italia	MDL	Ac pentru aspirație/ puncție măduvă osoasă de unică folosință, steril , cu mâner din plastic, lungimea acului 6-8 cm, cu mandren diametrul lumenul (24.0mm). Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 24 de luni la momentul livrării	Ac aspirare/recoltare, pentru maduva osoasă, utilizat pentru creasta iliaca și stern, jetabil, tip Pen-Bone, canula tip Chiba 16G, AISI 304, cu luer-lock, lungime variabilă - min./max.=10/75mm	ISO, CE Marca

Specificații de preț (F4.2)



Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
62.1	33600000-6	Ac pentru aspirație/ puncție măduvă osoasă 8G , de unică folosință, steril 8G	Bucata	50	221.1000	265.3200	11'055.00	13'266.00	La comandă după necesități pe parcursul anului 2019
62.2	33600000-6	Ac pentru aspirație/ puncție măduvă osoasă 16G, de unică folosință, steril	Bucata	50	198.4000	238.0800	9'920.00	11'904.00	La comandă după necesități pe parcursul anului 2019
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							20'975.00	25'170.00	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 30 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2000.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,

Cu respect,

directorul SRL "ECOCHIMIE"

Nicolae Iurcu

