

Numărul licitației:	21028764	Data: 07.10.2020	Alternativa nr.
Denumirea licitației:	Utilaj medical pentru activitatea științifică		Pagina: 1-1

Nr.d/o	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Glucometru	TD-4227	Taiwan	Tai Doc	Display 96 segmente LCD cu simboluri Oprire automată 30 sau 90 secunde în funcție de statusul operațional Durata de viață a bateriei aproximativ 1000 teste pe an Baterie 1 baterie de tip CR 2032 Dimensiunea mostrei 1-2 µL Detectare subdozare Da Principiul de măsurare fotometric Intervalul de măsurare 0,5-33,3 mmol/l Timp de măsurare aproximativ 5 sec (aplicarea sângelui pe bandă în interiorul glucometrului) aproximativ 8 sec (aplicarea sângelui pe bandă în afara glucometrului)Condiții de măsurare Temperatura +8 °C to +42°C Condiții de depozitare fără baterie -25°C-+70°C Umeditate Măsurare 85% umeditate relativă Depozitare 93% umeditate relativă Capacitate de măsurare până la 500 de măsurări cu dată și timp Valori medii 7, 14, 30, 90 zile. Altitudine 0-4000m (0-13123 feet) Dimensiuni +/-97.8x46.8x19.1mm Greutate max cu baterie 50 g. Garanție minim 12 luni.	Dimensiuni 96mmx45mmx23mm Sursă de alimentare două baterii alcaline 1.5 V AAA Ecran mare cu cristale lichide Memorie 450 rezultate ale măsurărilor cu data și oră Umeditate de operare 10-40°C, mai jos de 85% umeditate relativă (fără condensare) Proba de sânge necesară este de 0,7 µL Condiții de depozitare / transport -20°C-60°C mai jos de 95 % umeditate relativă (fără condensare) Unități de măsurare mg/ dl sau mmol/l Intervalul de măsurare 1,1-33,3 mmol/l (20-600 mg/dl) Modul de așteptare consum de energie mai mic de 50 uA. Detectarea automată a introducerii electrodului Numărătoarea inversă automată a timpului de reacție Oprirea automată după 3 minute de inactivitate Avertizare de temperatură Înregistrate în registrul de stat al dispozitivelor medicale AMDM.	ISO, CE
4.	Teste pentru glucometru	TD-4227	Taiwan	Tai Doc	Compatibile cu glucometru achiziționat 50 teste într-o cutie Cantitatea de sânge -1-2µl de sânge Posibila dozare în afara glucometrului.	Proba de sânge necesară este de 0,7 microlitri în volum. Compatibil cu glucometrele achiziționate, 50 de teste într-o cutie.	

Semnat: _____
Numele Prenume: Moldoveanu Ruxanda
În calitate de: Manager vânzări
Ofertantul: „POLISANO PRIM” SRL
Adresa: mun. Chișinău, str. Costiujeni 6/2