Digitally signed by Jighili Tatiana
Date: 2025.10.17 12:34:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Anexa nr. 22
la Documentația standard

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1756899569335/21472138 din: 03.09.2025 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției:Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.21)

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
14	Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate)	UniFusion VP 5O Pro	China	Shenzhen MedRena Biotech Co.,Ltd.	Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate) Parametru: Specificația Display: Date afișate: LCD cu posibilitatea de ajustare a luminozității Alarme: Rata Volum infuzat Timpul infuzat Rata KVO Nivelul de încărcare a bateriei Nivelul de ocluzie Evenimente: ≥ 1000 Istorie: Obligatoriu Capacitatea pompei: Diapazonul volumului infuzat: 0.1 - 9999 ml Rata fluxului: Diapazon minim 0.1 - 1200 ml/h Setarea prin incrementare: Începînd cu 0.01 ml Regim de lucru KVO (menținerea venei deschise): Diapazon minim 0.1 - 5 ml/h Acuratețea infuziei: ± 5% Funcția bolus: Obligatoriu Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus: Diapazon minim 1 - 1200 ml/h Selectarea volumului infuzat: Obligatoriu Selectarea ratei de infuzie: Obligatoriu Calcularea dozei/medicament: Obligatoriu Regim de lucru în flux (setarea fluxului): Obligatoriu Troceera automată în regim de așteptare: Obligatoriu Carcasă: Carcasă ermetizată pentru a preveni scurgerea de lichide în interiorul dispozitivului: Minim IP23 Nivelul presiunii de ocluzie maxime: Diapazon minim 75 - 750 mmHg, minim 9 nivele Funcția de evacuare a bulei de aer din sistemul IV până la conectarea circuitului la pacient: Obligatoriu Funcție de chemare asistentă: Obligatoriu Blocarea panoului de control: Obligatoriu Alarmă sonoră: Obligatoriu Alarmă vizuală: Obligatoriu Fixarea perfuzorului pe rampă verticală: Obligatoriu Setări IV: Protecție la flux liber: Obligatoriu Capacitatea de captare aer: Obligatoriu Alarmă acustică și vizuală: Ocluzie: Obligatoriu Nivelul de ocluzie: Obligatoriu Afișarea ocluziei în timp real: Obligatoriu Bula de aer: Obligatoriu Eroare de sistem: Obligatoriu Set decuplat: Obligatoriu Rezervor gol: Obligatoriu Ușă deschisă: Obligatoriu Senzor de picături sau altă tehnologie de depistare a fluxului soluției infuzate: Obligatoriu Infuzia completă: Obligatoriu Baterie descărcată: Obligatoriu Posibilitatea de setare a volumului: Obligatoriu Sistem de reducere a erorii (tehnologie inteligentă): Setarea parametrilor impliciți dați de sistemul de reducere a erorii de dozare la pornirea pompei: Obligatoriu Alimentarea electrică: Rețea electrică 220 V, 50 Hz, obligatoriu Baterie Incorporată: Obligatoriu Durata de operare autonomă: ≥ 5 h la fluxul de 25 ml/h Accesorii: *Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic. Operatorul economic are posibilitatea de a ajusta/completa aceste coduri/modele cu urmare a clarificărilor, fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale.* Suport: Sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie, obligatoriu Circuite: ≥ 200 buc. pentru fiecare pompă procurată, da, să se indice codul produsului oferit	Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate) **DA, MODEL VP50 PRO** Parametru: Specificația Display: Date afișate: **TFT 4,3 inch asce nivele de ajustare a luminozității DIN MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump** Alarme: Rata ; Volum infuzat ; Timpul infuzat ; Rata KVO ; Nivelul de încărcare a bateriei ; Nivelul de ocluzie **DA, PAG 2 DIN MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump** Evenimente: ≥ 5000 **PAG 2 DIN MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump** Istorie: Obligatoriu **DA, PAG 2 DIN MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump** Capacitatea pompei: Diapazonul volumului infuzat: 0.1 - 9999 ml **DA, PAG 2 DIN MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump** Rata fluxului: Diapazon minim 0.1 - 1500 ml/h **PAG 2 DIN MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump** Setarea prin incrementare: Începînd cu 0.01 ml **PAG 2 DIN MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump** Regim de lucru KVO (menținerea venei deschise): Diapazon minim 0.1 - 5 ml/h Acuratețea infuziei: ± 5% **DA, PAG 2 DIN MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump** Funcția bolus: Obligatoriu **DA, PAG 2 DIN MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump** Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus: Diapazon minim 1 - 1500 ml/h **DA,PAG 2 DIN MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump** Selectarea volumului infuzat: Obligatoriu ; Selectarea ratei de infuzie: Obligatoriu Calcularea dozei/medicament: Obligatoriu ; Regim de lucru în flux (setarea fluxului): Obligatoriu ; Troceera automată în regim de așteptare: Obligatoriu **DA, PAG 2 DIN MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump** Carcasă: Carcasă ermetizată pentru a preveni scurgerea de lichide în interiorul dispozitivului: **IP34 SUPERIOR CERINTEI MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump** Nivelul presiunii de ocluzie maxime: Diapazon 75 - 900 mmHg, 12 nivele **SUPERIOR CERINTEI PAG 2 DIN MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump** Funcția de evacuare a bulei de aer din sistemul IV până la conectarea circuitului la pacient: Obligatoriu **DA, PAG 2 DIN MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump** Funcție de chemare asistentă: Obligatoriu ; Blocarea panoului de control: Obligatoriu ; Alarmă sonoră: Obligatoriu ; Alarmă vizuală: Obligatoriu ; Fixarea perfuzorului pe rampă verticală: Obligatoriu; Setări IV: Protecție la flux liber: Obligatoriu ; Capacitatea de captare aer: Obligatoriu; Alarmă acustică și vizuală: Ocluzie: Obligatoriu ; Nivelul de ocluzie: Obligatoriu ; Afișarea ocluziei în timp real: Obligatoriu Bula de aer: Obligatoriu ;Eroare de sistem: Obligatoriu ; Set decuplat: Obligatoriu ; Rezervor gol: Obligatoriu ; Ușă deschisă: Obligatoriu Senzor de picături sau altă tehnologie de depistare a fluxului soluției infuzate: Obligatoriu ;Infuzia completă: Obligatoriu ; Baterie descărcată: Obligatoriu **DA, PAG 2 DIN MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump** Posibilitatea de setare a volumului: Obligatoriu **DA, PAG 2 DIN MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump** Sistem de reducere a erorii (tehnologie inteligentă): Setarea parametrilor impliciți dați de sistemul de reducere a erorii de dozare la pornirea pompei: Obligatoriu **DA, PAG 2 DIN MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump** Alimentarea electrică: Rețea electrică 220 V, 50 Hz, obligatoriu **DA, PAG 2 DIN MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump** Baterie Incorporată: Obligatoriu Durata de operare autonomă: 9 h la fluxul de 25 ml/h **DA, PAG 2 DIN MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump** Accesorii: Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic. Operatorul economic are posibilitatea de a ajusta/completa aceste coduri/modele cu urmare a clarificărilor, fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale. Suport: Sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie, obligatoriu DA, POLE CLAMP Circuite: ≥ 200 buc. pentru fiecare pompă procurată, da, să se indice codul produsului oferit DA, INFUSION SET - ZIBO EASTMED HEALTHCARE PRODUCTS CO.,LTD	CE, ISO DM000529754
22	Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate) cod generic 130510	UniFusion VP 5O Pro	China	Shenzhen MedRena Biotech Co.,Ltd.	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) Cod 130510 Descriere Acest grup de produse include pompe de infuzie pentru volume mari cu cerințe avansate; pot avea 2 sau mai multe canale. Fluxul este calibrat în ml/orb. Au posibilitatea de a efectua calcule a raportului medicament/doză, ce permite programarea fluxului rezgînd direct din indicațiile medicului. Parametrul Specificația Display Date afișate LCD posibilitatea de ajustare a luminozității Alarme Rata Volum infuzat Timpul infuzat Rata KVO Nivelul de încărcare a bateriei Nivelul de ocluzie Evenimente ≥ 2000 Istorie Data, ora Capacitatea pompei Diapazonul volumului infuzat 0.1 - 9999 ml Rata fluxului diapazon min. 0.1-1,500 ml/h Setarea prin incrementare începînd cu 0.01 ml Regim de lucru KVO - menținerea venei deschise diapazon min. 0.1 - 5 ml/h Acuratețea infuziei ≤5 % Funcția bolus obligatoriu Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus diapazon min. 0.1 - 1500 ml/h Selectarea volumului infuzat obligatoriu Selectarea ratei de infuzie obligatoriu Calcularea dozei/medicament obligatoriu Regim de lucru în flux (setarea fluxului) obligatoriu Troceera automată în regim de așteptare obligatoriu Carcasa ermetizată pentru a preveni scurgerea de lichide în interiorul dispozitivului minim IP23 Nivelul presiunii de ocluzie maxime diapazon min. 75 - 750 mmHg min. 9 nivele Funcția de evacuare a bulei de aer din sistemul IV până la conectarea circuitului la pacient obligatoriu Funcție de chemare asistentă obligatoriu Blocarea panoului de control obligatoriu Alarma sonoră obligatoriu Alarma vizuală obligatoriu Fixarea perfuzorului pe rampă verticală obligatoriu Setări IV Protecție la flux liber obligatoriu Capacitatea de captare aer obligatoriu Alarmă acustică și vizuală Ocluzie obligatoriu Nivelul de ocluzie obligatoriu Afișarea ocluziei în timp real obligatoriu Bula de aer obligatoriu Eroare de sistem obligatoriu Set decuplat obligatoriu Rezervor gol obligatoriu Ușă deschisă obligatoriu Senzor de picături sau altă tehnologie de depistare a fluxului soluției infuzate obligatoriu Infuzia completă obligatoriu Baterie descărcată obligatoriu Posibilitatea de setare a volumului obligatoriu Mod silence a alarmei obligatoriu Sistem de reducere a erorii (tehnologie inteligentă) Setarea parametrilor impliciți dați de sistemul de reducere a erorii de dozare la pornirea pompei obligatoriu Programe de analiză prestatee obligatoriu Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie incorporata obligatoriu Durata de operare autonoma ≥ 6 h la fluxul de 25ml/h Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Ofertantul operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele cu urmare a clarificarilor fără ca aceasta ajustare sa fie considerată modificare a ofertei inițiale. Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie obligatoriu, indicați modelul oferit Circuite ≥ 200 buc. pentru fiecare pompă procurată obligatoriu, indicați modelul oferit	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate)Cod 130510 Descriere Acest grup de produse include pompe de infuzie pentru volume mari cu cerințe avansate; pot avea 2 sau mai multe canale. DA, **Medlinea Unif union VP50 Pro Infusion Pump** Fluxul este calibrat în ml/orb. Au posibilitatea de a efectua calcule a raportului medicament/doză, ce permite programarea fluxului rezgînd direct din indicațiile medicului. **Da, pag 2 din Medlinea Unif union VP50 Pro Infusion Pump** Parametrul Specificația Display Date afișate **TFT 4,3INCH COLOR TOUCH SCREEN PAG 2 DIN Medlinea Unif union VP50 Pro Infusion Pump** posibilitatea de ajustare a luminozității **DA, 10 NIVELE PAG 2 DIN Medlinea Unif union VP50 Pro Infusion Pump** Alarme; Rata; Volum infuzat; Timpul infuzat; Rata KVO; Nivelul de încărcare a bateriei; Nivelul de ocluzie **DA, PAG 2 DIN Medlinea Unif union VP50 Pro Infusion Pump** Evenimente ≥ 5000; Istorie; Data, ora **DA, PAG 2 DIN Medlinea Unif union VP50 Pro Infusion Pump** Capacitatea pompei Diapazonul volumului infuzat 0.1 - 9999 ml **DA, PAG 2 DIN Medlinea Unif union VP50 Pro Infusion Pump** Rata fluxului diapazon min. 0.1-1,500 ml/h **DA, PAG 2 DIN Medlinea Unif union VP50 Pro Infusion Pump** Setarea prin incrementare începînd cu 0.01 ml **DA, PAG 2 DIN Medlinea Unif union VP50 Pro Infusion Pump** Regim de lucru KVO - menținerea venei deschise diapazon min. 0 - 5 ml/h **PAG 2 DIN Medlinea Unif union VP50 Pro Infusion Pump** Acuratețea infuziei ≤5 % **DA, PAG 2 DIN Medlinea Unif union VP50 Pro Infusion Pump** Funcția bolus obligatoriu; Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus diapazon min. 0.1 - 1500 ml/h **DA, PAG 2 DIN Medlinea Unif union VP50 Pro Infusion Pump** Selectarea volumului infuzat obligatoriu; Selectarea ratei de infuzie obligatoriu ; Calcularea dozei/medicament obligatoriu; Regim de lucru în flux (setarea fluxului) obligatoriu; Troceera automată în regim de așteptare obligatoriu **DA, PAG 2 DIN Medlinea Unif union VP50 Pro Infusion Pump** Carcasa ermetizată pentru a preveni scurgerea de lichide în interiorul dispozitivului IP34 SUPERIOR CERINTEI PAG 2 DIN Medlinea Unif union VP50 Pro Infusion Pump Nivelul presiunii de ocluzie maxime diapazon **75 - 900 mmHg 12 NIVELE DA PAG 2 DIN Medlinea Unif union VP50 Pro Infusion Pump** Funcția de evacuare a bulei de aer din sistemul IV până la conectarea circuitului la pacient obligatoriu **DA, PAG 2 DIN Medlinea Unif union VP50 Pro Infusion Pump** Funcție de chemare asistentă obligatoriu ; Blocarea panoului de control obligatoriu; Alarma sonoră obligatoriu; Alarma vizuală obligatoriu; Fixarea perfuzorului pe rampă verticală obligatoriu; Setări IV Protecție la flux liber obligatoriu; Capacitatea de captare aer obligatoriu ;Alarmă acustică și vizuală Ocluzie obligatoriu; Nivelul de ocluzie obligatoriu; Afișarea ocluziei în timp real obligatoriu; Alarmă de flux obligatoriu; Bula de aer obligatoriu; Eroare de sistem obligatoriu; Set decuplat obligatoriu; Rezervor gol obligatoriu; Ușă deschisă obligatoriu; Senzor de picături sau altă tehnologie de depistare a fluxului soluției infuzate obligatoriu; Infuzia completă obligatoriu; Baterie descărcată obligatoriu Posibilitatea de setare a volumului obligatoriu; Mod silence a alarmei obligatoriu DA, PAG 2 DIN Medlinea UniFusion VP50 Pro Infusion Pump Sistem de reducere a erorii (tehnologie inteligentă) **DA, DERS(Drug error reduction system) PAG 1 DIN Medlinea Unif union VP50 Pro Infusion Pump** Setarea parametrilor impliciți dați de sistemul de reducere a erorii de dozare la pornirea pompei obligatoriu **DA, DERS(Drug error reduction system) PAG 1 DIN Medlinea Unif union VP50 Pro Infusion Pump** Programe de analiză prestatee obligatoriu DA Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu DA, PAG 2 DIN Medlinea UniFusion VP50 Pro Infusion Pump Baterie incorporata obligatoriu; Durata de operare autonoma 9 h la fluxul de 25ml/h DA, PAG 2 DIN Medlinea UniFusion VP50 Pro Infusion Pump Accesorii:Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Ofertantul operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele cu urmare a clarificarilor fără ca aceasta ajustare sa fie considerată modificare a ofertei inițiale. Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie obligatoriu, indicați modelul oferit DA, POLE CLAMP Circuite ≥ 200 buc. pentru fiecare pompă procurată obligatoriu, indicați modelul oferit, DA INFUSION SET - ZIBO EASTMED HEALTHCARE PRODUCTS CO.,LTD	CE, ISO DM000529754
27	Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser	EMR8600P	China	Guangdong Jinquan Medical Technology Co. , Ltd.	Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser Caracteristici: 1. Automat de inscripționare a casetelor histologice standard, cu asigurarea inscripționării în regim continuu pe durata zilei 2. Sa permită inscripționarea casetelor cu coduri de bare unidimensionale si bidimensionale cu caractere alfanumerice, romane sau caractere grafice 3. Casetele sunt imprimate folosind o sursa laser (UV) ce activează un compus chimic incorporat în materialul casetei, imprimarea fiind permanenta și ne mai putînd fi ștersă. 4. Pentru imprimarea casetelor nu necesita cartuse de cerneală, bandă de imprimare sau lampă UV de fixare. 5. Rezoluția de printare sa fie de minim 500 dpi 6. Viteza de imprimare ≥ 720 de casete pe ora. 7. Sa permită inscripționarea casetelor cu fișetele de scriere înclinate atît la 35° cît și la 45° 8 Casetele trebuie să fie tip standart pentru surgical specimen (țesut de rutină) și biopsie, mărimile fine (zecimi de milimetri) pot varia în dependență de producător, posibilitatea imprimării casetelor cu capac 42 x 28.9 x 7.6 mm". 9. Conținut minim ase magazii metalice pentru încărcare casete cu o capacitate totala de stocare de minim 400 casete 10. Sa fie inclus calculator pentru operarea cu imprimanta. 11. Consumabile tehnice necesare (filtre HEPA, filtre de cărbune, etc) se va prezenta lista completă necesară pentru funcționarea dispozitivului. Toate consumabilele suplimentare se vor oferi la cantitate suficientă pentru a acoperi întreținerea pe perioada de garanție de minim 3 ani. Casete incluse minim 10000 bucăți, (tip sleeve) gata pentru a fi încărcate în magazinile metalice. Termen de garanție: ≥36 luni Anul producerii - minim 2025 Training autorizat de la producător, ce atestă cunoștințe privind instalarea și deservirea imprimantei - obligatoriu Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manual de utilizare în limba romana Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispositive medicale: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.	Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser **1 Watt din EMR8600P datasheet** Caracteristici: 1. Automat de inscripționare a casetelor histologice standard, cu asigurarea inscripționării în regim continuu pe durata zilei **DA, EMR8600P datasheet** 2. Sa permită inscripționarea casetelor cu coduri de bare unidimensionale si bidimensionale cu caractere alfanumerice, romane sau caractere grafice **DA, DIN EMR8600P datasheet** 3. Casetele sunt imprimate folosind o sursa laser (UV) ce activează un compus chimic incorporat în materialul casetei, imprimarea fiind permanenta și ne mai putînd fi ștearsă. **DA, PAG 21 DIN EMR 8600P User Manual_V_A4 SI DIN EMR8600P datasheet** 4. Pentru imprimarea casetelor nu necesita cartuse de cerneală, bandă de imprimare sau lampă UV de fixare. **DA, PAG 21 DIN EMR 8600P User Manual_V_A4** 5. Rezoluția de printare sa fie de minim 500 dpi **DA, DIN EMR8600P datasheet** 6. Viteza de imprimare 20 PER MINUT SAU 1200 de casete pe ora. **DA, PAG 16 DIN EMR 8600P User Manual_V_A4** 7. Sa permită inscripționarea casetelor cu fișetele de scriere înclinate atît la 35° cît și la 45° **DA, PAG 17 DIN EMR 8600P User Manual_V_A4** 8 Casetele trebuie să fie tip standart pentru surgical specimen (țesut de rutină) și biopsie, mărimile fine (zecimi de milimetri) pot varia în dependență de producător, posibilitatea imprimării casetelor cu capac 42 x 28.9 x 7.6 mm". **2 VARIANTE DE MARIMI FARA CAPAC : 43.3 x 28.3 mm (without the lid), and the maximum height is 7.1 mm. SI 42 x 28.3 mm (without the lid), and the maximum height is 6.2 mm. SI VARIANTA CU CAPAC 81.7 x 28.33 mm (with the lid), and the maximum height is 6.85 mm. PAG17,18,19 DIN EMR 8600P User Manual_V_A4** 9. Conținut minim ase magazii metalice pentru încărcare casete cu o capacitate totala de stocare de minim 400 casete **DA, DIN EMR8600P datasheet** 10. Sa fie inclus calculator pentru operarea cu imprimanta.**DA, INTEGRAT IN PRINTER PAG 12 DIN EMR 8600P User Manual_V_A4** 11. Consumabile tehnice necesare (filtre HEPA, filtre de cărbune, etc) se va prezenta lista completă necesară pentru funcționarea dispozitivului. Toate consumabilele suplimentare se vor oferi la cantitate suficientă pentru a acoperi întreținerea pe perioada de garanție de minim 3 ani. **FUNCTIONEAZA PE BAZA LASERULUI DE 1 WATT SI NU NECESITA CONSUMABILE ARA EMISII DE PRAF SI FUM** Casete incluse minim 10000 bucăți, (tip sleeve) gata pentru a fi încărcate în magazinile metalice. **DA, VOR FI OFERITE IN CANTITATE CERUTA** Termen de garanție: ≥36 luni **DA** Anul producerii - minim 2025 **DA** Training autorizat de la producător, ce atestă cunoștințe privind instalarea și deservirea imprimantei - obligatoriu **DA** Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu **DA** Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. **DA** Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție **DA** Manual de utilizare în limba romana **DA** Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispositive medicale: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit. **DA**	CE, ISO

Semnat:_____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4