



Destinatar:  
Tel./Fax:  
Nr. și data procedurii:

"ECOCHIMIE" S.R.L.  
bd. Cuza Vodă 5/1 bir. 403, MD-2060, mun. Chișinău  
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222  
e-mail: info@ecochimie.md

IMSP Spitalul Clinic Republican, Timofei Moșneaga"  
Natalia Țurcanu, Tel.: 022403697, nataliaturcanu1993@gmail.com  
ocds-b3wdp1-MD-1637766696595 din 15.12.2021

### Specificații tehnice (F4.1)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
23	33100000-1	Lamele histologice de acoperire	631-0147P	Austria	VWR	Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungii, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscopie; fabricate din sticlă borosilică; destinate pentru aparate de acoperire automatizată ; dim. 50x24mm/0,13-0,17mm (#1,5), dispuse in cosuri a cite 500 bucati/cos, preambalate și sigilate de la producator, compatibile cu coversliper ClearVue Thermo Scientific, Thermo Scientific Microm CTM6, Ventana BenchMark GX, Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate	Lamele histologice de acoperire foarte transparente și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungii, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscopie; fabricate din sticlă borosilică; destinate pentru aparate de acoperire automatizată ; dim. 50x24mm/0,13-0,17mm (#1,5), dispuse in cosuri a cite 500 bucati/cos, preambalate și sigilate de la producator, compatibile cu coversliper ClearVue Thermo Scientific, Thermo Scientific Microm CTM6, Ventana BenchMark GX, Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului) Certificat IVD. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să	ISO, CE Marca

### Specificații de preț (F4.2)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	33100000-1	Lamele histologice de acoperire	Bucată	80000	2.0800	2.4960	166 400.00	199 680.00	la solicitare, în termen de până la 30 zile pe parcursul anului 2022
<b>Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)</b>							<b>166 400.00</b>	<b>199 680.00</b>	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 90 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE DE CALITATE ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie sa prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,  
Cu respect,  
directorul SRL "ECOCHIMIE"  
Nicolae Iurcu