

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	21009024	Data: 19/06/2019	Alternativa nr.
Denumirea licitației :	Articole Parafarmaceutice		Pagina: 1-3

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33600000-6 Lot 11	Aparat pentru fizioterapie combinată (electroterapie, terapie cu ultrasunet, terapie laser și magnetoterapie)	Etius ULM	Polonia	Astar	<p>Sistemul fizioterapeutic combinat cu 4 moduri de terapie : electroterapie, terapie cu ultrasunete, terapie laser și magnetoterapie.</p> <p>Patru terapii într-un singur aparat. Posibilitatea de a trata 2 pacienți simultan cu terapii diferite. Aparatul sa ofere curenți și impulsuri: Curent Galvanic, leduc, diadinamic, trabert, faradic, neofaradic, stimulare rusească, impulsuri de stimulare, impulsuri rectangulare, triunghiulare, exponențiale, TENS (simetric, asimetric, alternat), cureți interferențiali cu 2 electrozi: difazați, monofazați, dreptunghiulari, difazați supramodulari, monofazați supramodulați, dreptunghiulari supramodulați, interferența de doi poli, interferența de patru poli, microcurenți, curenți</p>	<p>Accesoriile Standart: cablu de alimentare, cablul pacientului (2 buc),electrod 6 x 6 cm (8 buc); 7,5x9cm (4pcs) vâscoză acoperire 6x6cm (8pcs); 7,5x9cm (4buc) curea velcro 40x10 cm (2 buc); 100x10cm (2buc) siguranta de siguranta WTA-T 1 A / 250V (2 buc) DOOR - conector de interblocare la distanță (1 buc) ghidul utilizatorului (1pc) Două canale de tratament independent.</p> <p>Mod de operare: program/manual</p> <p>Afișaj ușor de citit</p> <p>Funcționează în mod grafic.</p> <p>Presetată baza de programe de tratament</p> <p>Program de tratament ales</p>	ISO, CE

					spastici.	după nume. Cronometrul de tratare. Testul electrozilor. Statistica - numărul de tratamente efectuate. Setarea volumului sunet. Control precis asupra emisie de unde cu ultrasunete în timpul efectuării tratamentului. Captarea sensibilității. Confortul de funcționare-pierdere temporară de contact nu întrerupe procedura de tratament de exemplu în zona osului. Moduri de funcționare dedicate pentru aplicatoarele de fibră optică. Fixarea convenabilă a aplicatoarelor de câmp magnetic prin curele de centură. Structura afișaj grafic LCD design modern tastatură puternică și fiabilă operațiune în CC (curent de ieșire stabilizat) sau CV (o tensiune de ieșire stabilizată) moduri. o izolare galvanică completă între canalele din fiecare mod autotestare- controlul unității sistematice dimensiunile compacte și reduse permit transportul ușor	
--	--	--	--	--	-----------	---	--

33600000-6 Lot 21.	Container p/u colectarea cutiilor de deșeuri medicale 50 L	25776 Gima	Italia	Gima	Container p/u colectarea cutiilor de deșeuri medicale 50L.	<ul style="list-style-type: none">• Încărcătura: 50 L• Capac: singur încărcare• Max 20 kg• Dimensiuni: 40 x 30 x 56 cm	ISO, CE
-----------------------	---	------------	--------	------	--	---	---------

Semnat: _____

Numele Prenume: Moldoveanu Sanda
În calitate de: Manager în vânzări

Ofertantul: Polisano Prim
Adresa: Chișinău, Costiujeni 6/2