

Specificații tehnice									
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]									
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1664351737764					Data: „19” octombrie 2022		Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Național privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anul 2023					Lot: _____		Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3		4	5	6	7	8
33100 000-1	1	Dispozitive intrauterine					TCU380. Ambalate și etichetate conform HG 702 din 11 iulie 2018. Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională). Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea		
33100 000-1	2	Prezervative din latex cu lubrifiere	Prezervative din latex cu lubrifiere	Prezervative cu lubrifianț 52mm BeNow (Codul produsului:BeNow Premium Latex Male Condoms)	China	Guilin HBM Health Protections Inc.	diametru 52 mm-54 mm, lungimea 180 mm-190 mm, grosimea 0,05-0,08 mm Ambalate și etichetate conform HG 702 din 11 iulie 2018. Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională). Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator, produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina de descriere a produsului în formularul specificațiilor tehnice. Termenul de valabilitate restant la momentul livrării va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial. Termenul de livrare în 2 tranșe: martie, septembrie	Diametru 52 mm, lungimea 180 mm, grosimea 0,065±0,015 mm. Termenul de valabilitate restant la momentul livrării va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial. Termenul de livrare în 2 tranșe: martie, septembrie Ambalaj - N100	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chirtoacă Iurie În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23