

Specificații preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației:	21473654 din 09.09.2025		Data: „7” Noiembrie 2025	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Achiziționarea centralizată a Reagenților Suplimentari conform necesităților instituțiilor medico-saniatre publice -IMSP - beneficiari pentru anul 2026		Lot: 101	Pagina:1 din 1

Cod CPV	Nr. lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	valoarea estimată
1	2				3	4	5	6	7	8	9
3310000-1	101	Multicalibrator biochimic pe bază de ser uman	Multicalibrator biochimic pe bază de ser uman	mL	500.00	71.98	77.74	35,991.00	38,870.28		27900.00
						TOTAL Oferta		35,991.00	38,870.28	X	X

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Gabriela Anghel

În calitate de: Directoare Administrativă

Ofertantul: Medist Grup SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. B. Bodonî, 25 of. 33

		Specificații tehnice (F4.1)							
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către						
Numărul licitației:			21473654 din 09.09.2025					Data: „7” Noiembrie 2025	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea centralizată a Reagenților Suplimentari conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice -IMSP - beneficiari pentru anul 2026					Lot: 101	Pagina: 1 din 1
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100001	101	Multicalibrator biochimic pe bază de ser uman	Multicalibrator biochimic pe bază de ser uman	CAL2351	Irlanda	Randox	Multicalibrator biochimic pe bază de ser uman. Flacon 0 - 5 mL. Compatibil cu analizatoarele biochimice Selectra Pro XL și Stat Fax 3300	Multicalibrator biochimic pe bază de ser uman. Flacon 5 mL. Compatibil cu analizatoarele biochimice Selectra Pro XL și Stat Fax 3300 Vezi IFU atașat pag 30, și Traceability Uncertainty CAL2350 CAL2351 .	ISO 13485; DoC

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Gabriela Anghel**

În calitate de: **Directoare Administrativă**

Ofertantul: **Medist Grup SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, str. B. Bodoni, 25 of. 33**