

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1706267882863

Obiectul achiziției: “Deservirea dispozitivelor de ultrasonografie și hemodializă”

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Lot 1//Dispozitiv de ultrasonografie Toshiba Aplio 300	Aplio 300	Japonia	Canon Medical Systems (ex-Toshiba)	<p>Documente obligatorii Inginerul să dețină certificat de instruire</p> <p>Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui</p> <p>Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării</p> <p>Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii</p> <p>La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis.</p>	<p>Documente obligatorii Inginerul să dețină certificat de instruire</p> <p>Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui</p> <p>Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării</p> <p>Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii</p> <p>La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis.</p>	CE, ISO

				<p>Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua de 2 ori pe an cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului,</p> <p>Lucrări de mentenanță preventivă Vor fi efectuate 2 vizite, pe parcursul anului</p> <p>Curățirea de praf a componentelor electronice și electrice, a trackbalului Înlocuirea pastei termice a procesorului</p> <p>Update al softului de bază Ajustarea preseturilor și elaborarea altor noi la solicitare</p> <p>Efectuarea backup a bazei de date și defragmentarea hardului</p>	<p>Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua de 2 ori pe an cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului,</p> <p>Lucrări de mentenanță preventivă Vor fi efectuate 2 vizite, pe parcursul anului</p> <p>Curățirea de praf a componentelor electronice și electrice, a trackbalului Înlocuirea pastei termice a procesorului</p> <p>Update al softului de bază Ajustarea preseturilor și elaborarea altor noi la solicitare</p> <p>Efectuarea backup a bazei de date și defragmentarea hardului</p>	
<p>Lot 2//Dispozitiv de ultrasonografie Toshiba Xario SSA-660A</p>	<p>Xario</p>	<p>Japonia</p>	<p>Canon Medical Systems (ex-Toshiba)</p>	<p>Documente obligatorii Inginerul să dețină certificat de instruire Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui</p> <p>Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării</p> <p>Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii</p> <p>La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor,</p>	<p>Documente obligatorii Inginerul să dețină certificat de instruire Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui</p> <p>Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării</p> <p>Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii</p> <p>La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor,</p>	<p>CE, ISO</p>

				<p>care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua de 2 ori pe an cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, Lucrări de mentenanță preventivă Vor fi efectuate 2 vizite, pe parcursul anului Curățirea de praf a componentelor electronice și electrice, a trackbalului Înlocuirea pastei termice a procesorului Update al softului de bază Ajustarea preseturilor și elaborarea altor noi la solicitare Efectuarea backup a bazei de date și defragmentarea hardului</p>	<p>care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua de 2 ori pe an cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, Lucrări de mentenanță preventivă Vor fi efectuate 2 vizite, pe parcursul anului Curățirea de praf a componentelor electronice și electrice, a trackbalului Înlocuirea pastei termice a procesorului Update al softului de bază Ajustarea preseturilor și elaborarea altor noi la solicitare Efectuarea backup a bazei de date și defragmentarea hardului</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____

Nume: Vasile MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)