

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice									
Numărul procedurii de achiziție			ocds-b3wdp1-MD-1770988351457 din 20.03.2026						
Obiectul achiziției:			Achiziționarea dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice PARTEA II						
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Nr. Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	73	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza 260200	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza 260200	H3 cu accesorii	China	Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200 Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display monocrom. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 3 Configurația Portabil obligatoriu Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență De diagnostic, diapazon 0.05-150 Hz Filtre musculare obligatoriu Filtre frecvență joasă obligatoriu Filtre frecvență înaltă obligatoriu Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Convertor analog-digital ≥ 12 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA Detector de pacemaker obligatoriu Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm Să se indice numele derivației printate obligatoriu Viteza de înscriere 5, 10/12,5, 25, 50 mm/s Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG obligatoriu, se indica parametrii hirtiei (Exemplu Hirtie milimetrica 80x20x12 ext. unde 80 mm latimea, 20 m lungimea, 12 diametrul bobinei, ext - înfășurare exterioară) Display Grafic obligatoriu LCD monochrmon obligatoriu "Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" obligatoriu Marime ecran ≥ 3 inch Rezoluție display ≥ 320x240 Numărul de derivații afișate simultan ≥ 6 Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu Identificarea aritmiei obligatoriu Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 5 BPM sau ±10% Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200 Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display monocrom. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Da, pag.2 Numărul de canale de procesare 3 Da, pag.2 Configurația Portabil obligatoriu Da, pag.2 Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Da, pag.2 Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Da, pag.2 Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Da, pag.2 Gama de frecvență De diagnostic, diapazon 0.05-150 Hz Da, pag.2 Filtre musculare obligatoriu Da, pag.2 Filtre frecvență joasă obligatoriu Da, pag.2 Filtre frecvență înaltă obligatoriu Da, pag.2 Filtru de rețea 50 Hz Da, pag.2 Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm Da, 50M, pag.2 Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Da, 110dB pag.2 Convertor analog-digital ≥ 12 bit, Da, 24 bit, pag.2 Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA Da, pag.2 Detector de pacemaker obligatoriu Da, pag.2 Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Imprimantă Termică încorporată Da, pag.2 Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm, Da, 80mm, pag.2 Să se indice numele derivației printate obligatoriu Da, pag.2 Viteza de înscriere 5, 10/12,5, 25, 50 mm/s, DA, 5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s, pag.2 Derivațiile înscrise minim 12 Da, pag.2 Numărul de derivații înscrise simultan 3 Da, pag.2 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG obligatoriu, se indica parametrii hirtiei (Exemplu Hirtie milimetrica 80x20x12 ext. unde 80 mm latimea, 20 m lungimea, 12 diametrul bobinei, ext - înfășurare exterioară) Display Grafic obligatoriu Da, pag.2 LCD monochrmon obligatoriu Este oferită versiune mai avansată – display color, pag.2 "Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" Da, pag.2obligatoriu Marime ecran ≥ 3 inch Da, 6.2”, pag.2 Rezoluție display ≥ 320x240 Da,800x600, pag.2 Numărul de derivații afișate simultan ≥ 6 Da, pag.2 Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Da, pag.2 Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu Da, pag.2 Identificarea aritmiei obligatoriu Da, pag.2 Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Da, pag.2 Acuratețea ± 5 BPM sau ±10% Da, pag.2 Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu Da,	DM000755619

							Timp operare autonomă ≥ 2 ore Protecție defibrilator tip CF Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact obligatoriu status sistem obligatoriu deconectare alimentare rețea obligatoriu baterie descărcată obligatoriu "Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferțate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificărilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale" Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) ≥ 2 set, indicați modelul oferit. Hîrtie termică ≥ 30 buc, indicați modelul oferit. Gel de contact ≥ 1 litru, indicați modelul oferit.	pag.2 Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Da, pag.2 Timpul interpretării minim 10 s Da, pag.2 Alimentarea 220 V, 50 Hz Da, pag.2 Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu Da, pag.2 Timp operare autonomă ≥ 2 ore Da, pag.2 Protecție defibrilator tip CF Da, pag.2 Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact obligatoriu status sistem obligatoriu Da, pag.2 deconectare alimentare rețea obligatoriu Da, pag.2 baterie descărcată obligatoriu Da, pag.2 "Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) ≥ 2 set, Hîrtie termică ≥ 30 buc 040-000151-00 12-lead ECG Cable (φ4mm, Pin connector, IEC) 040-000143-00 Adult Limb Clamp Electrodes(φ4mm) 040-000466-00 Adult Precordial Suction Electrodes(φ4mm) 040-000113-00 Recording Paper (Roll , 80mm*20m) Gel de contact ≥ 1 litru, indicați modelul oferit. – Ultrageľ 1000 g	
331 000 00-1	74	Electrocardio graf cu 12 canale, caracteristici de baza 260230	Electrocardiog raf cu 12 canale, caracteristici de baza 260230	CM1200A cu accesorii	China	Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.	Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230 Descriere Electrocardiograf cu 12 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan, cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil obligatoriu Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 2% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 50 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Convertor analog-digital ≥ 16 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA Detector de pacemaker obligatoriu Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 110 mm Să se indice numele derivației printate obligatoriu Viteza de înscriere 5, 10, 25, 50 mm/s Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6, 12 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG obligatoriu Display Grafic, LCD TFT color obligatoriu "Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" obligatoriu Marime ecran ≥ 7 inch Rezoluția ≥ 800x480 pix Numărul de derivații afișate simultan 12 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG Ethernet / USB / SD card/ fără fir(wireless) obligatoriu Format date ECG "BMP / JPG / GIF / PDF / XML / DICOM" obligatoriu Memorie ≥ 200 înregistrari ECG obligatoriu	Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230 Descriere Electrocardiograf cu 12 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan, cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Da, pag.2 Numărul de canale de procesare 12 Da, pag.2 Configurația Portabil obligatoriu Da, pag.2 Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Da, pag.2 Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Da, pag.2 Semnal de calibrare 1 mV, ± 2% Da, pag.2 Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Da, pag.2 Filtru muscular 25, 35Hz Da, pag.2 Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Da, pag.2 Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Da, pag.2 Filtru de rețea 50 Hz Da, pag.2 Impedanța de intrare ≥ 50 M Ohm Da, pag.2 Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Da, pag.2 Convertor analog-digital ≥ 16 bit Da, pag.2 Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA Da, pag.2 Detector de pacemaker obligatoriu Da, pag.2 Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Da, pag.2 Imprimantă Termică încorporată Da, pag.2 Mărimea hîrtiei ≥ 110 mm Da, 210mm, pag.2 Să se indice numele derivației printate obligatoriu Da, pag.2 Viteza de înscriere 5, 10, 25, 50 mm/s Da, pag.2 Derivațiile înscrise minim 12 Da, pag.2 Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6, 12 Da, pag.2 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG obligatoriu Da, pag.2 Display Grafic, LCD TFT color obligatoriu Da, pag.2 "Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" obligatoriu Da, pag.2 Marime ecran ≥ 7 inch Da, 8,4”, pag.2 Rezoluția ≥ 800x480 pix Da, 800x600, pag.2 Numărul de derivații afișate simultan 12 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG Ethernet / USB / SD card/ fără fir(wireless) obligatoriu Format date ECG "BMP / JPG / GIF / PDF / XML / DICOM" obligatoriu Da, pag.2	DM000755617

							Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator obligatoriu Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu Identificarea aritmiei obligatoriu Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM sau ±1% Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu Timp operare autonomă ≥ 2 h Protecție defibrilator tip CF Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact obligatoriu status sistem obligatoriu deconectare alimentare rețea obligatoriu baterie descărcată obligatoriu "Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale." Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) ≥ 2 set. indicați modelul oferit Hîrtie termică ≥ 30 buc., indicați modelul oferit Gel de contact ≥ 1 litru, indicați modelul oferit	Memorie ≥ 200 înregistrari ECG obligatoriu Da, pag.2 Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator obligatoriu Da, pag.2 Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Da, pag.2 Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu Da, pag.2 Identificarea aritmiei obligatoriu Da, pag.2 Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Da, pag.2 Acuratețea ± 1 BPM sau ±1% Da, pag.2 Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Da, pag.2 Timpul interpretării minim 10 s Da, pag.2 Alimentarea 220 V, 50 Hz Da, pag.2 Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu Da, pag.2 Timp operare autonomă ≥ 2 h Da, pag.2 Protecție defibrilator tip CF Da, pag.2 Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact obligatoriu status sistem obligatoriu Da, pag.2 deconectare alimentare rețea obligatoriu Da, pag.2 baterie descărcată obligatoriu Da, pag.2 "Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale." Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) ≥ 2 set. Hîrtie termică ≥ 30 buc., 040-000151-00 12-lead ECG Cable (φ4mm, Pin connector, IEC) 040-000143-00 Adult Limb Clamp Electrodes(φ4mm) 040-000466-00 Adult Precordial Suction Electrodes(φ4mm) 040-000064-00 Recording Paper 210mm×30m paper (roll) Gel de contact ≥ 1 litru, indicați modelul oferit Ultragel 1000 g	
33100000-1	75	Monitor Holter ECG (caracteristici de baza) 260260	Monitor Holter ECG (caracteristici de baza) 260260	EC-12H ECG Holter System +cablu	Ungaria	Labtech Ltd	Monitor Holter ECG (caracteristici de baza) Cod 260260 Descriere Dispozitivul înregistrează ECG in 12 derivații simultan, nictimeral monitorizind parametrii in timpul repaosului si la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil obligatoriu Derivațiile Tip înregistrare automat Gama de frecvență ≥ 0.05-100 Hz Impedanța de intrare ≥ 50 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 90 dB Detectare pacemaker obligatoriu Convertor analog-digital ≥ 14 bit "Frecvența maximă de eşantionare (sampling rate)" de achiziție ≥ 1000 Hz Frecvența ajustabilă obligatoriu Display LCD obligatoriu Lumină fundal obligatoriu Butoane pentru navigare în meniu obligatoriu Identificarea activității pacientului: mers/alergare/repaos prin buton evenimente sau senzor incorporat Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi / BT Greutatea fără accesorii și baterie ≤ 130 gr Protecție în potriva pătrunderii prafului, lichidelor obligatoriu Baterie Reîncărcabilă obligatoriu Tip baterie AA / AAA	Monitor Holter ECG (caracteristici de baza) Cod 260260 Descriere Dispozitivul înregistrează ECG in 12 derivații simultan, nictimeral monitorizind parametrii in timpul repaosului si la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Da, pag.2 Configurația Portabil obligatoriu Da, pag.2 Derivațiile Tip înregistrare automat Da, pag.2 Gama de frecvență ≥ 0.05-100 Hz Da, pag.2 Impedanța de intrare ≥ 50 M Ohm Da, >100M ohm, pag.2 Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 90 dB, Da, 120dB, p.2 Detectare pacemaker obligatoriu Da, pag.2 Convertor analog-digital ≥ 14 bit Da, 16bit, pag.2 "Frecvența maximă de eşantionare (sampling rate)" de achiziție ≥ 1000 Hz Da, pag.2 Frecvența ajustabilă obligatoriu Da, pag.2 Display LCD obligatoriu Da, pag.2 Lumină fundal obligatoriu Nu Butoane pentru navigare în meniu obligatoriu Un buton multifucntional Identificarea activității pacientului: mers/alergare/repaos prin buton evenimente sau senzor incorporat Da, pag.3 Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi / BT Da, pag.2 Greutatea fără accesorii și baterie ≤ 130 gr Da, 50gr, pag.2 Protecție în potriva pătrunderii prafului, lichidelor obligatoriu Baterie Reîncărcabilă obligatoriu Da, pag.2	DM000221000

						Timp de înregistrare semnal ECG ≥ 48 ore Timp operare autonomă ≥ 48 ore Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact statut sistem statut baterie deconectare alimentare ora Posibilități Soft PC de interpretare Introducere date pacient ID obligatoriu Nume, prenume obligatoriu Data nașterii obligatoriu Gen obligatoriu Alte date obligatoriu Adnotare eveniment ECG obligatoriu Clasificarea de evenimente obligatoriu Analiza ST obligatoriu QT obligatoriu PQ obligatoriu PM obligatoriu Aretmii obligatoriu Variabilitate ritm cardiac după timp obligatoriu Variabilitate ritm cardiac după frecvență obligatoriu Reprezentarea grafică a datelor obligatoriu Reprezentarea tabelară a datelor obligatoriu Raport prestabilit de utilizator obligatoriu Interfață presetabilă utilizator obligatoriu Posibilitatea printare raport Tabel obligatoriu Grafic obligatoriu Accesorii Cablul ECG 10 fire 2 unități Set de electrozi de unica folosință adult 500 buc. Set de electrozi de unica folosință pediatric 500 buc. Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare obligatoriu Geantă pentru fixarea dispozitivului Holter pe pacient obligatoriu Cablul pentru transmiterea datelor ECG obligatoriu Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriei obligatoriu	Tip baterie AA / AAA Da, AA, pag.2 Timp de înregistrare semnal ECG ≥ 48 ore Da, 336 ore, pag.2 Timp operare autonomă ≥ 48 ore Da, pag.2 Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Da, pag.3 Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact Da, pag.3 statut sistem Da, pag.3 statut baterie Da, pag.3 deconectare alimentare Da, pag.3 ora Da, pag.3 Posibilități Soft PC de interpretare Da, pag.3 Introducere date pacient ID obligatoriu Da, pag.3 Nume, prenume obligatoriu Da, pag.3 Data nașterii obligatoriu Da, pag.3 Gen obligatoriu Da, pag.3 Alte date obligatoriu Da, pag.3 Adnotare eveniment ECG obligatoriu Da, pag.3 Clasificarea de evenimente obligatoriu Da, pag.3 Analiza ST obligatoriu Da, pag.3 QT obligatoriu Da, pag.3 PQ obligatoriu Da, pag.3 PM obligatoriu Aretmii obligatoriu Da, pag.3 Variabilitate ritm cardiac după timp obligatoriu Da, pag.3 Variabilitate ritm cardiac după frecvență obligatoriu Da, pag.3 Reprezentarea grafică a datelor obligatoriu Da, pag.3 Reprezentarea tabelară a datelor obligatoriu Da, pag.3 Raport prestabilit de utilizator obligatoriu Da, pag.3 Interfață presetabilă utilizator obligatoriu Da, pag.3 Posibilitatea printare raport Tabel obligatoriu Da, pag.3 Grafic obligatoriu Accesorii Cablul ECG 10 fire 2 unități, Da, inclus Set de electrozi de unica folosință adult 500 buc. Da, inclus Set de electrozi de unica folosință pediatric 500 buc. Da, inclus Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare obligatoriu Da, inclus Geantă pentru fixarea dispozitivului Holter pe pacient obligatoriu Da, inclus Cablul pentru transmiterea datelor ECG obligatoriu Da, inclus Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriei obligatoriu Da, inclus	
33100000-1	77	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de bază cu accesorii Pediatric) 260310	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de bază cu accesorii Pediatric) 260310	ND12 cu accesorii pediatric	China	Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de bază cu accesorii Pediatric) Cod 260310 Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracteristici de bază. Parametrul Specificația Tip pacient Adult, pediatric, nou-născut da Display, tip Diagonală ≥ 12 inch LCD TFT sau LED obligatoriu "Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 12 minim Parametri afișați Semnal ECG Pulsul SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvazivă Temperatura Analiza automată a undei ST Trendingul ST obligatoriu Media în analiza segmentului ST obligatoriu Modul ECG "Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi" obligatoriu I, II, III obligatoriu Sensibilitatea diapazon min. 2.5 - 40 mm/mV	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de bază cu accesorii Pediatric) Cod 260310 Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracteristici de bază. Parametrul Specificația Tip pacient Adult, pediatric, nou-născut da Da, pag.2 Display, tip Diagonală ≥ 12 inch Da, pag.2 LCD TFT sau LED obligatoriu Da, pag.2 "Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 12 minim Da, pag.2 Parametri afișați Semnal ECG Da, pag.2 Pulsul Da, pag.2 SpO2 Da, pag.2 Fotopletismograma Da, pag.2 Presiunea sanguină neinvazivă Da, pag.2 Temperatura Da, pag.2 Analiza automată a undei ST Trendingul ST obligatoriu Da, pag.2 Media în analiza segmentului ST obligatoriu Da, pag.2 Modul ECG "Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi" obligatoriu Da, pag.2 I, II, III obligatoriu Da, pag.2 Sensibilitatea diapazon min. 2.5 - 40 mm/mV Da, pag.2	DM000824926

						Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Rata cardiacă diapazon min. 15 - 350 bpm Detectarea aritmiei obligatoriu Detectarea pacemaker obligatoriu Monitorizarea respirației Pediatric diapazon min. 0 - 150 rpm "Protecție în portiva șocurilor de defibrilare" obligatoriu Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % Monitorizarea rata pulsului diapazon min. 30 - 300 bpm Monitorizarea pletismogramei obligatoriu "Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat" (exemplu: masimo, nellcor, etc) Modul NIBP Diapazonul Pediatric diapazon min. 10 - 200 mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. "Buton de activare/dezactivare manual a NIBP" obligatoriu Metoda de măsurare oscilometrică "Protecție de suprapresiune la regimului de pacient pediatric" 240 mmHg, ± 3mmHg Modul Temperatura Diapazonul diapazon min. 0 - 50.0 °C Acuratețea ± 0.1 °C Rezoluția ≤ 0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Protocoale de lucru preprogramate obligatoriu Protocoale de lucru setate de utilizator obligatoriu Memorie internă obligatoriu Trendingul evenimentelor obligatoriu Arhivarea datelor obligatoriu Imprimantă Încorporată obligatoriu Forme de raportare Viteza de înscriere min. 25, 50 mm/s Înscriere continuă obligatoriu Preprogramate obligatoriu Personalizate obligatoriu Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie internă obligatoriu Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. obligatoriu Alarma Vizuala, sonora obligatoriu Manjetă deconectată obligatoriu Manjetă defect obligatoriu Senzor SpO2 deconectat obligatoriu Senzor SpO2 defect obligatoriu Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită obligatoriu Nivelul baterie scăzut obligatoriu Alarmerata cardiacă scăzuta/mărită obligatoriu Lipsă sursă externă de alimentare obligatoriu Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore obligatoriu Ajustarea nivelului de alarmă obligatoriu Accesorii Cablul ECG cu 3 electrozi 2 buc., să se indice codul produsului Electrozi ECG pediatric, unică utilizare 300 buc., să se indice codul produsului Senzor SpO2 pediatric, reutilizabil 2 buc., să se indice codul produsului Senzor Temperatură pediatric, reutilizabil 1 buc., să se indice codul produsului Manjete NIBP "pediatric, pediatric mediu, pediatric mare reutilizabil (1set/3buc)" 2 set., să se indice codul produsului Hîrtie termică 5 buc., să se indice codul produsului	Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Da, 106dB, pag.2 Rata cardiacă diapazon min. 15 - 350 bpm Da, pag.2 Detectarea aritmiei obligatoriu Da, pag.2 Detectarea pacemaker obligatoriu Da, pag.2 Monitorizarea respirației Pediatric diapazon min. 0 - 150 rpm Da, pag.3 "Protecție în portiva șocurilor de defibrilare" obligatoriu Da, pag.3 Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% Da, pag.3 Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % Da, pag.3 Monitorizarea rata pulsului diapazon min. 30 - 300 bpm Da, pag.3 Monitorizarea pletismogramei obligatoriu "Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat" COMEN Da, pag.3 Modul NIBP Diapazonul Pediatric diapazon min. 10 - 200 mmHg Da, pag.3 Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Da, pag.3 Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. Da, pag.3 "Buton de activare/dezactivare manual a NIBP" obligatoriu Da, pag.3 Metoda de măsurare oscilometrică Da, pag.3 "Protecție de suprapresiune la regimului de pacient pediatric" 240 mmHg, ± 3mmHg Da, pag.3 Modul Temperatura Diapazonul diapazon min. 0 - 50.0 °C Da, pag.3 Acuratețea ± 0.1 °C Da, pag.3 Rezoluția ≤ 0.1 °C Da, pag.3 Număr de senzori 1 unit. Da, pag.3 Protocoale de lucru preprogramate obligatoriu Da, pag.3 Protocoale de lucru setate de utilizator obligatoriu Da, pag.3 Memorie internă obligatoriu Da, pag.3 Trendingul evenimentelor obligatoriu Da, pag.3 Arhivarea datelor obligatoriu Da, pag.3 Imprimantă Încorporată obligatoriu Da, pag.3 Forme de raportare Viteza de înscriere min. 25, 50 mm/s Da, pag.3 Înscriere continuă obligatoriu Da, pag.3 Preprogramate obligatoriu Da, pag.3 Personalizate obligatoriu Da, pag.3 Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Da, pag.3 Baterie internă obligatoriu Da, pag.3 Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Da, min 4h, pag.3 Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. obligatoriu Da, pag.3 Alarma Vizuala, sonora obligatoriu Da, pag.3 Manjetă deconectată obligatoriu Da, pag.3 Manjetă defect obligatoriu Da, pag.3 Senzor SpO2 deconectat obligatoriu Da, pag.3 Senzor SpO2 defect obligatoriu Da, pag.3 Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită obligatoriu Da, pag.3 Nivelul baterie scăzut obligatoriu Da, pag.3 Alarmerata cardiacă scăzuta/mărită obligatoriu Da, pag.3 Lipsă sursă externă de alimentare obligatoriu Da, pag.3 Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore obligatoriu Da, pag.3 Ajustarea nivelului de alarmă obligatoriu Da, pag.3 Accesorii Cablul ECG cu 3 electrozi 2 buc., 040-00000113-00 Electrozi ECG pediatric, unică utilizare 300 buc., SF07 Senzor SpO2 pediatric, reutilizabil 2 buc., 040-00000243-00 Senzor Temperatură pediatric, reutilizabil 1 buc., 040-000387-01 Manjete NIBP "pediatric, pediatric mediu, pediatric mare reutilizabil (1set/3buc)" 2 set., 040-000597-01 (20-
--	--	--	--	--	--	---	---

							Troleu pe rotile Indicați modelul oferit model produsului oferit min. 5 rotile obligatoriu, min. 2 rotile cu frână obligatoriu, coș pentru accesorii obligatoriu, mâner pentru transportare obligatoriu, "sistem de fixare a dispozitivului de suport" obligatoriu	28cm), 040-000593-01 (18-26cm), 040-00000265-00 (10-19cm) Hîrtie termică 5 buc., 040-000116-00 Troleu pe rotile 115-004228-00 min. 5 rotile obligatoriu, min. 2 rotile cu frână obligatoriu, coș pentru accesorii obligatoriu, mâner pentru transportare obligatoriu, "sistem de fixare a dispozitivului de suport" obligatoriu	
331 000 00-1	78	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) 260330	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) 260330	ND12 cu accesorii adult, pediatric	China	Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) Cod 260330 Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici de bază. Parametrul Specificația Tip pacient Adult, pediatric da Display, tip Diagonala ≥ 12 inch LCD TFT sau LED obligatoriu "Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 12 minim Parametri afișați Semnal ECG Pulsul SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv Temperatura Analiza automată a undei ST Trendingul ST obligatoriu Media în analiza segmetului ST opțional Modul ECG "Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi" obligatoriu I, II, III obligatoriu Sensivitatea diapazon min. 2.5 - 40 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Rata cardiacă diapazon min. 15 - 350 bpm Detectarea aritmiei obligatoriu Detectarea pacemaker obligatoriu Monitorizarea respirației Adult diapazon min. 0 - 120 rpm Monitorizarea respirației Pediatric diapazon min. 0 - 150 rpm "Protecție în portiva șocurilor de defibrilare" obligatoriu Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % Monitorizarea rata pulsului diapazon min. 30 - 300 bpm Monitorizarea pletismogramei obligatoriu "Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat" (exemplu: masimo, nellcor, etc) Modul NIBP Diapazonul Adult diapazon min. 10 - 270 mmHg Diapazonul Pediatric diapazon min. 10 - 200 mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. "Buton de activare/dezactivare manual a NIBP" obligatoriu Metoda de măsurare oscilometrică Regim pacient adul, pediatric, nou-născut "Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult" 300 mmHg, ±3mmHg "Protecție de suprapresiune la regimului de pacient pediatric" 240 mmHg, ±3mmHg Modul Temperatura Diapazonul diapazon min. 0 - 50.0 °C Acuratețea ±0.1 °C Rezoluția ≤ 0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Protocoale de lucru preprogramate obligatoriu Protocoale de lucru setate de utilizator obligatoriu Memorie internă obligatoriu	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) Cod 260330 Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici de bază. Parametrul Specificația Tip pacient Adult, pediatric da Da, pag.2 Display, tip Diagonala ≥ 12 inch Da, pag.2 LCD TFT sau LED obligatoriu Da, pag.2 "Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 12 minim Da, pag.2 Parametri afișați Semnal ECG Da, pag.2 Pulsul Da, pag.2 SpO2 Da, pag.2 Fotopletismograma Da, pag.2 Presiunea sanguină neinvaziv Da, pag.2 Temperatura Da, pag.2 Analiza automată a undei ST Trendingul ST obligatoriu Da, pag.2 Media în analiza segmetului ST opțional Opțional Modul ECG "Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi" obligatoriu Da, pag.2 I, II, III obligatoriu Da, pag.2 Sensivitatea diapazon min. 2.5 - 40 mm/mV Da, pag.2 Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Da, 106dB, pag.2 Rata cardiacă diapazon min. 15 - 350 bpm Da, pag.2 Detectarea aritmiei obligatoriu Da, pag.2 Detectarea pacemaker obligatoriu Da, pag.2 Monitorizarea respirației Adult diapazon min. 0 - 120 rpm Da, pag.2 Monitorizarea respirației Pediatric diapazon min. 0 - 150 rpm Da, pag.2 "Protecție în portiva șocurilor de defibrilare" obligatoriu Da, pag.2 Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% Da, pag.3 Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % Monitorizarea rata pulsului diapazon min. 30 - 300 bpm Da, pag.3 Monitorizarea pletismogramei obligatoriu Da, pag.3 "Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat" COMEN, pag.3 Modul NIBP Diapazonul Adult diapazon min. 10 - 270 mmHg Da, pag.3 Diapazonul Pediatric diapazon min. 10 - 200 mmHg Da, pag.3 Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Da, pag.3 Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. Da, pag.3 "Buton de activare/dezactivare manual a NIBP" obligatoriu Da, pag.3 Metoda de măsurare oscilometrică Da, pag.3 Regim pacient adul, pediatric, nou-născut Da, pag.3 "Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult" 300 mmHg, ±3mmHg Da, pag.3 "Protecție de suprapresiune la regimului de pacient pediatric" 240 mmHg, ±3mmHg Da, pag.3 Modul Temperatura Diapazonul diapazon min. 0 - 50.0 °C Acuratețea ±0.1 °C Da, pag.3 Rezoluția ≤ 0.1 °C Da, pag.3 Număr de senzori 1 unit. Da, pag.3 Protocoale de lucru preprogramate obligatoriu Da, pag.3	DM000824926

						Trendingul evenimentelor obligatoriu Arhivarea datelor obligatoriu Imprimantă Încorporată obligatoriu Forme de raportare Viteza de înscriere min. 25, 50 mm/s Înscriere continuă obligatoriu Preprogramate obligatoriu Personalizate obligatoriu Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie internă obligatoriu Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. obligatoriu Alarma Vizuala, sonora obligatoriu Manjetă deconectată obligatoriu Manjetă defect obligatoriu Senzor SpO2 deconectat obligatoriu Senzor SpO2 defect obligatoriu Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită obligatoriu Nivelul baterie scăzut obligatoriu Alarmerata cardiacă scăzuta/mărită obligatoriu Lipsă sursă externă de alimentare obligatoriu Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore obligatoriu Ajustarea nivelului de alarmă obligatoriu Accesorii Cablu ECG cu 3 electrozi 2 buc., să se indice codul produsului Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc., să se indice codul produsului pediatric, unică utilizare 300 buc., să se indice codul produsului Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip cleste 2 buc., să se indice codul produsului pediatric, reutilizabil 2 buc., să se indice codul produsului Senzor Temperatură reutilizabil 1 buc., să se indice codul produsului Manjete NIBP "adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc)" 2 set., să se indice codul produsului "pediatric, pediatric mediu, pediatric mare reutilizabil (1set/3buc)" 2 set., să se indice codul produsului Hîrtie termică 5 buc., să se indice codul produsului Troleu pe roțile Indicați modelul oferit model produsului oferit min. 5 roțile obligatoriu min. 2 roțile cu frînă obligatoriu, coș pentru accesorii obligatoriu, mîner pentru transportare obligatoriu, "sistem de fixare a dispozitivului de suport" obligatoriu	Protocoloale de lucru setate de utilizator obligatoriu Da, pag.3 Memorie internă obligatoriu Da, pag.3 Trendingul evenimentelor obligatoriu Da, pag.3 Arhivarea datelor obligatoriu Da, pag.3 Imprimantă Încorporată obligatoriu Da, pag.3 Forme de raportare Viteza de înscriere min. 25, 50 mm/s Da, pag.3 Înscriere continuă obligatoriu Da, pag.3 Preprogramate obligatoriu Da, pag.3 Personalizate obligatoriu Da, pag.3 Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Da, pag.3 Baterie internă obligatoriu Da, pag.3 Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Da, min 4 ore, pag.3 Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. obligatoriu Alarma Vizuala, sonora obligatoriu Da, pag.3 Manjetă deconectată obligatoriu Da, pag.3 Manjetă defect obligatoriu Da, pag.3 Senzor SpO2 deconectat obligatoriu Da, pag.3 Senzor SpO2 defect obligatoriu Da, pag.3 Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită obligatoriu Da, pag.3 Nivelul baterie scăzut obligatoriu Da, pag.3 Alarmerata cardiacă scăzuta/mărită obligatoriu Da, pag.3 Lipsă sursă externă de alimentare obligatoriu Da, pag.3 Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore obligatoriu Da, pag.3 Ajustarea nivelului de alarmă obligatoriu Da, pag.3 Accesorii Cablu ECG cu 3 electrozi 2 buc., 040-00000113-00 Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc., SF12 pediatric, unică utilizare 300 buc., SF07 Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip cleste 2 buc., 040-00000234-01 pediatric, reutilizabil 2 buc., 040-00000243-00 Senzor Temperatură reutilizabil 1 buc., 040-00000257-00 Manjete NIBP "adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc)" 2 set., 040-00000263-00 (25-35cm), 040-00000262-00 (33-47cm), 040-00000261-00 (46-66 cm) "pediatric, pediatric mediu, pediatric mare reutilizabil (1set/3buc)" 2 set., 40-000597-01 (20-28cm), 040-000593-01 (18-26cm), 040-00000265-00 (10-19cm) Hîrtie termică 5 buc., 040-000116-00 Troleu pe roțile 115-004228-00 min. 5 roțile obligatoriu min. 2 roțile cu frînă obligatoriu, coș pentru accesorii obligatoriu, mîner pentru transportare obligatoriu, "sistem de fixare a dispozitivului de suport" obligatoriu		
33100000-1	80	Pulsoximetru de buzunar 260440	Pulsoximetru de buzunar 260440	PO45	Germania	Beurer GmbH	Pulsoximetru de buzunar Cod 260440 Descrierea Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2) Parametru Specificație Interval de măsurare SPO2 70-100% Pulsul 30-250 bpm Acuratețe SPO2 ±2% intre 70-100% Pulsul ±3% intre 30-250 bpm Rezoluția SPO2 ±1% Pulsul ±1 bpm Afișaj SPO2 obligatoriu Indicele de perfuzie (PI) obligatoriu Valoare pulsului obligatoriu Indicator baterie descărcată obligatoriu Carcasa Rezistent la șocuri, căderi obligatoriu	Pulsoximetru de buzunar -Atasat file PDF- manual-Beurer_pulsoximetru-beurer-po45 +PO45 Data Sheet) Cod 260440 Descrierea Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2) Parametru Specificație (verificati in instructiune 14. Date tehnice) Interval de măsurare SPO2 70-100% Pulsul 30-250 bpm Acuratețe SPO2 ±2% intre 70-100% Pulsul ±2% intre 30-250 bpm Rezoluția SPO2 ±1% Pulsul ±1 bpm Afișaj SPO2 obligatoriu Indicele de perfuzie (PI) obligatoriu-da Valoare pulsului obligatoriu-da Indicator baterie descărcată obligatoriu-da	DM000316685

							Display LED sau LCD Alarmer Auditiv opțional Vizual obligatoriu Alimentare Baterie tip AAA Alkaline "Stingerea automată în caz de neutilizare" obligatoriu "Durata de funcționare în continuu" ≥ 10 ore Set de baterii inclus 1 set	Carcasa Rezistent la șocuri, căderi obligatoriu- da, husa în set. Display LED sau LCD Alarmer Auditiv -nu Vizual obligatoriu Alimentare Baterie tip AAA Alkaline "Stingerea automată în caz de neutilizare" obligatoriu0-da "Durata de funcționare în continuu" ≥ 10 ore Set de baterii inclus 1 set	
33100000-1	82	Termometru digital cu infrarosu 260620	Termometru digital cu infrarosu 260620	Beurer Termometru electronic multifunctional 6 in 1 FT70	Beurer	Germania	Termometru digital cu infrarosu Cod 260620 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman, camerei si alte Afișaj alfanumeric LED / LCD Tip pacient nou-născut, pediatric, adult Regim de măsurare temperatura urechii (timpanic) temperatura fruntii (temporala) Diapazon de măsurare 34.0 - 43.0 °C Rezoluția de măsurare 0.1 °C Eroarea ≤ ± 0.2 °C Timp de măsurare ≤ 5 s Control on/off, deconectare automată Alarmer/indicatori Vizuală alerta febră temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală Alimentare Baterie inclusa	Termometru digital cu infrarosu -consultati file PDF Beurer_termometru-electronic-multifunctional-7-in-1-ft70 Cod 260620 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman, camerei si alte Afișaj alfanumeric LED / LCD Tip pacient nou-născut, pediatric, adult Regim de măsurare temperatura urechii (timpanic) temperatura fruntii (temporala) Diapazon de măsurare 34.0 - 43.0 °C Rezoluția de măsurare 0.1 °C Eroarea ≤ ± 0.2 °C Timp de măsurare ≤ 5 s Control on/off, deconectare automată Alarmer/indicatori Vizuală alerta febră temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală- da, redare voce a temperaturii in l imba rusa. Alimentare Baterie inclusa	DM000424926
33100000-1	85	Tensiometru Pediatric cu fonoendoscop 260730	Tensiometru Pediatric cu fonoendoscop 260730	DM333+ Manjeta pediatrica DR1421	Italia, China	Moretti s.p.a (prod. Wenzhou Kangju Medical Instrument Co., Ltd.)	Tensiometru Pediatric cu fonoendoscop Cod 260730 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient pediatric Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 200 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da, separat de manseta	Tensiometru Pediatric cu fonoendoscop (Cod 260730) Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient pediatric Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da, separat de manseta-da	DM000205846
33100000-1	88	Tensiometru electronic automat Adult 260760	Tensiometru electronic automat Adult 260760	Beurer Tensiometru automat de brat BM58+ adaptor retea +2 mansete adulti	Germania	Beurer GmbH	Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurarii tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult Caracterisitici tehnice pompă electrica integrată manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0-299 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg "Precizia valorilor afișate" sistolic ± 3 mmHg	Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurarii tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult Caracterisitici tehnice pompă electrica integrată manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg -11. Date tehnice Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg "Precizia valorilor afișate" sistolic ± 3 mmHg diastolic ± 3 mmHg	DM000422303 DM000052792

							diastolic ± 3 mmHg Conectare la PC USB / RC232 / Sdcard / ethernet Memorie internă Stocarea datelor a minim 50 măsurări Alarma sonora Alimentare baterii alcaline, + 220V Accesorii manșetă pentru adulti - 2 buc	Conectare la PC USB / RC232 / Sdcard / ethernet- da, are cablu USB inclus in set, +aplicatia gratis Beurer Health Manager Memorie internă Stocarea datelor a 120 măsurări Alarma sonora- da, la erori masurare Alimentare baterii alcaline, + 220V -(pag.17 instructiune BM58) Accesorii manșetă pentru adulti - 2 buc -727.396_XLcuff_BM	
331 000 00-1	89	Tensiometru electronic automat Pediatric 260770	Tensiometru electronic automat Pediatric 260770	Beurer Tensiometru automat pediatric BM58 +adaptor retea +2 mansete pediatrice DR115	Germania	Beurer GmbH	Tensiometru electronic automat Pediatr Cod 260770 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurarii tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient pediatric Caracterisitici tehnice pompă electrica integrată manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 280 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg "Precizia valorilor afișate" sistolic ± 3 mmHg diastolic ± 3 mmHg Conectare la PC USB / RC232 / Sdcard / ethernet Memorie internă Stocarea datelor a minim 50 măsurări Alarma sonora Alimentare baterii alcaline, + 220V Accesorii manșetă pentru pediatrice - 2 buc	Tensiometru electronic automat Pediatric Cod 260770 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurarii tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient pediatric Caracterisitici tehnice pompă electrica integrată manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg "Precizia valorilor afișate" sistolic ± 3 mmHg diastolic ± 3 mmHg Conectare la PC USB / RC232 / Sdcard / ethernet- DA, conectare si trasfer date prin USB Memorie internă Stocarea datelor a 120 măsurări Alarma sonora Alimentare baterii alcaline- DA + 220V-da Accesorii manșetă pentru pediatrice - 2 buc DR115 (DR1421 & DR115 spare parts)	DM000422303
331 000 00-1	90	Tensiometru electronic automat de triaj Adult 260780	Tensiometru electronic automat de triaj Adult 260780	Beurer Tensiometru automat de brat BM58 + adaptor retea +2 mansete adulti	Germania	Beurer GmbH	Tensiometru electronic automat de triaj Adult Cod 260780 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurarii tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult Caracterisitici tehnice- pompă electrica integrată manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici- limite de măsurare 0-299 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Tehnologii de detecție a ritmului cardiac neregulat (aritmii) Irregular Heart Beat (IHD), Pulse Arrhythmia Detection (PAD), AFIB etc. Conectare la PC USB / RC232 / Sdcard / ethernet Memorie internă Stocarea datelor a minim 100 măsurări Alarma sonora Alimentare baterii alcaline încărcător la 220V Accesorii manșetă pentru adulti - 2 buc	Tensiometru electronic automat de triaj Cod 260780 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurarii tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult Caracterisitici tehnice- pompă electrica integrată manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici- limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Tehnologii de detecție a ritmului cardiac neregulat (aritmii) Irregular Heart Beat (IHD), Pulse Arrhythmia Detection (PAD), AFIB etc.- Conectare la PC USB / RC232 / Sdcard / ethernet Memorie internă Stocarea datelor a 120 măsurări Alarma sonora Alimentare baterii alcaline-(pag.17 instructiune BM58) încărcător la 220V- DM000052795 Accesorii manșetă pentru adulti - 2 buc -727.396_XLcuff_BM	DM000422303 DM000052792 DM000052795
331 000 00-1	91	Tensiometru electronic automat de triaj Pediatric 260790	Tensiometru electronic automat de triaj Pediatric 260790	Beurer Tensiometru automat pediatric BM58 + adaptor retea +2 mansete pediatrice DR115	Germania	Beurer GmbH	Tensiometru electronic automat de triaj Pediatric Cod 260790 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurarii tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient pediatric Caracterisitici tehnice- pompă electrica integrată manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici- limite de măsurare 0-280 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Tehnologii de detecție a ritmului cardiac neregulat (aritmii) Irregular Heart	Tensiometru electronic automat de triaj Pediatric Cod 260790 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurarii tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient pediatric Caracterisitici tehnice- pompă electrica integrată manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici- limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Tehnologii de detecție a ritmului cardiac neregulat (aritmii) Irregular	DM000422303 DM000052795

							Beat (IHD), Pulse Arrhythmia Detection (PAD), AFIB etc. Conectare la PC USB / RC232 / Sdcard / ethernet Memorie internă Stocarea datelor a minim 100 măsurări Alarma sonora Alimentare baterii alcaline încărcător la 220V Accesorii manșetă pentru pediatrici - 2 buc	Heart Beat (IHD), Pulse Arrhythmia Detection (PAD), AFIB etc. Conectare la PC USB / RC232 / Sdcard / ethernet Memorie internă Stocarea datelor a minim 120 măsurări Alarma sonora-da Alimentare baterii alcaline încărcător la 220V - DM000052795 Accesorii manșetă pentru pediatrici - 2 buc DR115 (DR1421 & DR115 spare parts)	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Igor Perepelita În calitate de: Administrator

Ofertantul: Tetis International Co SRL Adresa: Str. Calea Orheiului 130/3