



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA  
**CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE  
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2,  
tel./fax 0(22) 222 245, e-mail: office@capcs.md

Nr. Rp02-1188 din "16" "04" 2021

**ELECTEH SRL**

[veracojocar@mail.ru](mailto:veracojocar@mail.ru)

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale în cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1611040117724 din 24.02.2021 privind ”*Achiziționarea de consumabile angiografice pentru cabinetul Neuroradiologie Interventionala al IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2021*”, Vă comunică că conform **deciziei din 14.04.2021** oferta Dvs. nu a fost acceptată:

Lotul nr.20 Conector Y mono – S-a propus un cod în formularul F4.1. al altui produs decât cel solicitat, care la poate fi regăsit în catalogul producătorului, dar sub alt cod. S-a solicitat Valva hemostatica de tip Tuohyi Borst cu **adaptor rotator** (adică **Twist**), dar s-a oferit un conector Push Pull.

În contextul celor relatate, în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 ”*privind achizițiile publice*” oferta Dvs. nu a fost acceptată din motiv că nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.

Vă mulțumim pentru participare.

*Cu respect,*

**Director**  
**Centru pentru Achiziții Publice**  
**Centralizate în Sănătate**

**Ivan ANTOCI**