

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: 21017236/ ocds-b3wdp1-MD-1577443732787					Data: 09.01.2020			Alternativa nr.N/A
Denumirea licitației: Autoclav 85-95l pentru microinstrumentariu și echipament pentru endoscopia neurochirurgicală					<u>Lot/poz: 1</u>			Pagina _1_ din _3_
Nr	Co-dul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bunuri						
1	33100000-1	Autoclav 80-95 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum, pentru microinstrumentariu și echipament pentru endoscopia neurochirurgicală.	PHS-100	Rusia	T3MOH	Descriere: Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non termic sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inox. Cu instalare pe masuța mobilă. Încărcare orizontala, Construcția interioară din oțel inox AISI 316L, Exterior metalic galvanizat sau oțel inox, Masuta mobila Inox 4 roti cu frina la mini 2 cu 2 rafturi, Alarmer Da, Durata sterilizarii reglabila da, Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe, Posibilitatea de a schimba unul din parametri da, Setarea de catre utilizator a regimului de sterilizare dorit da, Control electronic Microprocesor, Sistem de blocare a uşii autoclavului care impiedică pornirea ciclului dacă este uşa deschisă da, Uşa ramâne blocată pana la scaderea sfârşitul procesului de sterilizare da, Suprafata exterioara să nu se încălzească, Imprimantă termică da, Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afişaj LED, Monitorizarea în timp real	Descriere: Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non termic sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inox. Cu instalare pe masuța mobilă. Încărcare orizontala, Construcția interioară din oțel inox AISI 316L, Exterior metalic galvanizat sau oțel inox, Masuta mobila Inox 4 roti cu frina la mini 2 , Alarmer Da, Durata sterilizarii reglabila da, Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe, Posibilitatea de a schimba unul din parametri da, Setarea de catre utilizator a regimului de sterilizare dorit da, Control electronic Microprocesor, Sistem de blocare a uşii autoclavului care impiedică pornirea ciclului dacă este uşa deschisă da, Uşa ramâne blocată	GOST

					temperatura în camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital), Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum ,Pre și post vacuum selectare, Sistem de uscare da, Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor, printare a rezultatelor, racire rapidă, Marimea exterioară (lungime, lățime, înălțime) 875x665x525 ± 10 mm, Marimea internă a camerei de sterilizare 384x760 ± 10 mm, Volum interior 80-95 l ,Rafturi minim 2 buc, Precizie timp de sterilizare ± 1 min., Gama de temperatură: 105 - 134 grade C, Precizie temperatură ± 2°C, Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare/ sau cu rezervor de apă distilată da, Să fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizare da, Înregistrator date da , Tip date imprimate pe hirtie data timp temperatura presiune, Alimentare 220 50Hz, Certificate Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 - valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului; Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului, Documente confirmative , Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului; Conditii de garantie minim 24 luni, Conditii de Livrare 45 zile din momentul semnarii contractului., Act de primire-predare,	pana la scaderea sfișitul procesuluide sterilizare da, Suprafata exterioara să nu se încălzească, Imprimantă termică da, Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED, Monitorizarea în timp real temperatura în camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital), Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum , Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor, printare a rezultatelor, racire rapidă, , Volum interior 100 l , Precizie timp de sterilizare ± 1 min., Gama de temperatură: 105 - 134 grade C, Precizie temperatură ± 2°C, Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare/ sau cu rezervor de apă distilată da, Să fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizare da, Înregistrator date da , Tip date imprimate pe hirtie data timp temperatura presiune, Documente confirmative , Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului; Conditii de garantie minim 24 luni, Conditii de Livrare 45 zile din momentul semnarii contractului., Act de primire-predare, act punere in functiune, act de instruire, act garantie.	
--	--	--	--	--	---	--	--

						act punere in functiune, act de instruire, act garantie.		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat:

Numele, prenumele: ***Boris Granaci***

În calitate de: Director General

Ofertantul: **„MEDGLOBALFARM” SRL**

Adresa: Str.Miron Costin 17/2, of 71

Tel/Fax: +373 22 52-30-90

Email: medglobalfarm@mail.ru

Site: www.medglobalfarm.com